

大阪市胃がん検診(胃内視鏡検査) 内視鏡画像評価報告書

参考資料 1

胃内視鏡検査では、病変を正しく拾い上げるため、網羅性の高い画像が要求されます。そのため、画像について定期的に点検調査を行い、各検診機関にフィードバックさせていただきます。改善の必要がある項目についてはご検討いただき、必要があれば、健康づくり課(06-6208-9943)へご相談ください。

1. 画像の網羅性

- 満足しうる 多少改善の余地あり かなり改善の余地あり 大幅に改善の余地あり

改善を要する部位(「満足しうる」以外の時に☑チェック)

- 食道 ⇒ 上部 中部 下部
- 噴門部 ⇒ 前壁 後壁 小彎 大彎
- 穹窿部
- 胃体上部 ⇒ 前壁 後壁 小彎 大彎
- 胃体中部 ⇒ 前壁 後壁 小彎 大彎
- 胃体下部 ⇒ 前壁 後壁 小彎 大彎
- 胃角部 ⇒ 前壁 後壁 小彎 大彎
- 前庭部 ⇒ 前壁 後壁 小彎 大彎
- 幽門部
- 球部

十二指腸下降部(脚) : 観察は必須ではない

2. 画像の条件

- 満足しうる 多少改善の余地あり かなり改善の余地あり 大幅に改善の余地あり

改善を要する点(「満足しうる」以外の時に☑チェック)

- 色調 ⇒ 赤みが強い 黄色みが強い 青みが強い
- 露出 ⇒ オーバー気味 アンダー気味
- レンズ面ののっかり ⇒ 目立つ 多少目立つ
- ぶれ・ピントのずれ ⇒ 目立つ 多少目立つ

3. 内視鏡操作による物理的粘膜損傷の程度

- 満足しうる 多少改善の余地あり かなり改善の余地あり 大幅に改善の余地あり

改善を要する点(「満足しうる」以外の時に☑チェック)

- 内視鏡の接触や吸引による出血・発赤などの変化 ⇒ 目立つ 多少目立つ

4. 空気量

- ちょうど良い 多い 多少少ない かなり少ない

5. 画像のコマ数

- ちょうど良い かなり多い 多少多い 多少少ない

6. 前処置

- 満足しうる 多少改善の余地あり かなり改善の余地あり 大幅に改善の余地あり

改善を要する点(「満足しうる」以外の時に☑チェック)

- 粘液・内服液などの粘膜への付着 ⇒ 目立つ 多少目立つ
- 食物残渣 ⇒ 目立つ 多少目立つ

7. その他(その他気づいた点を記入)

総合評価	<input type="checkbox"/> 満足しうる <input type="checkbox"/> もう少し改善すると「満足しうる」域に達する <input type="checkbox"/> かなり改善しないと「満足しうる」域に達しない <input type="checkbox"/> 複数の委員で検討した結果、上記理由で、検診に足る画像ではないとの結論に達する
------	--

