

# 医療法第25条第1項の規定 に基づく立入検査要綱

(令和7年7月)

**大阪市**

# 目 次

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| I 概 要 .....              | 1   |
| II 第 1 表（施設表）作成要領 .....  | 2   |
| III 第 2 表（検査表）作成要領 ..... | 9   |
| ○第 1 表（施設表） .....        | 10  |
| ○第 2 表（検査表） .....        | 15  |
| IV 検査基準 .....            | 23  |
| V 構造設備基準                 |     |
| 1 病室等 .....              | 83  |
| 2 放射線装置及び同使用室 .....      | 90  |
| 〔別紙〕                     |     |
| 常勤医師等の取扱いについて .....      | 102 |

## I 概 要

### 1 目 的

病院が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査することにより、病院を科学的で、かつ、適正な医療を行う場にふさわしいものとするを目的とする。

### 2 検査対象施設及び実施時期

医療法に基づくすべての病院を対象とし、原則年 1 回で毎年度 3 月末日までに完了するものとする。

### 3 実施すべき事項

第 1 表（施設表）の事項及び第 2 表（検査表）の事項のほか、大阪市保健所長が必要と認めた事項

### 4 実施の方法

医療監視員が各施設に赴き、第 1 表（施設表）を作成し、Ⅳの検査基準のうち被検査施設の該当する検査項目について検査し、所要の判定を行った結果に基づき、第 2 表（検査表）等を作成する。

### 5 各施設に対する指導等

不適合事項があるときは、当該病院開設者又は管理者に対して当該事実を通知するとともに改善計画書の提出を求め、改善のために必要な指導を行う。

## Ⅱ 第1表（施設表）作成要領

本表は被検査施設について、その概要を表示する表である。

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※施設番号                  | ○医療施設基本ファイルの番号を記入する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1) 施設名                | ○医療法に基づいて許可を受けた名称を記入する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (2) 開設年月日              | ○医療法施行令（昭和23年政令第326号）第4条の2第1項に基づく届出に記載された開設年月日を記入する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (3) 地域医療支援<br>病院の承認年月日 | ○医療法第4条第1項に基づく都道府県知事の承認を得た年月日を記入する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (4) 所在地                | ○郵便番号及び住所（番地まで）を、正確に記入する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (5) 電話番号               | ○代表番号を市外局番から記入する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (6) 管理者氏名              | ○医療法施行令第4条の2第1項に基づく届出に記載された管理者の氏名を記入する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (7) 開設者                | ○該当するものの番号を選択する。<br>○「1. 国（厚生労働省）」とは、厚生労働省が開設する病院をいう。<br>○「2. 国（（独）国立病院機構）」とは、独立行政法人国立病院機構が開設する病院をいう。<br>○「3. 国（国立大学法人）」とは、国立大学法人が開設する病院をいう。<br>なお、国立大学法人が開設した大学の附属病院（分院）である場合は、「医育機関の有無」の欄に、有を記入する。<br>○「4. 国（（独）労働者健康安全機構）」とは、独立行政法人労働者健康安全機構が開設する病院をいう。<br>○「5. 国（（独）国立高度専門医療研究センター）」とは、独立行政法人国立高度専門医療研究センターが開設する病院をいう。<br>○「6. 国（（独）地域医療機能推進機構）」とは、独立行政法人地域医療機能推進機構が開設する病院をいう。<br>○「7. 国（その他）」とは、国及び国に準ずるものが開設する病院で、上記「1. 国（厚生労働省）」から「6. 国（（独）地域医療機能推進機構）」までのいずれにも該当しない病院をいう。（例：財務省、総務省、法務省、防衛省等の病院）<br>○「8. 都道府県」とは、<br>1 都道府県が開設する病院をいう。ここには地方自治法（昭和22年法律第67号）第284条第2項の規定により、総務大臣の許可を受けて設立した都道府県一部事務組合が開設するものを含む。<br>2 都道府県立大学の附属病院（分院）である場合は、「医育機関の有無」の欄に、有を記入する。<br>○「9. 市町村」とは、<br>1 市町村が開設する病院をいう。ここには地方自治法第284条第2項の規定により、都道府県知事の許可を受けて設立した市町村一部事務組合が開設するものを含む。<br>2 国民健康保険法施行法（昭和33年法律第193号）第2条の規定により、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合が開設する病 |

院もこの区分に含む。

3 市立大学の附属病院（分院）である場合は、「医育機関の有無」の欄に、有を記入する。

○「10. 地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第2条の規定による法人が開設する病院をいう。

○「11. 日赤」とは、日本赤十字社が開設する病院をいう。

○「12. 済生会」とは、社会福祉法人恩賜財団済生会が開設する病院をいう。

○「13. 北海道社会事業協会」とは、社会福祉法人北海道社会事業協会が開設する病院をいう。

○「14. 厚生連」とは、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生（医療）農業協同組合連合会が開設する病院をいう。

○「15. 国民健康保険団体連合会」とは、国民健康保険法第84条の規定により都道府県知事の認可を受けた国民健康保険団体連合会が開設する病院をいう。

○「16. 健康保険組合及びその連合会」とは、健康保険法（大正11年法律第70号）の規定により設立した健康保険組合及び健康保険組合連合会が開設する病院をいう。

○「17. 共済組合及びその連合会」とは、次に掲げる各共済組合及びその連合会が開設する病院をいう。

1 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）第3条の規定により設立された国家公務員共済組合及び同法第21条の規定により設立された国家公務員共済組合連合会

2 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）第3条の規定により設立された地方公務員共済組合（地方職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合等）及び同法第27条の規定により設立された全国市町村職員共済組合連合会

3 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号）第2条の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団

○「18. 国民健康保険組合」とは、国民健康保険法第17条の規定により都道府県知事の認可を受けて設立され、同法第3条第2項により国民健康保険を行うことができるとされた国民健康保険組合が開設する病院をいう。

（注） 国民健康保険法第3条第1項の規定により国民健康保険を行うものとされた市町村はこの区分には含めず、「6. 市町村」の番号を○で囲む。

○「19. 公益法人」とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49号）第2条に規定する公益社団法人又は公益財団法人が開設する病院をいう。

（注） 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号）第2条第1号に規定する一般社団法人又は一般財団法人が開設する病院は「25. その他の法人」とする。

○「20. 医療法人」とは、医療法第39条の規定に基づく医療法人が開設する病院をいう。

(8) 許可病床数等及び  
1日平均入院患者  
数

(9) 病床区分の届出

(10) 診療科名

- 「21. 私立学校法人」とは、
  - 1 私立学校法（昭和24年法律第270号）第3条に規定する学校法人が開設する病院をいう。
  - 2 学校法人が設立した大学等の附属病院（分院）である場合は、「医育機関の有無」の欄に、有を記入する。
- 「22. 社会福祉法人」とは、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第22条の規定及び第32条の規定により、認可され設立された法人が開設する病院をいう。
- 「23. 医療生協」とは、消費生活協同組合法（昭和23年法律第200号）第4条の規定による法人で、第10条第1項第6号に定める事業を行う医療生協が開設する病院をいう。
- 「24. 会社」とは、従業員及びその家族のために会社等が開設した病院で、都道府県知事から開設許可（医療法第7条）を受けた病院をいう。  
(注) 開設許可を受けた病院の開設者が会社の健康保険組合である場合はこの区分に含めず、「16. 健康保険組合及びその連合会」の番号を○で囲む。
- 「25. その他の法人」とは、上記「19. 公益法人」から「24. 会社」までのいずれにも該当しない法人が開設する病院をいう。
- 「26. 個人」とは、個人が開設する病院をいう。
- 「医育機関」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第83条の規定に基づく大学において、医学又は歯学の教育を行うことに付随して設けられた病院及び分院をいい、大学・研究所・附属病院も含む。
- 許可病床数の欄には、医療法第7条の規定に基づいて許可を受けた病床数を記入する。  
また、稼働病床数の欄には、医療計画上の参考とするため、許可病床数から当該年度の4月1日現在で過去1年間、患者の収容を行っていない病床数を除いた実稼働病床数について記入する。
- 「1日平均入院患者数」の欄には、年度間の入院患者延数をそれぞれ暦日で除した数を記入する。（小数点第2位以下を切り捨て小数点第1位まで）
  - ・入院患者延数とは、年度間における毎日24時現在に在院している患者数を合計した数である。  
また、入院患者数には、治療を要する新生児数（NICU等）を含む。
- 「1日平均入院新生児数」の欄には、NICU等を含まない健康児のみの記載とする。
- 「1日平均入院患者数（歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科再掲）」の欄には、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の前年度における1日平均入院患者数を再掲する。
- 「病床区分の届出年月日」の欄には、医療法等の一部を改正する法律（平成12年法律第141号）附則第2条第1項に基づく病床区分の届出年月日を記入する。
- 標榜している診療科名については、医療法施行令第3条の2に基づく診療科名に○を記入する。  
なお、これらの診療科名のほか、同条第1項第1号ハ又はニ（2）若

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (11) 1日平均外来患者数          | <p>しくは第2号ロの規定による事項と組み合わせた名称を診療科名としている場合は、空欄に標榜している診療科名を記入する。</p> <p>○「1日平均外来患者数」の欄には、年度間の外来患者延数を実外来診療日数で除した数を記入する。(小数点第2位以下を切り捨て小数点第1位まで)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外来患者延数とは、年度間における毎日の新来、再来、往診、巡回診療及び健康診断の数を合計した数をいう。</li> <li>・同一患者が2以上の診療科で診療を受けた場合は、それぞれの診療科に計上する。</li> <li>・入院中の患者が、他の診療科で診療を受け、その診療科で診療録(カルテ)が作成された場合は、その診療科の外来患者として計上する。</li> </ul> <p>○「(再掲)耳鼻咽喉科・眼科・精神科」及び「(再掲)歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科」の欄には、それぞれ前年度における1日平均外来患者数を再掲する。</p> <p>なお、これらの診療科名に、医療法施行令第3条の2第1項第1号ニ(2)又は同項第2号ロの規定による事項を組み合わせた名称を診療科名としている場合は、組み合わせ前の診療科として再掲すること。</p> <p>○「(再掲)1日平均外来患者数(通院リハ除)」の欄には、医師及び看護師の標準数の算出に1日平均外来患者数から医師による包括的なりハビリテーションの指示が行われた通院リハビリ患者(ただし、実施計画の立案日等、医師による外来診察が行われた日を除く。)を除いた数値を用いる場合に記入する。</p> |
| (12) 1日平均調剤数            | <p>○調剤数については、年度間の入院及び外来別の調剤延数をそれぞれ暦日及び実外来診療日数で除した数を記入する。(小数点第2位以下を切り捨て小数点第1位まで)</p> <p>ただし、この欄は、特定機能病院である場合にのみ記入する。</p> <p>○1枚の処方せんに2処方以上記載されている場合の調剤数は、原則として記載されている処方数とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (13) 1日平均外来患者に係る取扱処方せん数 | <p>○処方せんの数については、年度間の外来患者に係る取扱処方せんの数を実外来診療日数で除した数を記入する。(小数点第2位以下を切り捨て小数点第1位まで)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「外来患者に係る取扱処方せん」とは、院内の調剤所で薬剤師が外来患者に投与する薬剤を調剤するため必要な文書等を指し、その名称の如何を問わないものであり、患者に院外で調剤を受けさせるために交付する処方せん(院外処方せん)を含まないものである。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (14) 従業者数               | <p>○担当させている業務内容が2以上にわたる場合は、その主たる業務内容によってその該当欄に計上する。</p> <p>したがって、取得資格のみによって記入しないよう注意する。</p> <p>例えば、看護師の資格を有する者を専ら看護学生の教育に従事させている場合は「その他」の欄に計上し、「看護師」の欄に計上しない。</p> <p>また、看護師及び助産師の免許を併せて有する者については、現に主として行っている業務内容により、そのいずれか一方に計上す</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

る。

- 「医師」、「歯科医師」欄については、医師（歯科医師）の免許を有し、診療に従事する者（研修医（研修歯科医）も含む。ただし、特定機能病院については、免許取得後2年以上経過していない医師を除く。）の数を、別紙「常勤医師等の取扱いについて」の3に基づき、それぞれ常勤又は非常勤の欄に計上し、「薬剤師」欄以降の各欄についても同様に常勤、非常勤別に計上する。

なお、特定機能病院にあつては、免許取得後2年以上経過していない医師の有無を「臨床研修医」欄に記入する。

- 「薬剤師」、「看護師」、「准看護師」、「管理栄養士」、「栄養士」、「診療放射線技師」、「理学療法士」、「作業療法士」欄については、それぞれの関係法による免許を有する者の数を計上する。
- 「看護補助者」欄には看護師（准看護師を含む。）の免許を有しないで、医師又は看護師の監督指示に基づき、看護の補助として介護にあたる者の数を計上する。
- 「助産師」、「診療エックス線技師」、「臨床検査技師」、「衛生検査技師」、「臨床工学技士」、「視能訓練士」、「義肢装具士」、「言語聴覚士」、「精神保健福祉士」、「歯科衛生士」及び「歯科技工士」欄については、それぞれの関係法による免許を有する者の有無を記入する。
- 「その他」欄については、上記以外に何らかの免許等を有する者であつて特に記載する必要があるものがある場合、職名及び有無を記入する。
- 「常勤換算後」欄には、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、看護補助者、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士の非常勤者について、別紙「常勤医師等の取扱いについて」に基づき常勤換算した数を計上する。
- 「常勤合計」欄については、医療機関行政情報システムに入力することにより自動的に作成される。
- 設備概要については、有・無を記入する。
- 「1. 手術室」欄で有の場合は、「室・床数等」欄に設置室数を記入する。
- 「2. 臨床検査施設」とは、喀痰、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査のできる施設をいう。
- 「5. 給食施設」とは、入院患者のすべてに給食することのできる施設をいう。
- 「8. 機能訓練室」とは、機能訓練を行うために必要な器械、器具及び十分な広さを有している施設をいい、「室・床数等」欄には、療養病床（経過的旧療養型病床群を含む。以下同じ。）の許可を受けた病院で当該病床に係る機能訓練室の面積を記入する。
- 「10. 食堂」の「室・床数等」欄には、療養病床の許可を受けた病院について当該病床に係る食堂の面積を記入する。
- 「18. 医薬品情報管理室」とは、医薬品に関する情報の収集、分類、評価及び提供を行う機能を備えているものをいう。
- 「22. 診療用高エネルギー放射線発生装置」とは、1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置を

#### (15) 設 備 概 要



いう。

- 「23. 診療用粒子線照射装置」とは、陽子線又は重イオン線を照射する装置をいう。
- 「24. 診療用放射線照射装置」とは、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量を超えるものをいう。  
骨塩定量分析装置、ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ又は輸血用血液照射装置については、それぞれ装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量を超えるものであっても、放射性同位元素装備診療機器として届け出たものは、この欄ではなく、「26. 放射性同位元素装備診療機器」の欄に記入することとなるので注意する。
- 「25. 診療用放射線照射器具」とは、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のものをいう。骨塩定量分析装置、ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ又は輸血用血液照射装置については、それぞれ装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のものであっても、放射性同位元素装備診療機器として届け出たものは、この欄ではなく、「26. 放射性同位元素装備診療機器」の欄に記入することとなるので注意する。
- 「26. 放射性同位元素装備診療機器」とは、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器で、医療法施行規則第24条第7号の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性同位元素装備診療機器（昭和63年厚生省告示第243号）をいう。
- 「27. 診療用放射性同位元素」とは、密封されていない放射性同位元素であって医薬品又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。）第2条第17項に規定する治験の対象とされる薬物等（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を除く。）をいう。
- 「28. 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」とは、密封されていない放射性同位元素であって、陽電子放射断層撮影装置による画像診断（PET検査）に用いるものをいう。この場合、放射性医薬品であるか否かを問わず、医療機関に設置したサイクロトロン装置により製造されたものを含むことに注意する。
- 「29. CTスキャン」欄には、エックス線装置の中のCTスキャンの有・無を再掲する。
- 「30. 血管連続撮影装置」とは、エックス線透視をしながら上肢又は下肢の血管から挿入したカテーテルを、心腔又は血管内に進めて、内圧測定や採血（血液の酸素含量の測定など）を行い、同時に造影剤を注入してエックス線撮影ができるようにした機器をいい、エックス線装置の中の血管連続撮影装置の有・無を再掲する。
- 「34. サイクロトロン装置」とは、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えている施設において、陽電子断層撮影診療用放射性

|                        |                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>同位元素を自施設で製造するために用いる装置をいう。</p> <p>○「35. 滅菌装置（オートクレーブ等）」とは、患者に使用した器具等に付着した増殖性を持つあらゆる微生物（主に細菌類）を完全に殺滅又は除去する状態を実現するために用いる装置をいう。</p>                        |
| (16) 業 務 委 託           | <p>○業務委託とは、医療機関の行う業務の一部を外部の専門業者に委託する場合をいい、該当の有・無を記入する。</p>                                                                                                |
| (17) 建物の構造面積<br>・敷地の面積 | <p>○「建物」については、現有の建物の構造ごとに建築、延面積を記入する。</p> <p>○「土地」については、病院の敷地の面積を記入する。（小数点第2位以下を切り捨て小数点第1位まで）</p>                                                         |
| (18) 医療法に基づく<br>許可の状況  | <p>○医療法に基づく許可の状況については、許可を受けている項目に許可年月日等を記入する。</p> <p>○「従業者の標準定員適用除外許可等（精神、結核、老人、療養型病床群）」欄には、平成13年3月1日以前において旧法の規定に基づく許可を受けている場合に該当する項目について許可年月日等を記入する。</p> |
| (19) 検 査 結 果           | <p>○この欄は、医療機関行政情報システムに入力することにより自動的に作成される。</p>                                                                                                             |

### Ⅲ 第2表（検査表）作成要領

本表は、Ⅳの検査基準に基づき、被検査施設の該当する対象項目ごとに判定欄に適、否を「○」、「×」の記号で、また、該当しない項目には「－」の記号で記入する。

（注）〔1 医療従事者〕は、医療機関行政情報システムにおいて、第1表作成により、歯科医師を除き自動入力される。

第1表 施設表  
( 年 月 日 調査)

1 / 4

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                          |           |                                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| *都道府県名                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 管轄保健所名                   |           |                                               |
| *施設番号                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 医療監視員氏名                  |           |                                               |
| (1)施設名                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                          |           |                                               |
| (2)開設年月日                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | (3)地域医療支援病院の承認年月日        |           |                                               |
| (4)所在地                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                          |           |                                               |
| (5)電話番号                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                          |           |                                               |
| (6)管理者氏名                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                          |           |                                               |
| (7)開設者                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 医育機関の有無                  |           |                                               |
|                                        | 1. 国（厚生労働省）<br>2. 国（（独）国立病院機構）<br>3. 国（国立大学法人）<br>4. 国（（独）労働者健康安全機構）<br>5. 国（（独）国立高度専門医療研究センター）<br>6. 国（（独）地域医療機能推進機構）<br>7. 国（その他）<br>8. 都道府県<br>9. 市町村<br>10. 地方独立行政法人<br>11. 日赤<br>12. 済生会<br>13. 北海道社会事業協会<br>14. 厚生連<br>15. 国民健康保険団体連合会<br>16. 健康保険組合及びその連合会<br>17. 共済組合及びその連合会<br>18. 国民健康保険組合<br>19. 公益法人<br>20. 医療法人<br>21. 私立学校法人<br>22. 社会福祉法人<br>23. 医療生協<br>24. 会社<br>25. その他の法人<br>26. 個人 |       |                          |           |                                               |
| (8)－1<br>許可病床数等<br>及び<br>1日平均入院<br>患者数 | 種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 許可病床数 | (稼働病床数)                  | 1日平均入院患者数 |                                               |
|                                        | 一般                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ( )                      |           | (8)－2<br>1日平均入院新生児数                           |
|                                        | 療養                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ( )                      |           |                                               |
|                                        | 精神                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ( )                      |           | (8)－3<br>1日平均入院患者数<br>(歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科再掲) |
|                                        | 結核                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ( )                      |           |                                               |
|                                        | 感染症                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | ( )                      |           |                                               |
|                                        | 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ( )                      |           |                                               |
| (9) 病床区分の届出年月日                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 年                        | 月         | 日                                             |
| (10) 診療科名                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                          |           |                                               |
| 内科                                     | 内科(ペリメリ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 胃腸外科                     |           | 腫瘍放射線科                                        |
| 呼吸器内科                                  | 内科(循環器)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 大腸外科                     |           | 男性泌尿器科                                        |
| 循環器内科                                  | 内科(薬物療法)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 内視鏡外科                    |           | 神経泌尿器科                                        |
| 消化器内科                                  | 内科(感染症)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ペインクリニック外科               |           | 小児泌尿器科                                        |
| 心臓内科                                   | 内科(骨髄移植)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 外科(内視鏡)                  |           | 小児科(新生児)                                      |
| 血液内科                                   | 外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 外科(がん)                   |           | 泌尿器科(不妊治療)                                    |
| 気管食道内科                                 | 呼吸器外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 精神科                      |           | 泌尿器科(人工透析)                                    |
| 胃腸内科                                   | 心臓血管外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | アレルギー科                   |           | 産婦人科(生殖医療)                                    |
| 腫瘍内科                                   | 心臓外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | リウマチ科                    |           | 美容皮膚科                                         |
| 糖尿病内科                                  | 消化器外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 小児科                      |           | 歯科                                            |
| 代謝内科                                   | 乳腺外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 皮膚科                      |           | 小児歯科                                          |
| 内分泌内科                                  | 小児外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 泌尿器科                     |           | 矯正歯科                                          |
| 脂質代謝内科                                 | 気管食道外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 産婦人科                     |           | 歯科口腔外科                                        |
| 腎臓内科                                   | 肛門外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 産科                       |           | 神経科                                           |
| 神経内科                                   | 整形外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 婦人科                      |           | 呼吸器科                                          |
| 心療内科                                   | 脳神経外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 眼科                       |           | 消化器科                                          |
| 感染症内科                                  | 形成外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 耳鼻咽喉科                    |           | 胃腸科                                           |
| 漢方内科                                   | 美容外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | リハビリテーション科               |           | 循環器科                                          |
| 老年内科                                   | 腫瘍外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 放射線科                     |           | 皮膚泌尿器科                                        |
| 女性内科                                   | 移植外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 放射線診断科                   |           | 性病科                                           |
| 新生児内科                                  | 頭頸部外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 放射線治療科                   |           | こう門科                                          |
| 性感染症内科                                 | 胸部外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 病理診断科                    |           | 気管食道科                                         |
| 内視鏡内科                                  | 腹部外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 臨床検査科                    |           | 麻酔科                                           |
| 人工透析内科                                 | 肝臓外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 救急科                      |           |                                               |
| 疼痛緩和内科                                 | 膵臓外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 児童精神科                    |           |                                               |
| ペインクリニック内科                             | 胆のう外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 老年精神科                    |           |                                               |
| アレルギー疾患内科                              | 食道外科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 気管食道・耳鼻咽喉科               |           |                                               |
| (11)                                   | 1日平均外来患者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                          |           |                                               |
|                                        | (再掲) 耳鼻咽喉科・眼科・精神科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | (再掲) 歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科 |           |                                               |
|                                        | (再掲) 1日平均外来患者数 (通院リハ除)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                          |           |                                               |

|                  |               |     |                                |                             |       |         |
|------------------|---------------|-----|--------------------------------|-----------------------------|-------|---------|
| (12) 1日平均<br>調剤数 | 入 院           | 外 来 | 計                              | (13) 1日平均外来患者に<br>係る取扱処方せん数 |       |         |
|                  |               |     |                                |                             |       |         |
| (14) 従業者数        | 職 種 別         |     | 常 勤                            | 非 常 勤                       | 常勤換算後 | 常 勤 合 計 |
|                  | 1. 医師         |     |                                |                             |       |         |
|                  | 2. 歯科医師       |     |                                |                             |       |         |
|                  | 3. 薬剤師        |     |                                |                             |       |         |
|                  | 4. 看護師        |     |                                |                             |       |         |
|                  | 5. 准看護師       |     |                                |                             |       |         |
|                  | 6. 看護補助者      |     |                                |                             |       |         |
|                  | 7-①管理栄養士      |     |                                |                             |       |         |
|                  | ②栄養士          |     |                                |                             |       |         |
|                  | 8. 診療放射線技師    |     |                                |                             |       |         |
|                  | 9. 理学療法士      |     |                                |                             |       |         |
|                  | 10. 作業療法士     |     |                                |                             |       |         |
|                  | 11. 助産師       |     | 有・無                            |                             |       |         |
|                  | 12. 診療エックス線技師 |     | 有・無                            |                             |       |         |
|                  | 13. 臨床検査技師    |     | 有・無                            |                             |       |         |
|                  | 14. 衛生検査技師    |     | 有・無                            |                             |       |         |
|                  | 15. 臨床工学技士    |     | 有・無                            |                             |       |         |
|                  | 16. 視能訓練士     |     | 有・無                            |                             |       |         |
|                  | 17. 義肢装具士     |     | 有・無                            |                             |       |         |
|                  | 18. 言語聴覚士     |     | 有・無                            |                             |       |         |
|                  | 19. 精神保健福祉士   |     | 有・無                            |                             |       |         |
|                  | 20. 歯科衛生士     |     | 有・無                            |                             |       |         |
|                  | 21. 歯科技工士     |     | 有・無                            |                             |       |         |
|                  | 22. 臨床研修医     |     | 有・無                            |                             |       |         |
|                  | 23. 研修歯科医     |     | 有・無                            |                             |       |         |
|                  | 24. そ の 他     |     | 有 (                      ) ・ 無 |                             |       |         |

| (15)<br>設備概要 | 設 備                   |     | 室・床数等          |
|--------------|-----------------------|-----|----------------|
|              |                       | 有・無 |                |
|              | 1. 手術室                | 有・無 | 室              |
|              | 2. 臨床検査施設             | 有・無 |                |
|              | 3. エックス線装置            | 有・無 |                |
|              | 4. 調剤所                | 有・無 |                |
|              | 5. 給食施設               | 有・無 |                |
|              | 6. 分べん室               | 有・無 |                |
|              | 7. 新生児の入浴施設           | 有・無 |                |
|              | 8. 機能訓練室（単位：平方メートル）   | 有・無 | m <sup>2</sup> |
|              | 9. 談話室                | 有・無 |                |
|              | 10. 食堂（単位：平方メートル）     | 有・無 | m <sup>2</sup> |
|              | 11. 浴室                | 有・無 |                |
|              | 12. 集中治療室             | 有・無 | 床              |
|              | 13. 化学、細菌及び病理の検査施設    | 有・無 |                |
|              | 14. 病理解剖室             | 有・無 |                |
|              | 15. 研究室               | 有・無 |                |
|              | 16. 講義室               | 有・無 |                |
|              | 17. 図書室               | 有・無 |                |
|              | 18. 医薬品情報管理室          | 有・無 |                |
|              | 19. 救急用又は患者輸送用自動車     | 有・無 |                |
|              | 20. 無菌状態の維持された病室      | 有・無 |                |
|              | 21. 放射線治療病室           | 有・無 |                |
|              | 22. 診療用高エネルギー放射線発生装置  | 有・無 |                |
|              | 23. 診療用粒子線照射装置        | 有・無 |                |
|              | 24. 診療用放射線照射装置        | 有・無 |                |
|              | 25. 診療用放射線照射器具        | 有・無 |                |
|              | 26. 放射性同位元素装備診療機器     | 有・無 |                |
|              | 27. 診療用放射性同位元素        | 有・無 |                |
|              | 28. 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 | 有・無 |                |
|              | 29. C Tスキャン           | 有・無 |                |
|              | 30. 血管連続撮影装置          | 有・無 |                |
|              | 31. MR I              | 有・無 |                |
|              | 32. スプリンクラー           | 有・無 |                |
|              | 33. 自家発電装置            | 有・無 |                |
|              | 34. サイクロترون装置        | 有・無 |                |
|              | 35. 滅菌装置（オートクレーブ等）    | 有・無 |                |
|              | 36.                   |     |                |
|              | 37.                   |     |                |
|              | 38.                   |     |                |
|              | 39.                   |     |                |
|              | 40.                   |     |                |
|              | 41.                   |     |                |
|              | 42.                   |     |                |
|              | 43.                   |     |                |

|                               |                                         |         |               |     |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------|-----|
| (16)<br>業務委託                  | 業 務                                     |         | 有（全部）・有（一部）・無 |     |
|                               | 1. 検体検査業務                               |         |               |     |
|                               | 2. 医療機器等の滅菌消毒業務                         |         |               |     |
|                               | 3. 患者給食業務                               |         |               |     |
|                               | 4. 患者搬送業務                               |         |               |     |
|                               | 5. 医療機器の保守点検業務                          |         |               |     |
|                               | 6. 医療ガス供給設備の保守点検業務                      |         |               |     |
|                               | 7. 寝具類の洗濯業務                             |         |               |     |
|                               | 8. 施設の清掃業務                              |         |               |     |
|                               | 9. 感染性廃棄物の処理業務                          |         |               |     |
|                               | 10. 医療用放射性汚染物の廃棄業務                      |         |               |     |
| (17)<br>建物の構造面積<br>・<br>敷地の面積 | 建 物 (単位：平方メートル)                         |         |               |     |
|                               | 構 造                                     | 建 築 面 積 | 延 面 積         |     |
|                               | 耐 火 構 造                                 |         |               |     |
|                               | 準耐火構造                                   |         |               |     |
|                               | そ の 他                                   |         |               |     |
|                               | 計                                       |         |               |     |
|                               | 土 地 (単位：平方メートル)                         |         |               |     |
| 病院敷地面積                        |                                         |         |               |     |
| (18)<br>医療法に基づく<br>許可の状況      | 許 可 事 項                                 |         | 許 可 年 月 日     | 番 号 |
|                               | 1. 開設者以外を管理者に選任することの許可                  |         |               | 第 号 |
|                               | 2. 管理者兼任許可                              |         |               | 第 号 |
|                               | 3. 宿直医師免除許可                             |         |               | 第 号 |
|                               | 4. 専属薬剤師免除許可                            |         |               | 第 号 |
|                               | 5. 従業者の標準定員適用除外許可等<br>(精神・結核・老人・療養型病床群) |         | (精神)          | 第 号 |
|                               |                                         |         | (結核)          | 第 号 |
|                               |                                         |         | (老人)          | 第 号 |
| (療養)                          |                                         |         | 第 号           |     |
| 6. 医師配置標準の特例措置に係る許可           |                                         |         | 第 号           |     |

|                          |             |            |     |            |            |               |            |   |
|--------------------------|-------------|------------|-----|------------|------------|---------------|------------|---|
| (19)<br>検<br>査<br>結<br>果 |             | 医 療<br>従事者 | 管 理 | 帳 票<br>記 録 | 業 務<br>委 託 | 防火・防<br>災 体 制 | 放射線<br>管 理 | 計 |
|                          | A 総項目数      |            |     |            |            |               |            |   |
|                          | B 対象項目数     |            |     |            |            |               |            |   |
|                          | C 適「○」数     |            |     |            |            |               |            |   |
|                          | D 否「×」数     |            |     |            |            |               |            |   |
|                          | E 非対象項目「－」数 |            |     |            |            |               |            |   |
| 百分率 B/A×100              |             |            |     |            |            |               |            |   |

|  |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 百分率 $C/B \times 100$ |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|



第2表 検 査 表  
( 年 月 日 調査)

1 / 8

|                                     |      |      |     |                |      |     |
|-------------------------------------|------|------|-----|----------------|------|-----|
| 施 設 名 :                             |      |      |     |                |      |     |
| [1 医療従事者]                           | 前年判定 | 当年判定 | 前 年 | 標 準 数<br>必 要 数 | 当年現員 | 不 足 |
| 1-1 医師数                             |      |      | 名   | 名              | 名    | 名   |
| 1-2 歯科医師数                           |      |      | 名   | 名              | 名    | 名   |
| 1-3 薬剤師数                            |      |      | 名   | 名              | 名    | 名   |
|                                     |      |      | 名   | 名              | 名    | 名   |
| 1-4 看護師数                            |      |      | 名   | 名              | 名    | 名   |
| 1-5 看護補助者数                          |      |      | 名   | 名              | 名    | 名   |
| 1-6 (管理) 栄養士数                       |      |      | 名   | 名              | 名    | 名   |
|                                     |      |      |     |                |      |     |
| A 総 項 目 数                           |      |      |     |                |      |     |
| B 対 象 項 目 数                         |      |      |     |                |      |     |
| C 適 「○」 数                           |      |      |     |                |      |     |
| D 否 「×」 数                           |      |      |     |                |      |     |
| E 非対象項目「-」数                         |      |      |     |                |      |     |
| [2 管 理]                             | 前年判定 | 当年判定 | 備 考 |                |      |     |
| 2-1 医療法の手続                          | /    | /    |     |                |      |     |
| 1. 医療法の使用許可                         |      |      |     |                |      |     |
| 2. 医療法届出事項の変更                       |      |      |     |                |      |     |
| 3. 医療法許可事項の変更                       |      |      |     |                |      |     |
| 4. 地域医療支援病院、特定機能病院、臨床研究中核病院の承認      |      |      |     |                |      |     |
| 5. 診療用放射線装置の届出                      |      |      |     |                |      |     |
| 2-2 患者入院状況                          | /    | /    |     |                |      |     |
| 1. 病室の定員遵守                          |      |      |     |                |      |     |
| 2. 病室以外の患者入院                        |      |      |     |                |      |     |
| 3. 精神病・感染症患者の一般病室への入院               |      |      |     |                |      |     |
| 4. 病毒感染の危険のある患者の感染防止                |      |      |     |                |      |     |
| 5. 装置、器具、放射性同位元素治療患者の放射線治療病室以外の入院防止 |      |      |     |                |      |     |
| 6. 放射線治療病室への他の患者の入院防止               |      |      |     |                |      |     |
| 2-3 新生児の管理                          | /    | /    |     |                |      |     |
| 1. 管理及び看護体制                         |      |      |     |                |      |     |
| 2. 避難体制                             |      |      |     |                |      |     |
| 2-4 医師の宿直                           |      |      |     |                |      |     |
| 2-5 医薬品の取扱い                         | /    | /    |     |                |      |     |
| 1. 毒劇薬の区別と施錠保管                      |      |      |     |                |      |     |
| 2. 毒劇薬の表示                           |      |      |     |                |      |     |
| 3. その他の医薬品の管理                       |      |      |     |                |      |     |
| 4. 調剤所の衛生と防火管理                      |      |      |     |                |      |     |
| 2-6 医療機器等の清潔保持及び維持管理                | /    | /    |     |                |      |     |
| 1. 医療機器及び看護用具の清潔保持                  |      |      |     |                |      |     |
| 2. 病棟諸設備の清潔保持                       |      |      |     |                |      |     |

| [2 管 理]                                  | 前年判定 | 当年判定 | 備 考                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2—7 調理機械・器具の清潔保持及び保守管理                   |      |      |                                                                                                                                              |
| 2—8 職員の健康管理                              |      |      |                                                                                                                                              |
| 2—9 医療の情報の提供                             |      |      |                                                                                                                                              |
| 2—10 医療に係る安全管理のための体制確保                   | /    | /    |                                                                                                                                              |
| 1. 医療に係る安全管理のための指針の整備                    |      |      |                                                                                                                                              |
| 2. 医療に係る安全管理のための委員会（医療安全管理委員会）の設置及び業務の実施 |      |      |                                                                                                                                              |
| 3. 医療に係る安全管理のための基本的事項、具体的方策についての職員研修の実施  |      |      |                                                                                                                                              |
| 4. 事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策        |      |      |                                                                                                                                              |
| 5. 医療事故に係る再発防止策の周知及び遵守                   |      |      |                                                                                                                                              |
| 6. 医療安全管理責任者の配置                          |      |      | 特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の該当項目（臨床研究中核病院の場合は「専任の医療に係る安全管理を行う者」、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の場合は「医療に係る安全管理を行う者」とする。なお、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設は兼任でも可） |
| 7. 医療に係る安全管理を行う部門の設置及び業務の実施              |      |      | 特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の該当項目（臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の場合は「安全管理部門」とする。）                                                                  |
| 8. 患者からの相談に適切に応じる体制の確保                   |      |      | 特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の該当項目（臨床研究中核病院の場合は「研究の対象者又はその家族」とする。）                                                                      |
| 9. 院内での死亡事例を遺漏なく把握できる体制の確保等              |      |      |                                                                                                                                              |
| 10. 事故等事案の登録分析機関への提出                     |      |      | 特定機能病院及び事故等報告病院の該当項目                                                                                                                         |
| 2—11 院内感染対策のための体制確保                      | /    | /    |                                                                                                                                              |
| 1. 院内感染対策のための指針の策定                       |      |      |                                                                                                                                              |
| 2. 院内感染対策のための委員会の開催                      |      |      |                                                                                                                                              |
| 3. 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施                |      |      |                                                                                                                                              |

| [2 管 理]                                                               | 前年判定 | 当年判定 | 備 考         |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 4. 感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策                             |      |      |             |
| 5. 専任の院内感染対策を行う者の配置状況                                                 |      |      | 特定機能病院の該当項目 |
| 2—12 診療用放射線に係る安全管理体制の確保                                               | ／    | ／    |             |
| 1. 診療用放射線に係る安全管理のための責任者の配置                                            |      |      |             |
| 2. 診療用放射線の安全利用のための指針の策定                                               |      |      |             |
| 3. 放射線診療に従事する者に対する診療放射線の安全利用のための研修の実施                                 |      |      |             |
| 4. 放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施     |      |      |             |
| 2—13 医薬品に係る安全管理のための体制確保                                               | ／    | ／    |             |
| 1. 医薬品の安全使用のための責任者（医薬品安全管理責任者）の配置状況                                   |      |      |             |
| 2. 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施                                           |      |      |             |
| 3. 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び手順書に基づく業務の実施                             |      |      |             |
| 4. 医薬品安全管理責任者による前記3.の業務の定期的な確認の実施                                     |      |      |             |
| 5. 医薬品の安全使用のために必要となる未承認等の医薬品の使用の情報その他の情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策 |      |      |             |
| 2—14 医療機器に係る安全管理のための体制確保                                              | ／    | ／    |             |
| 1. 医療機器の安全使用のための責任者（医療機器安全管理責任者）の配置状況                                 |      |      |             |
| 2. 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施                                          |      |      |             |

第2表 検 査 表

4 / 8

| [2 管 理]                                                                  | 前年判定 | 当年判定 | 備 考                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3. 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の実施                                           |      |      |                                                                               |
| 4. 医療機器の安全使用のために必要となる未承認等の医療機器の使用の情報その他の情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策 |      |      |                                                                               |
| 2—15 ドクターヘリの運航に係る安全の確保                                                   | /    | /    | ドクターヘリ基地病院であり、かつ「離着陸の許可を受けていない場所に離着陸を行う運航であって、消防機関等の依頼又は通報に基づかない運航」を行う病院の該当項目 |
| 1. ドクターヘリの運航に係る要領の策定                                                     |      |      |                                                                               |
| 2. 運航要領に定められた事項の遵守                                                       |      |      |                                                                               |
| 2—16 高難度新規医療技術、未承認新規医薬品等を用いた医療を提供するに当たっての必要な措置                           |      |      | 努力義務                                                                          |
| 2—17 特定機能病院における安全管理等の体制                                                  | /    | /    |                                                                               |
| 1. 医療を受ける者に対する説明に関する責任者の配置状況                                             |      |      | 特定機能病院の該当項目                                                                   |
| 2. 診療録等の管理に関する責任者の選任状況                                                   |      |      | 特定機能病院の該当項目                                                                   |
| 3. 高難度新規医療技術を提供するに当たっての措置状況                                              |      |      | 特定機能病院の該当項目                                                                   |
| 4. 未承認新規医薬品等を提供するに当たっての措置状況                                              |      |      | 特定機能病院の該当項目                                                                   |
| 5. 監査委員会の設置状況                                                            |      |      | 特定機能病院の該当項目                                                                   |
| 6. 入院患者が死亡した場合等の医療安全管理部門への報告状況                                           |      |      | 特定機能病院の該当項目                                                                   |
| 7. 他の特定機能病院の管理者と連携した相互立入り及び技術的助言の実施状況                                    |      |      | 特定機能病院の該当項目                                                                   |

第2表 検 査 表

5 / 8

| [2 管 理]                                      | 前年判定 | 当年判定 | 備 考          |
|----------------------------------------------|------|------|--------------|
| 8. 医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口の状況 |      |      | 特定機能病院の該当項目  |
| 9. 管理者のための研修の実施状況                            |      |      | 特定機能病院の該当項目  |
| 2-18 検体検査の業務の適正な実施に必要な基準への適合                 | ／    | ／    |              |
| 1. 検体検査の精度の確保に係る責任者の配置                       |      |      |              |
| 2. 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の配置                |      |      |              |
| 3. 標準作業書の常備及び検体検査の業務の従事者への周知                 |      |      |              |
| 4. 作業日誌の作成                                   |      |      |              |
| 5. 台帳の作成                                     |      |      |              |
| 6. 検体検査の精度管理のための体制の整備                        |      |      | 努力義務         |
| 7. 遺伝子関連・染色体検査の精度管理のための体制の整備                 |      |      | 努力義務         |
| 2-19 サイバーセキュリティの確保                           |      |      |              |
| 2-20 長時間労働となる医師に対する面接指導の実施及び休息時間の確保等の状況      | ／    | ／    |              |
| 1. 面接指導の実施状況                                 |      |      |              |
| 2. 面接指導実施後の就業上の措置                            |      |      |              |
| 3. 労働時間短縮の措置                                 |      |      |              |
| 4. 特定労務管理対象機関の医師への勤務間インターバル及び代償休息の確保         |      |      |              |
| 2-21 医療法人における経営情報等の報告                        | ／    |      | 医療法人立病院の該当項目 |
|                                              |      |      |              |
| A 総項目数                                       |      |      |              |
| B 対象項目数                                      |      |      |              |
| C 適「○」数                                      |      |      |              |
| D 否「×」数                                      |      |      |              |
| E 非対象項目「－」数                                  |      |      |              |

| [3 帳票・記録]                                | 前年判定 | 当年判定 | 備 考 |
|------------------------------------------|------|------|-----|
| 3—1 診療録の管理、保存                            |      |      |     |
| 3—2 助産録の管理、保存                            |      |      |     |
| 3—3 診療に関する諸記録の整理<br>保管                   |      |      |     |
| 3—4 エックス線装置等に関する記録                       | ／    | ／    |     |
| 1. 装置及び器具の使用時間の記録及び保存                    |      |      |     |
| 2. 装置、器具及び放射性同位元素並びに放射性同位元素による汚染物の記録及び保存 |      |      |     |
| 3. 線量当量等の測定、記録及び保存                       |      |      |     |
| 4. 治療用エックス線装置等の放射線量の測定保存                 |      |      |     |
| 3—5 院内掲示                                 |      |      |     |
|                                          |      |      |     |
| A 総項目数                                   |      |      |     |
| B 対象項目数                                  |      |      |     |
| C 適「○」数                                  |      |      |     |
| D 否「×」数                                  |      |      |     |
| E 非対象項目「－」数                              |      |      |     |
| [4 業務委託]                                 | 前年判定 | 当年判定 | 備 考 |
| 4—1 検体検査                                 |      |      |     |
| 4—2 滅菌消毒                                 |      |      |     |
| 4—3 食事の提供                                |      |      |     |
| 4—4 患者等の搬送                               |      |      |     |
| 4—5 医療機器の保守点検                            |      |      |     |
| 4—6 医療ガスの供給設備の保守点検                       |      |      |     |
| 4—7 洗濯                                   |      |      |     |
| 4—8 清掃                                   |      |      |     |
| 4—9 感染性廃棄物の処理                            |      |      |     |
| 4—10 医療用放射性汚染物の廃棄                        |      |      |     |
|                                          |      |      |     |
| A 総項目数                                   |      |      |     |
| B 対象項目数                                  |      |      |     |
| C 適「○」数                                  |      |      |     |
| D 否「×」数                                  |      |      |     |
| E 非対象項目「－」数                              |      |      |     |

| [5 防火・防災体制]                        | 前年判定 | 当年判定 | 備 考 |
|------------------------------------|------|------|-----|
| 5-1 防火管理者及び消防計画                    |      |      |     |
| 5-2 消火訓練・避難訓練                      |      |      |     |
| 5-3 防火・消火用設備の整備                    |      |      |     |
| 5-4 点検報告等                          |      |      |     |
| 5-5 防災及び危害防止対策                     |      |      |     |
| A 総項目数                             |      |      |     |
| B 対象項目数                            |      |      |     |
| C 適「○」数                            |      |      |     |
| D 否「×」数                            |      |      |     |
| E 非対象項目「-」数                        |      |      |     |
| [6 放射線管理]                          | 前年判定 | 当年判定 | 備 考 |
| 6-1 管理区域                           | /    | /    |     |
| 1. 管理区域の設定と標識                      |      |      |     |
| 2. 管理区域への立入制限と被ばく防止の措置             |      |      |     |
| 6-2 敷地の境界等における防護措置                 |      |      |     |
| 6-3 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示            |      |      |     |
| 6-4 放射線装置・器具・機器及び放射性同位元素の使用室・病室の標識 | /    | /    |     |
| 1. 診療室及び各装置・機器使用室並びに治療病室としての標識     |      |      |     |
| 2. 各使用室の出入口の構造                     |      |      |     |
| 6-5 使用中の表示                         | /    | /    |     |
| 1. 使用室の出入口の標識                      |      |      |     |
| 2. 放射線の発生・照射が自動的に表示する装置            |      |      |     |
| 6-6 取扱者の遵守事項                       | /    | /    |     |
| 1. 作業衣の着用                          |      |      |     |
| 2. 放射性同位元素に汚染された物の持出し禁止            |      |      |     |
| 6-7 従事者の被ばく防止の措置                   | /    | /    |     |
| 1. 放射線診療従事者等の被ばく防止の措置              |      |      |     |
| 2. 1.のうち眼の水晶体の被ばく防止の措置             |      |      |     |
| 6-8 患者の被ばく防止の措置                    |      |      |     |
| 6-9 器具又は放射性同位元素で治療を受けている患者の標示      |      |      |     |
| 6-10 使用・貯蔵等の施設設備                   |      |      |     |
| 6-11 照射器具及び放射性同位元素の管理              | /    | /    |     |
| 1. 照射器具の紛失防止                       |      |      |     |

| [6 放射線管理]                             | 前年判定 | 当年判定 | 備 考 |
|---------------------------------------|------|------|-----|
| 2. 放射性同位元素の廃止後の措置                     |      |      |     |
| 6-12 障害防止措置                           |      |      |     |
| 6-13 閉鎖施設の設備・器具                       | /    | /    |     |
| 1. 外部に通じる部分の閉鎖のための設備等                 |      |      |     |
| 2. 排液処理槽の開口部の構造と人の立入禁止措置              |      |      |     |
| 6-14 放射性同位元素使用室の設備                    | /    | /    |     |
| 1. 放射線測定器、汚染除去器の設置                    |      |      |     |
| 2. 準備室の排気設備                           |      |      |     |
| 6-15 貯蔵箱等の障害防止の方法と管理                  | /    | /    |     |
| 1. 貯蔵容器等の防護                           |      |      |     |
| 2. 容器の構造と材質                           |      |      |     |
| 3. 標識の標示                              |      |      |     |
| 6-16 廃棄施設                             | /    | /    |     |
| 1. 排液処理槽の構造                           |      |      |     |
| 2. 排気設備の空気拡散防止の設備                     |      |      |     |
| 6-17 通報連絡網の整備                         |      |      |     |
| 6-18 移動型エックス線装置の保管                    |      |      |     |
| 6-19 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用体制の確保        | /    | /    |     |
| 1. 放射線障害の防止に関する予防措置                   |      |      |     |
| 2. 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用できる医師又は歯科医師の配置 |      |      |     |
| A 総項目数                                |      |      |     |
| B 対象項目数                               |      |      |     |
| C 適「○」数                               |      |      |     |
| D 否「×」数                               |      |      |     |
| E 非対象項目「-」数                           |      |      |     |
| [7 部門合計]                              |      |      |     |
| A 総項目数                                |      |      |     |
| B 対象項目数                               |      |      |     |
| C 適「○」数                               |      |      |     |
| D 否「×」数                               |      |      |     |
| E 非対象項目「-」数                           |      |      |     |



#### IV 檢 查 基 準

## 検査基準の説明

- 1 判定は細分類の項目番号（例 1-4）の付されている検査項目ごとに行う。
- 2 判定の表示は、検査項目に適合している場合は「○」、適合していない場合は「×」を、検査の対象とならない検査項目については「－」を、それぞれ第 2 表（検査表）の「判定」欄に記入する。
- 3 「※」の印が付されている項目は、その印の後に記載されている病院についてのみ検査対象とする。
- 4 判定に当たって検査対象施設が全くない場合は、その施設に関する検査項目はすべて適合していないものとして取り扱う。

| 項目番号      | 項目                                | 根拠法令等                                                                          | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                  | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>1- 1 | 医療従事者<br>医師数<br>患者数に対応した数の医師がいるか。 | 医療法第21条第1項第1号（以下「法21. 1. 1」等という。）<br><br>医療法施行規則第19条第1項第1号（以下「則19. 1. 1」等という。） | 医師の員数の標準の計算方法は次によること<br><br>①精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもって除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者（歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。）の数と外来患者（歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。）の数を2.5（耳鼻咽喉科、眼科又は精神科については、5）をもって除した数との和（特定数が52までは3とし、特定数が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を16で除した数に3を加えた数とすること。 | （計算事例）<br>①入院患者数 一般 90<br>療養 50<br>精神 30<br>結核 25<br>外来患者数※ 250<br>とすると<br>$(90+50/3+30/3(*a)+25+250/2.5(*b)-52(*c))/16+3(*d)=$ $(90+16.666\cdots(*e)+10+25+100-52)/16+3=189.6/16+3=14.85（人）$ $\cdots\cdots（医師の標準数）$ $(*a)\cdots大学附属病院等は30/1$ $(*b)\cdots耳鼻咽喉科、眼科又は精神科は5$ $(*c)\cdots療養病床が50\%を上回る病院は36$ $(*d)\cdots療養病床が50\%を上回る病院は2$ $(*e)\cdots端数が出る場合、小数点第2位を切り捨て小数点第1位までとする$<br>※医師の標準数を算出する際の「外来患者数」については、外来患者延数から医師による包括的なりハビリテーションの指示が行われた通院リハビリ患者（ただし、実施計画の立案日等、医師による外来診察が行われた日を除く。）を除いた患者数を用いることも可能。 |
|           |                                   | 法22の2. 1. 1<br>則22の2. 1. 1                                                     | ②特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けている場合は、入院患者（歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。）の数と外来患者（歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。）の数を2.5をもって除した数との和を8で除した数<br>なお、医師免許取得後2年以上経過していない医師については                                                                                                      | （計算事例）<br>②入院患者数 一般 550人<br>外来患者数<br>（歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科を除く。） 300人<br>とすると<br>$(550+300/2.5)\div8=83.75（人）$ $\cdots\cdots医師の標準数$<br>※特定機能病院全体において、医師の半数以上が規則第22条の2第3項に規定する専門の医師であることを要件とす                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 項目<br>番号 | 項<br>目 | 根拠法令等 | 摘<br>要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備<br>考                                                                                                                     |
|----------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |       | 員数に含めない。<br>※「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平5.2.15健政発第98号（令5.3.31一部改正）参照）                                                                                                                                                                                                                                                                                  | る。<br>（規則第22条の2第3項関係）                                                                                                      |
|          |        | 則43の2 | ③医学を履修する課程を置く大学に附属する病院（特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。）又は100人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を含む病院であって、精神病床を有する病院については、療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもって除した数と、療養病床に係る病室以外の病室の入院患者（歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。）の数と外来患者（歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。）の数を2.5（耳鼻咽喉科、眼科又は精神科については、5）をもって除した数との和（特定数）が52までは3とし、特定数が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を16で除した数に3を加えた数。 |                                                                                                                            |
|          |        | 則49   | ④療養病床の病床数の全病床数に占める割合が100分の50を超える病院については、当分の間、上記に基づき算出された和が「36までは2」とし、算定された和が36を超える場合には当該特定数から36を減じた数を16で除した数に2を加えた数とする。                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
|          |        | 則50   | ⑤則50.1の規定により、法7.2の許可を受けた病院については、許可を受けた日から起算して3年を経過するまでの間、特例的に、当該病院の医師配置標準を現行の算定式の90%相当に緩和する。ただし、医師3人という                                                                                                                                                                                                                                                | （特例が認められる病院）<br>○次の要件がすべて該当する病院<br>ア.次に掲げる地域をその区域内に有する市町村又はこれに準ずる市町村の区域に所在するものであること。<br>ア)離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の |

| 項目<br>番号 | 項 目                              | 根拠法令等                                                                         | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- 2     | 歯科医師数<br><br>患者数に対応した数の歯科医師がいるか。 | 法21. 1. 1<br>則19. 1. 2. イ<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>則19. 1. 2. ロ | <p>最低の員数は下回らないものとする。(則49の適用を受けた病院は、医師2人という最低の員数は下回らないものとする。)</p> <p>歯科医師の員数の標準の計算方法は次によること。</p> <p>①歯科（矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科を含む。）専門の病院については、入院患者の数が52までは3とし、それ以上16又はその端数を増すごとに1を加え、さらに外来患者についてその病院の実状に応じた必要数を加えた数とすること。</p> <p>②その他の病院については、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が16までは1とし、それ以上16又はその端数を増すごとに1を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についてその病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数とする</p> | <p>地域</p> <p>イ) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に規定する辺地</p> <p>ウ) 山村振興法の規定により振興山村と指定された山村</p> <p>エ) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域</p> <p>イ. 当該病院が所在する地域における医療提供施設の整備の状況等からみて、当該地域の医療を確保する上で必要かつ不可欠であると認められるものであること。</p> <p>ウ. 必要な医師を確保するための取組を行っているにもかかわらず、なお医師の確保が著しく困難な状況にあると認められること。</p> <p>※「これに準ずる市町村」とは、人口当たりの医師数が全国平均を下回っている市町村を想定。</p> <p>病院の実状に応じた必要数</p> <p>歯科医師1人1日当たり取扱い外来患者数は概ね20人</p> <p>※歯科の入院患者がいる場合は、最低1人の歯科医師が必要であるが、当該歯科医師が、入院患者の状況に応じ、外来患者を診察することは可能。</p> <p>※歯科医師又は歯科衛生士が外来診療の一環として医科の入院患者に対して行う歯科口腔機能の管理（口腔ケアを含む。）については、これら患者の全身状態を管理する体制として特に支障がないと判断される場合には、上記の取扱い患者数として計上しなくとも差し支えないものとする。</p> |

| 項目<br>番号 | 項 目                            | 根拠法令等                                                                   | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- 3     | 薬剤師数<br><br>患者数に対応した数の薬剤師がいるか。 | 則22の2. 1. 2<br><br>法21. 1. 1<br>法21. 3<br>則19. 2. 1<br>則43の2<br>都道府県の条例 | こと。<br><br>③特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けている場合は、<br>歯科、矯正歯科、小児歯科及び<br>歯科口腔外科の入院患者の数が<br>8 又はその端数を増すごとに 1<br>以上とし、さらに歯科、矯正歯<br>科、小児歯科及び歯科口腔外科<br>の外来患者についての病院の実<br>状に応じて必要と認められる数<br>を加えた数とすること。<br><br>薬剤師の員数の計算方法は、厚生<br>労働省令で定める基準に従い都道<br>府県が条例で定めるところによる<br>こと。<br><br>【従うべき基準】<br>①精神病床及び療養病床に係る病<br>室の入院患者の数を150をもっ<br>て除した数と、精神病床及び療<br>養病床に係る病室以外の病室の<br>入院患者の数を70をもって除し<br>た数と外来患者に係る取扱処方<br>せんの数を75をもって除した数<br>とを加えた数（その数が1に満<br>たないときは1とし、その数に<br>1に満たない端数が生じたとき<br>は、その端数は1として計算す<br>る。）<br><br>②医学を履修する課程を置く大学<br>に附属する病院（特定機能病院<br>及び精神病床のみを有する病院<br>を除く。）又は100人以上の患<br>者を入院させるための施設を有<br>し、その診療科名中に内科、外<br>科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽<br>喉科を含む病院であって、精神<br>病床を有する病院については、<br>療養病床に係る病室の入院患者<br>の数を150をもって除した数と<br>、療養病床に係る病室以外の病<br>室の入院患者の数を70をもって<br>除した数と外来患者に係る取扱<br>処方せんの数を75をもって除し | （計算事例）<br>③入院患者数   一般   90    }<br>療養   50    }<br>精神   35    }<br>結核   25    }<br>外来取扱処方箋数   100    }   とすると<br><br>90/70+50/150+35/150(*)+25/70+100/75=<br>1.2+0.3+0.2+0.3+1.3=3.3≒4（人）<br>……（薬剤師の員数）<br>(*)…大学附属病院等は35/70<br><br>※従うべき基準<br>条例の内容を直接的に拘束する、必ず<br>適合しなければならない基準であり、<br>当該基準に従う範囲内で地域の実情に<br>応じた内容を定める条例は許容される<br>ものの、異なる内容を定めることは許<br>されないもの。 |

| 項目<br>番号 | 項 目                                      | 根拠法令等                                                                                                                              | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- 4     | 看護師数<br><br>患者数に対応した数の看護師（准看護師を含む。）がいるか。 | 法22の2. 1. 1<br>則22の2. 1. 3<br><br>法21. 1. 1<br>法21. 3<br>則19. 2. 2<br>則43の2<br>医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成13年厚生労働省令第8号）附則第20条<br>都道府県の条例 | た数とを加えた数（その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。）<br><br>薬剤師の員数の計算方法は、次によること。<br>○特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けている場合は、入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1以上とし、調剤数80又はその端数を増すごとに1を標準とすること。<br><br>看護師の員数の計算方法は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県が条例で定めるところによること。<br><br>【従うべき基準】<br>①療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者（入院している新生児を含む。）の数を3をもって除した数とを加えた数（その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。）に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに1を加えた数<br>また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。<br><br>②精神病床を有する病院については、当分の間、精神病床に係る病室の入院患者の数を5をもって除した数（その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数を生じたときは1として計算す | （計算事例）<br>④入院患者数 一般 90<br>療養 50<br>精神 35<br>結核 25<br>外来患者数※ 400 } とすると<br>・ 入院 $(90/3+50/4(*))+35/4+25/4=30+12.5+8.7+6.2=57.4 \div 58$<br>・ 外来 $(400/30)=13.3 \div 14$<br>・ 入院＋外来 $(58+14)=72$ （人）<br>……（看護師等の員数）<br>※看護師の員数を算出する際の「外来患者数」については、外来患者延数から医師による包括的なりハビリテーションの指示が行われた通院リハビリ患者（ただし、実施計画の立案日等、医師による外来診察が行われた日を除く。）を除いた患者数を用いることも可能。<br><br>（参考）看護師等の員数が定められた員数の7割に満たない場合、看護師等確保推進者を置くこととされている。<br>（看護師等の人材確保の促進に関する法律第12条、看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第2条参照）<br><br>※第2表 検査表〔1 医療従事者〕1－4看護師数について、②の看護補助者を置いた場合であっても、当該看護 |

| 項目<br>番号 | 項<br>目 | 根拠法令等                          | 摘<br>要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 備<br>考                                                                                                                                                                               |
|----------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                | <p>る。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは1として計算する。)から減じた数を看護補助者とすることができる。</p> <p>③医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)又は100人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を含む病院(特定機能病院を除く。)であって、精神病床を有する病院については、療養病床、結核病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数と、結核病床及び療養病床以外の病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに1を加えた数</p> <p>また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。</p> | <p>補助者を看護者数に含めないものとし、また、当該看護補助者は1－5の看護補助者数にも含めないものとする。</p>                                                                                                                           |
|          |        | <p>法22の2.1.1<br/>則22の2.1.4</p> | <p>看護師の員数の計算方法は、次によること。</p> <p>○特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けている場合は、入院患者(入院している新生児を含む。)の数が2又はその端数を増すごとに1と外来患者の数が30又はその端数を増すごとに1を加えた数以上</p> <p>また、歯科、矯正歯科、小児歯</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>(計算事例)</p> <p>⑤入院患者数 550人<br/>外来患者数 300人 } とすると</p> <p>入院 <math>550 \div 2 = 275</math><br/>外来 <math>300 \div 30 = 10</math><br/><math>275 + 10 = 285</math> (人)<br/>……看護師の員数</p> |

| 項目<br>番号 | 項 目                                       | 根拠法令等                                                                                  | 摘 要                                                                                                                                                                    | 備 考                                                         |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1- 5     | 看護補助者数<br><br>定められた数の看護補助者がいるか。           | 法21. 1. 1<br>法21. 3<br>則19. 2. 3<br>都道府県の条例                                            | 科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。<br><br>看護補助者の員数の計算方法は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県が条例で定めるところによること。<br><br>【従うべき基準】<br>○療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1                   | 「看護補助者」とは、医師、看護師等の指示に基づき、看護の補助として介護に当たる者を意味し、特段の資格を必要とはしない。 |
| 1- 6     | 栄養士又は管理栄養士数<br><br>定められた数の栄養士又は管理栄養士がいるか。 | 法21. 1. 1<br>法21. 3<br>則19. 2. 4<br>都道府県の条例                                            | 栄養士又は管理栄養士の員数の計算方法は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県が条例で定めるところによること。<br><br>【従うべき基準】<br>○100床以上の病院に1                                                                                |                                                             |
|          | (参考)<br>助産師数                              | 法22の2. 1. 1<br>則22の2. 1. 5<br><br>法21. 1. 1<br>法21. 3<br>則19. 2. 2<br>則43の2<br>都道府県の条例 | 管理栄養士の員数の計算方法は、次によること。<br>○特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けている場合は、1以上の管理栄養士がいること<br>助産所の員数の計算方法は、次によること。<br><br>○産婦人科又は産科を有する病院<br>産婦人科又は産科の患者に対する看護師（准看護師を含む。）の員数のうちの適当数を助産師とする。 |                                                             |
|          |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 適当数産婦人科又は産科の入院患者がいる場合に1人以上                                  |

| 項目<br>番号 | 項 目                         | 根拠法令等                                        | 摘 要                                                | 備 考                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | <b>管 理</b>                  |                                              |                                                    |                                                                                                                        |
| 2- 1     | 医療法上の手続                     | 法7.1<br>法7.2<br>法21<br>法22<br>法22の2<br>法22の3 | 医療法上の手続きは適正に行われているか。                               |                                                                                                                        |
| 1.       | 医療法の使用許可                    | 法27                                          | 1. 病院の構造設備は使用の許可を受けていること。                          |                                                                                                                        |
| 2.       | 医療法届出事項の変更                  | 令4.1<br>令4の2<br>令4の3<br>則22<br>則24～則29       | 2. 病院開設許可後の開設届及び届出事項に変更を生じたときにその届出がなされていること。       |                                                                                                                        |
| 3.       | 医療法許可事項の変更                  | 法 7. 2<br>則 1 の 14                           | 3. 病院の開設許可を受けた後に厚生労働省令で定める事項を変更したときその許可を受けていること。   |                                                                                                                        |
| 4.       | 地域医療支援病院、特定機能病院、臨床研究中核病院の承認 |                                              | 4. 地域医療支援病院、特定機能病院、臨床研究中核病院として定められた事項を有し承認を得ていること。 |                                                                                                                        |
| 5.       | 診療用放射線装置の届出                 | 法15の3<br>則24～則29                             | 5. 診療用放射線装置の設置、設置変更又は廃止の届出をしていること。                 | 診療用放射線装置<br>エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素      |
| 2- 2     | 患者の入院状況                     | 則10. 1. 1～<br>則10. 1. 6                      | 患者の入院状況は定められた基準により適正に管理されているか。                     |                                                                                                                        |
| 1.       | 病室の定員遵守                     | 則30の15. 1<br>則30の15. 2                       | 1. 病室に定員を超えて患者を入院させていないこと。（ただし、臨時応急の場合を除く。）        | ・緊急時の対応として、救急医療（周産期救急医療及び小児救急医療を含む）に係る患者を入院させるときは、病室に定員を超えて患者を入院させること及び病室以外の場所に患者を入院させることができること。<br>◇救急患者の受入れに係る定員超過入院 |



| 項目<br>番号 | 項 目                              | 根拠法令等                      | 摘 要                                                                                                                    | 備 考                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                            |                                                                                                                        | 等の取扱いについては、「救急患者の受入に係る医療法施行規則第10条等の取扱いについて」（平成21. 7. 21医政総発0721第1号・医政指発0721第1号・保医発0721第1号）を参照                       |
| 2.       | 病室以外の患者入院                        |                            | 2. 病室以外の場所に患者を入院させていないこと。（ただし、臨時応急の場合を除く。）                                                                             |                                                                                                                     |
| 3.       | 精神病・感染症患者の一般病室への入院               |                            | 3. 精神病患者又は感染症患者をそれぞれ精神病室又は感染症病室以外の場所に入院させていないこと。（ただし、臨時応急の場合（精神病患者の身体的合併症に対応するため入院させる場合を含む。）を除く。）                      |                                                                                                                     |
| 4.       | 病毒感染の危険のある患者の感染防止                |                            | 4. 病毒感染の危険のある患者からの感染を防止するために適切な措置をとっていること。                                                                             | 4. 適切な措置<br>①当該患者を他の患者と同室に入院させないこと。<br>②当該患者を入院させた室を消毒せずに他の患者を入院させないこと。<br>③当該患者の用に供した被服、寝具、食器等を消毒しないで他の患者に使用しないこと。 |
| 5.       | 装置、器具、放射性同位元素治療患者の放射線治療病室以外の入院防止 |                            | 5. 診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を放射線治療病室以外の病室に入院させないこと。 |                                                                                                                     |
| 6.       | 放射線治療病室への他の患者の入院防止               |                            | 6. 放射線治療病室に上記5に規定する患者以外の患者を入院させないこと。                                                                                   |                                                                                                                     |
| 2- 3     | 新生児の管理                           | 法15. 1<br>法20<br>則19. 2. 2 | 新生児の管理が適切に行われているか。（産科又は産婦人科を標榜する病院）                                                                                    |                                                                                                                     |
| 1.       | 管理及び看護体制                         |                            | 1. 新生児に対して必要な管理体制及び看護体制がとられていること。                                                                                      | 1. ①適切な看護要員が配置され、その責任体制が確立されていること。<br>②新生児の識別が適切に行われている                                                             |

| 項目<br>番号 | 項 目         | 根拠法令等               | 摘 要                                                                                                                                                   | 備 考                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.       | 避難体制        |                     | 2. 火災等緊急時における新生児の避難体制があらかじめ定められていること。                                                                                                                 | こと。<br>2. 避難に必要な器具が備えられていること。                                                                                                                                                         |
| 2- 4     | 医師の宿直       | 法16<br>則9の15の2      | 医師の宿直体制は整っているか。<br>医業を行う病院にあっては医師を宿直させていること。ただし、医師がその病院に隣接した場所に待機する場合、その他病院の入院患者の病状が急変した場合においても病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているものとして、都道府県知事に認められた場合はこの限りでない。 | 隣接した場所に待機する場合、速やかに診療を行う体制が確保されているもの<br>(平成30年3月22日医政発0322第13号「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について(施行通知)」参照)<br><br>医師の宿直体制に限らず、宿直実態についても、必要に応じて、病院日誌や宿直日誌などの記録を確認することにも留意する。                |
| 2- 5     | 医薬品の取り扱い    | 法15.1<br>法20<br>則14 | 医薬品の取り扱いは適正にされているか。                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
| 1.       | 毒劇薬の区別と施錠保管 |                     | 1. 毒薬又は劇薬が他のものと区別されていること。毒薬を貯蔵配置する場所に施錠がされていること。                                                                                                      | 1. 医薬品医療機器等法第48条第1項及び第2項参照                                                                                                                                                            |
| 2.       | 毒劇薬の表示      |                     | 2. 毒薬及び劇薬の直接容器又は直接の被包にそれぞれの表示がなされていること。                                                                                                               | 2. 表示<br>毒薬は黒地に白枠白字をもってその品名及び「毒」の字を記載する。劇薬は白地に赤枠赤字をもってその品名及び「劇」の字を記載する。<br>(医薬品医療機器等法第44条第1項及び第2項参照)                                                                                  |
| 3.       | その他の医薬品の管理  |                     | 3. その他の薬剤についてもその管理及び取扱いが適正に行われていること。                                                                                                                  | 3. (参考) 麻薬、向精神薬、覚醒剤については、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)により別途規制が行われていることに留意する。また、特に安全管理が必要な医薬品(要注意薬)についても、配置の工夫などの事故防止対策が必要であることが「医薬品の安全使用のための業務手順マニュアル」に示されていることに留意する。 |

| 項目<br>番号 | 項 目                        | 根拠法令等                   | 摘 要                                                                                             | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.       | 調剤所の衛生<br>と防火管理            |                         | 4. 調剤所について衛生上、防火上<br>適切な配慮がなされていること。                                                            | ◇調剤室、病棟等における医薬品の管理<br>については、「医薬品の安全使用のた<br>めの業務手順書作成マニュアルについ<br>て」（平成19.3.30医政総発第0330001<br>号・薬食総発第0330001号）を参照。<br><br>4.（参考）引火のおそれのある薬品等の<br>例<br>アルコール類、エーテル類、ベンゼン<br>、クロロホルム等                                                                            |
| 2- 6     | 医療機器等の<br>清潔保持及び<br>維持管理   | 法20                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.       | 医療機器及び<br>看護用具の清<br>潔保持    |                         | 医療機器等は清潔な状態に保たれ<br>、かつ、保守管理が十分に行われ<br>ているか。<br><br>1. 医療機器及び看護用具が清潔を<br>保つよう十分手入れがなされて<br>いること。 | 1. 適切な滅菌装置や消毒薬の使用を確<br>認すること。                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.       | 病棟諸設備の<br>清潔保持             |                         | 2. 病棟における諸設備が清潔に保<br>たれていること。                                                                   | 2. 清潔保持<br>①ベッド、マットレス等の寝具類及び病<br>室内の清潔整頓<br>②便器の清潔維持                                                                                                                                                                                                         |
| 2- 7     | 調理機械、器具<br>の清潔保持及び<br>保守管理 | 法15.1<br>法20<br>則20.1.8 | 給食施設の施設・設備について清<br>潔が保持され衛生上適切な管理が<br>行われていること。                                                 | 必要に応じ記録により確認すること。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2- 8     | 職員の健康管理                    | 法15.1                   | 職員について定期的な健康診断を<br>行う等適切な健康管理体制が確立<br>されていること。                                                  | 給食関係職員、放射線関係職員の健康管<br>理については特に留意する。<br>（参考1）病院開設者は労働安全衛生法<br>（昭和47年法律第57号）により事業者<br>として職員の健康を確保するよう規定<br>されていることに留意する。<br>（参考2）感染症の予防及び感染症の患<br>者に対する医療に関する法律（平成10<br>年法律第114号）第53条の2には病<br>院開設者は労働安全衛生法による事業<br>者として職員の定期健康診断を実施す<br>るよう規定されていることに留意する<br>。 |
| 2- 9     | 医療の情報の提                    | 法1                      | 医療機関の有する医療機能情報が                                                                                 | ①病院、診療所又は助産所（以下「病院                                                                                                                                                                                                                                           |

| 項目<br>番号 | 項 目              | 根拠法令等                                                | 摘 要                        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 供                | 法6の3.1 ～<br>法6の3.3<br>則1の2の2<br>則1の2の3<br>則1の3       | 公表されていること。                 | 等」という。)の管理者は、都道府県知事が定める方法により、1年に1回以上、都道府県知事が定める日までに、規則第1条の2の2第2項に規定する事項(別表第1)を都道府県知事に報告するとともに、同事項を当該病院等において閲覧に供しなければならない。<br>②病院等の報告事項のうち、規則別表第1第1の項第1号に掲げる基本情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に報告する。<br>③病院等の管理者は、当該病院等において閲覧に代えて、パソコン等のモニター画面での表示、インターネット若しくは電子メールによる方法又はフロッピーディスク、CD-ROM等による交付とすることができる。<br>◇医療機能情報提供の具体的実施方法等については、「医療機能情報提供制度実施要領について」(平19.3.30医政発第0330013号(令5.12.5一部改正))を参照 |
| 2-10     | 医療の安全管理のための体制の確保 | 法1<br>法6の10<br>法6の11<br>法6の12<br>法15.1               | 医療の安全管理のための体制が確保されているか。    | (「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」(平19.3.30医政発第0330010号(令2.12.25一部改正)))                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.       | 医療の安全管理のための指針の整備 | 法17<br>則1の10の2<br>則1の11.1<br>則9の20の2<br>則9の25<br>則12 | 1. 医療に係る安全管理のための指針を整備すること。 | 「医療に係る安全管理のための指針」は次に掲げる事項を文書化したものであること。また、本指針は、医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)を設ける場合には、医療安全管理委員会において策定及び変更することとし、従業者に対して周知徹底を図ること。<br>①当該病院等における安全管理に関する基本的考え方<br>②医療安全管理委員会その他の当該病院等の組織に関する基本的事項<br>③従業者に対する医療に係る安全管理のための研修に関する基本方針<br>④当該病院等における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針                                                                                            |

| 項目<br>番号 | 項 目                                   | 根拠法令等 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.       | 医療に係る安全管理のための委員会（医療安全管理委員会の設置及び業務の実施） |       | <p>2. 医療に係る安全管理のための委員会を設置し、次に掲げる業務その他の医療に係る安全管理のための業務を行わせること。</p> <p>イ 当該病院等において重大な問題その他医療安全管理委員会において取り扱うことが適当な問題が発生した場合における速やかな原因の究明のための調査及び分析</p> <p>ロ イの分析の結果を活用した医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の立案及び実施並びに従業者への周知</p> | <p>⑤医療事故等発生時の対応に関する基本方針（医療安全管理委員会に報告すべき事例の範囲、報告手順を含む。）</p> <p>⑥医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針（患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針を含む。）</p> <p>⑦患者からの相談への対応に関する基本方針</p> <p>⑧その他医療安全の推進のために必要な基本方針（高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合には、関係学会の策定した「高難度新規医療技術の導入を検討するに当たっての基本的な考え方」やガイドライン等を参考に実施することを含む。）</p> <p>・医療安全管理委員会とは、当該病院等における安全管理の体制の確保及び推進のために設けるものであり、各部門の安全管理のための責任者等で構成されるものであること。また、医療安全管理委員会の管理及び運営に関する規程が定められており、医療安全管理委員会が月1回程度開催されるとともに、重大な問題が発生した場合は適宜開催されること。</p> <p>・その他の医療に係る安全管理のための業務には、重要な検討内容について、患者への対応状況を含め管理者へ報告することを含むものであること。</p> <p>・原因の究明のための調査及び分析は、客観的な事実から構造的な原因を分析するものであり、個人の責任追及を行うものではないことに留意すること。</p> <p>・医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の立案及び実施並びに従業者への周知とは、当該病院等の組織としての改善のための方策を企画立案及び実施し、当該病院等においてこれらの情報を共有するものであること。また、改善のための方策については、背景要因及び根本原因を分析し検討された効果的な再発防止策等を含むものであること。</p> |

| 項目<br>番号 | 項<br>目                               | 根拠法令等 | 摘<br>要                                                                                                                                                                              | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.       | 医療に係る安全管理のための基本的事項、具体的方策についての職員研修の実施 |       | <p>ハ ロの改善のための方策の実施の状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直し</p> <p>3. 医療に係る安全管理のため、従業者の医療の安全に関する意識、他の従業者と相互に連携して業務を行うことについての認識、業務を安全に行うための技能の向上等を目的として、医療に係る安全管理のための基本的な事項及び具体的方策についての職員研修を実施すること。</p> | <p>・改善のための方策の実施の状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直しとは、同様の事故等の発生状況の確認や、医療安全管理委員会の構成員が定期的に関係部署の巡回を行うなどをして調査を行い、必要に応じて医療安全の知見に基づいた見直しを行うものであること。</p> <p>①医療に係る安全管理のための職員研修では、当該病院等の具体的な事例等を取り上げ、職種横断的に行うものであることが望ましいものであること。</p> <p>②本研修は、当該病院等全体に共通する安全管理に関する内容について、当該研修を実施する病院等の従業者に周知徹底を行うものであり、年2回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること。また、研修の実施内容（開催又は受講日時、出席者、研修項目）について記録すること。</p> <p>③研修については、患者を入所させるための施設を有しない診療所及び妊婦等を入所させるための施設を有しない助産所については、当該診療所等以外での研修を受講することでも代用できるものとし、年2回程度の受講のほか、必要に応じて受講すること。</p> |
| 4.       | 事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策       |       | <p>4. 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること。</p>                                                                                                                            | <p>・当該病院等における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に係る措置は、以下の①から④までに掲げるものを含むこと。</p> <p>①当該病院等において発生した事故等の医療安全管理委員会への報告等を行うこと。なお、特定機能病院又は臨床研究中核病院については、医療安全管理部門への報告でも差し支えないものであること。</p> <p>②あらかじめ指針で定められた報告すべき事例の範囲、報告手順等に関する規定に従い事例を収集、分析すること。これにより、当該病院等における問題点を把握して、当該病院等の組織としての改善策の企画立案及びその実施状況を評価し、当該病院等においてこれ</p>                                                                                                                                                                          |

| 項目<br>番号 | 項 目                 | 根拠法令等 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.       | 医療事故に係る再発防止策の周知及び遵守 |       | 5. 当該病院等において発生した医療事故について再発防止策が院内に周知されるとともに、遵守されていること。                                                                                                                                                                                                                                  | <p>らの情報を共有すること。</p> <p>③重大な事故の発生時には、速やかに管理者へ報告すること。また、改善策については、背景要因及び根本原因を分析し検討された効果的な再発防止策等を含むものであること。</p> <p>④事故の報告は診療録や看護記録等に基づき作成すること。</p> <p>※「医療安全対策に関する行政評価・監視＜結果に基づく勧告＞」（平成25年8月30日総務省公表）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.       | 医療安全管理責任者の配置        |       | <p>（特定機能病院の場合）</p> <p>6. 医療安全管理責任者を配置し、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者を統括させること。</p> <p>（臨床研究中核病院の場合）</p> <p>6. 専任の医療に係る安全管理を行う者を配置すること。</p> <p>（臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の場合）</p> <p>6. 医療に係る安全管理を行う者を配置すること。</p> <p>（※特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の該当項目。（臨床研究中核病院の場合は「専</p> | <p>◇特定機能病院における医療安全管理責任者の業務及び基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平5. 2. 15健政発第98号（令5. 3. 31一部改正））を参照</p> <p>◇臨床研究中核病院における専任の医療に係る安全管理を行う者の業務及び基準は、「医療法の一部改正（臨床研究中核病院関係）の施行等について」（平27. 3. 31医政発0331第69号（令3. 9. 9一部改正））を参照</p> <p>◇臨床研修病院、歯科医師臨床研修施設における医療に係る安全管理を行う者の業務及び基準は、「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」（平15. 6. 12医政発0612004号）（令7. 3. 31一部改正）、「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」（令3. 3. 31医政発0331第75号）を参照</p> <p>◇安全管理者の業務については、「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針の改定について」（令 2. 3. 26 医政安発 0326 第1号）を参照。</p> |

| 項目<br>番号 | 項<br>目                   | 根拠法令等 | 摘<br>要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 備<br>考                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.       | 医療に係る安全管理を行う部門の設置及び業務の実施 |       | <p>任の医療に係る安全管理を行う者」、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修病院の場合は「医療に係る安全管理を行う者」とする。なお、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設については兼任でも可）</p> <p>(特定機能病院の場合)</p> <p>7. 専従の医師、薬剤師及び看護師を配置した医療に係る安全管理を行う部門（医療安全管理部門）を設置し、次に掲げる業務を行わせること。</p> <p>イ 医療安全管理委員会に係る事務</p> <p>ロ 事故その他の医療安全管理部門において取り扱うことが必要なものとして管理者が認める事象が発生した場合における診療録その他の診療に関する記録の確認、患者又はその家族への説明、当該事象の発生の原因の究明の実態その他の対応の状況の確認及び当該確認の結果に基づく従業者への必要な指導</p> <p>ハ 医療に係る安全管理に係る連絡調整</p> <p>ニ 医療に係る安全の確保のための対策の推進</p> <p>ホ 医療に係る安全の確保に資する診療の状況の把握及び従業者の医療の安全に関する意識の向上の状況の確認</p> <p>(臨床研究中核病院の場合)</p> <p>7. 専従の医師、薬剤師及び看護師を配置した医療に係る安全管理を行う部門（医療安全管理部門）を設置し、次に掲げる業務その他の医療に係る安全管理のために必要な業務を行わせること。</p> <p>(1) 医療安全管理委員会に係る事務</p> <p>(2) 事故その他の医療安全管理部門において取り扱うことが必</p> | <p>◇特定機能病院における医療安全管理部門の業務及び基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平5.2.15健政発第98号（令5.3.31一部改正））を参照</p> <p>◇臨床研究中核病院における専任の医療にかかる安全管理を行う者の業務及び基準は、「医療法の一部改正（臨床研究中核病院関係）の施行等について」（平27.3.31医政発0331第69号（令3.9.9一部改正））を参照</p> |



| 項目<br>番号 | 項 目                 | 根拠法令等 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.       | 患者からの相談に適切に応じる体制の確保 |       | <p>要なものとして管理者が認める事象が発生した場合における診療録その他の診療に関する記録の確認、患者又はその家族への説明、当該事象の発生の原因の究明の実施その他の対応の状況の確認及び当該確認の結果に基づく従事者への必要な指導</p> <p>(3) 医療に係る安全管理に係る連絡調整</p> <p>(4) 医療に係る安全の確保のための対策の推進</p> <p>(臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の場合)</p> <p>7. 安全管理部門を設置すること。<br/>。（※特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の該当項目。<br/>。（臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の場合は「安全管理部門」とする。））</p> <p>(特定機能病院の場合)</p> <p>8. 患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制を確保すること。</p> <p>(臨床研究中核病院の場合)</p> <p>8. 当該病院が実施する特定臨床研究に関し、研究の対象者又はその家族からの相談に適切に応じる体制を確保すること。</p> <p>(臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の場合)</p> <p>8. 患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること。<br/>（※特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の該当項目）</p> | <p>◇臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設における医療に係る安全管理を行う者の業務及び基準は、「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」（平15.6.12医政発0612004号）（令7.3.31一部改正）、「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」（令3.3.31医政発0331第75号）を参照</p> <p>◇特定機能病院における患者からの安全管理に係る相談に応じる体制の基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平5.2.15健政発第98号（令5.3.31一部改正））を参照</p> <p>◇臨床研究中核病院における研究の対象者又はその家族からの相談に応じる体制の基準は、「医療法の一部改正（臨床研究中核病院関係）の施行等について」（平27.3.31医政発0331第69号（令3.9.9一部改正））を参照</p> <p>◇臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設における患者からの相談に応じる体制の基準は、「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令に施行について」（平15.6.12医政発0612004号）（令7.3.31一部改正）、「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令</p> |

| 項目<br>番号 | 項 目                                            | 根拠法令等 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.       | 医療事故（予期しない死亡・死産）が発生した場合の対応（医療事故調査・支援センターへの報告等） |       | <p>9. 当該病院等の管理者は、医療事故（当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの）が発生した場合には、遅滞なく、医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。</p> <p>病院等の管理者は、医療事故調査制度の報告をするに当たっては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した者の遺族に対し、説明しなければならない。</p> <p>病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、速やかにその原因を明らかにするための調査（医療事故調査）を行わな</p> | <p>の施行について」（令3.3.31医政発0331第75号）を参照</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理者が判断するに当たっては、当該医療事故に関わった医療従事者等から十分事情を聴取した上で、組織として判断する。</li> <li>・以下の事項を報告する。             (1) 日時/場所/診療科             (2) 医療事故の状況             ・疾患名/臨床経過等             ・報告時点で把握している範囲             ・調査により変わることがあることが前提であり、その時点で不明な事項については不明と記載する。             (3) 連絡先             (4) 医療機関名/所在地/管理者の氏名             (5) 患者情報（性別/年齢等）             (6) 調査計画と今後の予定             (7) その他管理者が必要と認めた情報           </li> <li>・遺族へは、以下の事項を説明する。             (1) 医療事故の日時、場所、状況             ・日時/場所/診療科             ・医療事故の状況             ・疾患名/臨床経過等             ・報告時点で把握している範囲             ・調査により変わることがあることが前提であり、その時点で不明な事項については不明と説明する。             (2) 制度の概要             (3) 院内事故調査の実施計画             (4) 解剖又は死亡時画像診断（A i）が必要な場合の解剖又は死亡時画像診断（A i）の具体的実施内容などの同意取得のための事項             (5) 血液等の検体保存が必要な場合の説明           </li> <li>・検査項目については、以下の中から必要な範囲内で選択し、それらの事項に関し、情報の収集、整理を行うものとする。</li> </ul> |

| 項目<br>番号 | 項<br>目 | 根拠法令等 | 摘<br>要                                                                             | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |       | <p>ればならない。</p> <p>病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、遅滞なく、その結果を医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。</p> | <p>※調査の過程において可能な限り匿名性の確保に配慮すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・診療録その他の診療に関する記録の確認<br/>例) カルテ、画像、検査結果等</li> <li>・当該医療従事者のヒアリング<br/>※ヒアリング結果は内部資料として取り扱い、開示しないこと。(法的強制力がある場合を除く。)とし、その旨をヒアリング対象者に伝える。</li> <li>・その他の関係者からのヒアリング<br/>※遺族からのヒアリングが必要な場合があることも考慮する。</li> <li>・医薬品、医療機器、設備等の確認</li> <li>・解剖又は死亡時画像診断(Ai)については解剖又は死亡時画像診断(Ai)の実施前にどの程度死亡の原因を医学的に判断できているか、遺族の同意の有無、解剖又は死亡時画像診断(Ai)の実施により得られると見込まれる情報の重要性などを考慮して実施の有無を判断する。</li> <li>・血液、尿等の検体の分析・保存の必要性を考慮する。</li> <li>・センターへは以下の事項を報告する。<br/>(1)日時/場所/診療科<br/>(2)医療機関名/所在地/連絡先<br/>(3)医療機関の管理者の氏名<br/>(4)患者情報(性別/年齢等)<br/>(5)医療事故調査の項目、手法及び結果</li> <li>・調査の概要(調査項目、調査の手法)</li> <li>・臨床経過(客観的事実の経過)</li> <li>・原因を明らかにするための調査の結果<br/>※必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意すること。<br/>調査において再発防止策の検討を行った場合、管理者が講ずる再発防止策については記載する。<br/>当該医療従事者や遺族が報告書の内容について意見がある場合等は、その旨を記載すること。</li> </ul> |

| 項目<br>番号 | 項<br>目                   | 根拠法令等 | 摘<br>要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.      | 事故等事案の<br>登録分析機関<br>への提出 |       | <p>病院等の管理者は、医療事故調査の結果の報告をするに当たっては、あらかじめ、遺族に対し、説明しなければならない。ただし遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。</p> <p>・病院等の管理者は、医療事故調査制度の報告を適切に行うために、当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制を確保するものとする。</p> <p>10. 特定機能病院及び事故等報告病院の管理者は、事故等事案が発生した場合には、当該事故等事案に係る事故等報告書を当該事故等事案が発生した日から原則として二週間以内に、登録分析機関に提出しなければならない。</p> <p>(※特定機能病院及び事故等報告病院の該当項目)</p> | <p>・「センターへの報告事項」の内容を説明することとする。</p> <p>・当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制とは、当該病院等における死亡及び死産事例が発生した事が病院等の管理者に速やかに報告される体制をいうこと。</p> <p>(1) 対象医療機関<br/>特定機能病院及び事故等報告病院（国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所、独立行政法人国立病院機構、国立健康危機管理研究機構の開設する病院、学校教育法に基づく大学の附属施設である病院（病院分院は除く。））</p> <p>(2) 登録分析機関<br/>公益財団法人日本医療機能評価機構（平成16年厚生労働省告示372号参照）</p> <p>(3) 医療機関における事故等の範囲</p> <p>① 誤った医療又は管理を行ったことが明らかであり、その行った医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期しなかった、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案。</p> <p>② 誤った医療又は管理を行ったことは明らかではないが、行った医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期しなかった、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案（行った医療又は管理に起因すると疑われるものを含み、当該事案の発生を予期しなかったものに限る。）</p> <p>③ ①②に掲げるもののほか、医療機関内における事故の発生の予防及び</p> |

| 項目<br>番号 | 項<br>目                  | 根拠法令等                                         | 摘<br>要                     | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-11     | 院内感染対策の<br>ための体制確保      | 法6の12<br>法15.1<br>法17<br>則1の11.2.1<br>則9の20の2 | 院内感染対策のための体制が確保<br>されているか。 | <p>再発の防止に資する事案。</p> <p>(4) 報告を求める項目</p> <p>① 当該事案が発生した日時、場所及<br/>び診療科名</p> <p>② 性別、年齢、病名その他の当該事<br/>案に係る患者に関する情報</p> <p>③ 職種その他の当該事案に係る医療<br/>関係者に関する情報</p> <p>④ 当該事案の内容に関する情報</p> <p>⑤ 前各号に掲げるもののほか、当該<br/>事案に関し必要な情報</p> <p>医療の安全管理のための体制を確保す<br/>るための措置と一体的に実施しても差し<br/>支えない。</p> <p>(「良質な医療を提供する体制の確立を<br/>図るための医療法等の一部を改正する<br/>法律の一部の施行について」(平成19<br/>年3月30日医政発第0330010号)(令<br/>2.12.25一部改正))</p>                                                                                                                                         |
| 1.       | 院内感染対策<br>のための指針<br>の策定 |                                               | 1. 院内感染対策のための指針の<br>策定     | <p>院内感染対策のための指針は、次に掲<br/>げる事項を文書化したものであり、また<br/>、この指針は、医療法施行規則第1条の<br/>11第2項第1号ロに規定する院内感染対<br/>策委員会の決議を経て策定及び変更する<br/>ものであることとし、当該指針は従業者<br/>へ周知徹底すること。</p> <p>ア 院内感染対策に関する基本的考え方</p> <p>イ 院内感染対策のための委員会(委員<br/>会を設ける場合を対象とする。)その<br/>他の当該病院等の組織に関する基本的<br/>事項</p> <p>ウ 院内感染対策のための従業者に対す<br/>る研修に関する基本方針</p> <p>エ 感染症の発生状況の報告に関する基<br/>本方針</p> <p>オ 院内感染発生時の対応に関する基本<br/>方針</p> <p>カ 患者等に対する当該指針の閲覧に関<br/>する基本方針</p> <p>キ その他の当該病院等における院内感<br/>染対策の推進のために必要な基本方針</p> <p>◇院内感染対策のための指針の策定につ<br/>いては、「院内感染対策のための指針案<br/>の送付について」(平27.1.5医政局地域</p> |

| 項目<br>番号 | 項 目                                | 根拠法令等 | 摘 要                           | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.       | 院内感染対策<br>のための委員<br>会の開催           |       | 2. 院内感染対策のための委員会の<br>開催       | <p>医療計画課事務連絡) を参照</p> <p>院内感染対策委員会とは、当該病院等における院内感染対策の推進のために設けるものであり、次に掲げる基準を満たす必要があること。</p> <p>ア 管理及び運営に関する規程が定められていること。</p> <p>イ 重要な検討内容について、院内感染発生時及び発生が疑われる際の患者への対応状況を含め管理者へ報告すること。</p> <p>ウ 院内感染が発生した場合は、速やかに発生の原因を分析し、改善策の立案及び実施並びに従業員への周知を図ること。</p> <p>エ 院内感染対策委員会で立案された改善策の実施状況を必要に応じて調査し、見直しを行うこと。</p> <p>オ 月1回程度開催するとともに、重大な問題が発生した場合は適宜開催すること。</p> <p>カ 委員会の委員は職種横断的に構成されること。（「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」（平成19年3月30日医政発第0330010号）（令2.12.25一部改正））</p> |
| 3.       | 従業者に対す<br>る院内感染対<br>策のための研<br>修の実施 |       | 3. 従業者に対する院内感染対策の<br>ための研修の実施 | <p>①従業者に対する院内感染対策のための研修は、院内感染対策のための基本的考え方及び具体的方策について、当該研修を実施する病院等の従業者に周知徹底を行うことで、個々の従業者の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能やチームの一員としての意識の向上等を図るものであること。</p> <p>②当該病院等の実情に即した内容で、職種横断的な参加の下に行われるものであること。</p> <p>③本研修は、病院等全体に共通する院内感染に関する内容について、年2回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること。また、研修の実施内容（開催又は受講日時、出席者、研修項目）について、記録すること。</p>                                                                                                                                                                    |

| 項目<br>番号 | 項 目                                    | 根拠法令等         | 摘 要                                                   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.       | 感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策 |               | 4. 当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施 | <p>①院内感染の発生状況を把握するため、当該病院等における感染症の発生動向の情報を共有することで、院内感染の発生の予防及びまん延の防止を図るものであること。</p> <p>②重大な院内感染等が発生し、院内のみでの対応が困難な事態が発生した場合、又は発生したことが疑われる場合には、地域の専門家等に相談が行われる体制を確保することが望ましいものであること。</p> <p>③院内感染対策のための指針に即した院内感染対策マニュアルを整備する等、その他の院内感染対策の推進のために必要な改善策を図るとともに、それらを定期的に見直すことが望ましいものであること。</p> <p>◇アウトブレイクを疑う基準及び保健所への報告の目安については、「医療機関における院内感染対策について」（平26. 12. 19医政地発1219第1号）を参照</p> |
| 5.       | 専任の院内感染対策を行う者の配置状況                     |               | 5. 専任の院内感染対策を行う者を配置すること。<br>(※特定機能病院の該当項目)            | <p>専任の院内感染対策を行う者は、当該病院における院内感染対策を行う部門の業務に関する企画立案及び評価、病院内における職員の院内感染対策に関する意識の向上や指導等の業務を行うものであり、次に該当するものである必要があること。</p> <p>①医師、歯科医師、薬剤師又は看護師のうちのいずれかの資格を有していること。</p> <p>②院内感染対策に関する必要な知識を有していること。</p> <p>◇「専任の院内感染対策を行う者」は、就業規則における通常の勤務時間の少なくとも半分以上の時間を院内感染対策業務に従事していること。<br/>(H15. 11. 5医政発第1105010号)</p>                                                                        |
| 2-12     | 診療用放射線に係る安全管理体制の確保                     | 則1の11. 2. 3の2 | 診療用放射線に係る安全管理体制が確保されているか。                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 項目<br>番号 | 項 目                     | 根拠法令等 | 摘 要                        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 診療用放射線に係る安全管理のための責任者の配置 |       | 1. 診療用放射線に係る安全管理のための責任者の配置 | <p>病院等の管理者は、医療法施行規則第1条の11第2項第3号の2柱書きに規定する責任者（以下「医療放射線安全管理責任者」という。）を配置すること。</p> <p>医療放射線安全管理責任者は、診療用放射線の安全管理に関する十分な知識を有する常勤職員であって、原則として医師及び歯科医師のいずれかの資格を有していること。</p> <p>ただし、病院等における常勤の医師又は歯科医師が放射線診療における正当化を、常勤の診療放射線技師が放射線診療における医療被ばくの防護の最適化を担保し、当該医師又は歯科医師が当該診療放射線技師に対して適切な指示を行う体制を確保している場合に限り、当該病院等について診療放射線技師を責任者としても差し支えないこと。</p>                                                                                    |
| 2.       | 診療用放射線の安全利用のための指針の策定    |       | 2. 診療用放射線の安全利用のための指針の策定    | <p>◇診療用放射線の安全利用のための指針の策定については、「診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドラインについて」（令文. 10. 3医政地発 1003第5号）を参照</p> <p>医療放射線安全管理責任者は、医療法施行規則第1条の11第2項第3号の2イの規定に基づき、次に掲げる事項を文書化した指針を策定すること。</p> <p>(1) 診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方</p> <p>(2) 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修に関する基本方針</p> <p>(3) 診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策に関する基本方針</p> <p>(4) 放射線の過剰被ばくその他放射線診療に関する事例発生時の対応に関する基本方針</p> <p>(5) 医療従事者と患者間の情報共有に関する基本方針（患者等に対する当該方針の閲覧に関する事項を含む）</p> |
| 3.       | 放射線診療に                  |       | 3. 放射線診療に従事する者に対           | 医療放射線安全管理責任者は、医療法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| 項目<br>番号 | 項 目                                                             | 根拠法令等 | 摘 要                                                                | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施                                   |       | する診療用放射線の安全利用のための研修の実施                                             | <p>施行規則第1条の11第2項第3号の2ロの規定に基づき、医師、歯科医師、診療放射線技師等の放射線診療の正当化又は患者の医療被ばくの防護の最適化に付随する業務に従事する者に対し、次に掲げる事項を含む研修を行うこと。</p> <p>また、当該研修の頻度については1年度当たり1回以上とし、研修の実施内容（開催日時又は受講日時、出席者、研修事項等）を記録すること。</p> <p>また、当該研修については当該病院等が実施する他の医療安全に係る研修又は放射線の取扱いに係る研修と併せて実施しても差し支えないこと。なお、病院等が主催する研修の他、当該病院等以外の場所における研修、関係学会等が主催する研修を受講させることも含まれること。</p> <p>(1) 患者の医療被ばくの基本的考え方に関する事項</p> <p>(2) 放射線診療の正当化に関する事項</p> <p>(3) 患者の医療被ばくの防護の最適化に関する事項</p> <p>(4) 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応等に関する事項</p> <p>(5) 患者への情報提供に関する事項</p> |
| 4.       | 放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施 |       | 4. 放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施 | <p>医療法施行規則第1条の11第2項第3号の2ハに規定する放射線診療を受ける者の当該放射線被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策として、医療放射線安全管理責任者は次に掲げる事項を行うこと。</p> <p>(1) 線量管理について</p> <p>ア 次に掲げる放射線診療に用いる医療機器等（以下「管理・記録対象医療機器等」という。）については放射線診療を受ける者の医療被ばく線量が他の放射線診療と比較して多いことに鑑み、管理・記録対象医療機器等を用いた診療に当たっては、被ばく線量を適正に管理すること</p> <p>・ 移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置</p>                                                                                                                                                                                      |

| 項目<br>番号 | 項<br>目 | 根拠法令等 | 摘<br>要 | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 移動型アナログ式循環器用 X 線透視診断装置</li> <li>・ 据置型デジタル式循環器用 X 線透視診断装置</li> <li>・ 据置型アナログ式循環器用 X 線透視診断装置</li> <li>・ X 線 C T 組合せ型循環器 X 線診断装置</li> <li>・ 全身用 X 線 C T 診断装置</li> <li>・ X 線 C T 組合せ型ポジトロン C T 装置</li> <li>・ X 線 C T 組合せ型 S P E C T 装置</li> <li>・ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素</li> <li>・ 診療用放射性同位元素</li> </ul> <p>イ 放射線診療を受ける者の医療被ばく管理とは、関係学会等の策定したガイドライン等を参考に、被ばく線量の評価及び被ばく線量の最適化を行うものであること。</p> <p>ウ 放射線診療を受ける者の医療被ばくの線量管理の方法は、関係学会等の策定したガイドライン等の変更時、管理・記録対象医療機器等の新規導入時、買換え時、放射線診療の検査手順の変更時等に合わせて必要に応じて見直すこと。</p> <p>※線量管理の実施に係る記録については、日付、方法、結果、実施者等を記録したものを確認すること。<br/> （「診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドラインについて」（令元. 10. 3 医政地発 1003 第 5 号）参照）</p> <p>(2) 線量記録について</p> <p>ア 管理・記録対象医療機器等を用いた診療に当たっては、当該診療を受ける者の医療被ばくによる線量を記録すること。</p> <p>※線量記録の実施に係る記録については、出力形式や出力線量等の記録を確認すること。</p> |

| 項目<br>番号 | 項<br>目             | 根拠法令等                              | 摘<br>要                   | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-13     | 医薬品に係る安全管理のための体制確保 | 法6の12<br>法15.1<br>法17<br>則1の11.2.2 | 医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置 | <p>(「診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドラインについて」(令元.10.3医政地発1003第5号) 参照)</p> <p>イ 医療被ばくの線量記録は、関係学会等の策定したガイドライン等を参考に、診療を受ける者の被ばく線量を適正に検証できる様式を用いて行うこと。なお、医師法（昭和23年法律第201号）第24条に規定する診療録、診療放射線技師法（昭和26年法律第226号）第28条に規定する照射録又は規則第20条第10号に規定するエックス線写真若しくは第30条の23第2項に規定する診療用放射線同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用の帳簿等において、当該放射線診療を受けた者が特定できる形で被ばく線量を記録している場合は、それらを線量記録とすることができること。</p> <p>(3) その他の放射線診療機器等における線量管理及び線量記録について<br/>管理・記録対象医療機器等以外の放射線診療機器等であって、人体に照射又は投与するものについても、必要に応じて当該放射線診療機器等による診療を受ける者の医療被ばくの線量管理及び線量記録を行うことが望ましいこと。</p> <p>(4) 診療用放射線に関する情報等の収集と報告<br/>医療放射線安全管理責任者は、行政機関、学術誌等から診療用放射線に関する情報を広く収集するとともに、得られた情報のうち必要なものは、放射線診療に従事する者に周知徹底を図り、必要に応じて病院等の管理者への報告等を行うこと。</p> |

| 項目<br>番号 | 項 目                                                            | 根拠法令等 | 摘 要                                                                                     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 医薬品の安全<br>使用のための<br>責任者（医薬<br>品安全管理責<br>任者）の配置<br>状況           |       | 1. 医薬品の使用に係る安全な管理<br>のための責任者（医薬品安全管<br>理責任者）を配置していること                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医薬品安全管理責任者を配置すること。<br/>ただし、病院においては管理者との<br/>兼務は不可とすること。</li> <li>・ 医薬品安全管理責任者は、医薬品に関<br/>する十分な知識を有する常勤職員であ<br/>り、医師、歯科医師、薬剤師、助産師<br/>（助産所の場合に限る）、看護師又は<br/>歯科衛生士（主として歯科医業を行う<br/>診療所に限る。）のいずれかの資格を<br/>有していること。</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| 2.       | 従業者に対す<br>る医薬品の安<br>全使用のため<br>の研修の実施                           |       | 2. 従業者に対する医薬品の安全使<br>用のための研修の実施                                                         | <p>従業者に対する医薬品の安全使用のた<br/>めの研修の内容については、具体的には<br/>次に掲げる事項が考えられること。また<br/>、研修の実施については必要に応じて行<br/>うこととし、他の医療安全に係る研修と<br/>併せて実施しても差し支えないこととす<br/>ること。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 医薬品の有効性・安全性に関する情<br/>報、管理・使用方法に関する事項</li> <li>② 医薬品の安全使用のための業務に関<br/>する手順書に関する事項</li> <li>③ 医薬品による副作用等が発生した場<br/>合の対応（施設内での報告、行政機関<br/>への報告等）に関する事項</li> <li>④ 医療安全、医薬品に関する事故防止<br/>対策、特に安全管理が必要な医薬品（<br/>要注意薬）に関する事項</li> </ol>                                  |
| 3.       | 医薬品の安全<br>使用のための<br>業務に関する<br>手順書の作成<br>及び手順書に<br>基づく業務の<br>実施 |       | 3. 医薬品の安全使用のための業務<br>に関する手順書の作成及び当該<br>手順書に基づく業務の実施（従<br>業者による当該業務の実施の徹<br>底のための措置を含む。） | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医薬品の安全使用のための業務に関す<br/>る手順書（以下「医薬品業務手順書」と<br/>いう。）については、医薬品の取扱い<br/>に係る業務の手順を文書化したもので<br/>あること。</li> <li>・ 病院及び患者を入院させるための施設<br/>を有する診療所における医薬品業務手<br/>順書の作成又は変更は、医療安全管理<br/>委員会において協議した上で行うこと<br/>。</li> <li>・ 医薬品業務手順書には、病院等の規模<br/>や特徴に応じて、次に掲げる事項を含<br/>むものであること。</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 病院等で用いる医薬品の採用・購入<br/>に関する事項（未承認新規医薬品等を<br/>採用・購入するに当たっては、当該未<br/>承認新規医薬品等の使用の妥当性につ</li> </ol> |

| 項目<br>番号 | 項<br>目 | 根拠法令等 | 摘<br>要 | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |       |        | <p>いて、関係学会のガイドライン等の科学的知見を確認するとともに、関係学会のガイドライン等に記載がなく、科学的根拠が確立していない未承認新規医薬品等の使用に当たっては、その有効性・安全性の検証を十分に行うことを含む。)</p> <p>② 医薬品の管理に関する事項<br/>(例＝医薬品の保管場所、医薬品医療機器等法などの法令で適切な管理が求められている医薬品（麻薬・向精神薬、覚せい剤原料、毒薬・劇薬、特定生物由来製品等）及び特に安全管理が必要な医薬品（要注意薬）の管理方法)</p> <p>③ 患者に対する医薬品の投薬指示から調剤に関する事項<br/>(例＝患者情報（薬剤の服用歴、入院時に持参してきた薬剤等）の収集、処方せんの記載方法、調剤方法、処方せんや調剤薬の鑑査方法)<br/>(参考)<br/>※特に、入院患者に係る要注意薬（重複投与、相互作用、禁忌医薬品、病名禁忌、アレルギー歴、副作用歴等）について、疑義がある場合の薬剤師から処方医への問い合わせ、疑義解消後の調剤・投与の実施の徹底、照会や確認が円滑に行われるための職種間の連携体制の構築等に関する事項が盛り込まれているかに留意し、確認を行う。</p> <p>④ 患者に対する与薬や服薬指導に関する事項</p> <p>⑤ 医薬品の安全使用に係る情報の取扱い（収集、提供等）に関する事項</p> <p>⑥ 他施設（病院等、薬局等）との連携に関する事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医薬品業務手順書は、作成後も必要に応じて見直しを行う必要があること。</li> <li>・ 当該手順書に基づく業務の実施については、医薬品安全管理責任者に、従業員の業務が医薬品業務手順書に基づき行われているか定期的に確認させ、確認内容を記録させること。なお、従業員による当該業務の実施の徹底のための措置とは、例えば、処方から投薬までの一連の業務手順について、職員間</li> </ul> |

| 項目<br>番号 | 項 目                                                                | 根拠法令等 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>で相互に確認を行うことが考えられること。</p> <p>◇病院等における医薬品業務手順書の策定については、「医薬品の安全使用のための業務手順書作成マニュアルの改訂について」（平成30年12月28日付け厚生労働省医政局総務課医療安全推進室・医薬・生活衛生局総務課事務連絡）を参照</p> <p>◇販売名の類似性に注意を要する医薬品の安全な使用及び特に安全管理が必要とされた医薬品（要注意薬）の適切な管理などの医療事故防止対策については、「医薬品の販売名の類似性等による医療事故防止対策の強化・徹底について（注意喚起）」（平成20.12.4医政発第1204001号・薬食発第1204001号）を参照</p>                                                      |
| 4.       | 医薬品安全管理責任者による前記3.の業務の定期的な確認の実施                                     |       | 4. 医薬品安全管理責任者により、前記3.の業務の定期的な確認が実施されていること。                                                                                                                                                                                                                                                          | ※「医療安全対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」（平成25年8月30日総務省公表）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.       | 医薬品の安全使用のために必要となる未承認等の医薬品の使用の情報その他の情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策 |       | <p>5. 医薬品の安全使用のために必要となる次に掲げる医薬品の使用（「未承認等の医薬品の使用」）の情報その他の情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策の実施</p> <p>(1) 医薬品医療機器等法第14条第1項に規定する医薬品であって、同項又は同法第19条の2第1項の承認を受けていないものの使用</p> <p>(2) 医薬品医療機器等法第14条第1項又は第19条の2第1項の承認（同法第19条の2第5項において準用する場合を含む。）を受けている医薬品の使用（当該承認に係る用法、用量、効能又は効果（以下「用法等」という。）と異なる用法等で用いる場</p> | <p>・ 医薬品安全管理責任者に対して、当該医療機関における未承認等の医薬品の使用のための処方状況や採用されている医薬品全般の医薬品の添付文書の情報のほか、医薬品製造販売業者、行政機関、学術誌等からの情報を広く収集し、管理させるとともに、得られた情報のうち必要なものは当該情報に係る医薬品を取り扱う従業者に迅速かつ確実に周知徹底を図らせること。</p> <p>・ 情報の収集等に当たっては、医薬品医療機器等法において、①製造販売業者等が行う医薬品の適正な使用のために必要な情報の収集に対して病院等が協力するよう努める必要があること等（医薬品医療機器等法第68条の2の6第2項及び第3項）、②病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者は、医薬品について、当該品目の副作用等の発生を</p> |

| 項目<br>番号 | 項 目                                | 根拠法令等                              | 摘 要                                       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                    |                                    | 合に限り、(3)に該当する場合を除く。)<br>(3) 禁忌に該当する医薬品の使用 | <p>知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対して副作用等を報告することが義務付けられていること(医薬品医療機器等法第68条の10第2項)に留意する必要があること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策については、「医薬品の販売名の類似性等による医療事故防止対策の強化・徹底について(注意喚起)」(平成20.12.4医政発第1204001号・薬食発第1204001号)を参照</li> <li>・ 医薬品の適正な使用を確保するための情報の収集に際しては、「PMDAメディナビ」の利用の促進について(お願い)」(平成23.7.29薬食安発0729第1号)を踏まえ、PMDAメディナビを積極的に活用されたいこと。</li> </ul> |
| 2-14     | 医療機器に係る安全管理のための体制確保                | 法6の12<br>法15.1<br>法17<br>則1の11.2.3 | 医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置                 | (当該医療機器には病院等において医学管理を行っている患者の自宅その他病院等以外の場所で使用されている医療機器も含まれる。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.       | 医療機器の安全使用のための責任者(医療機器安全管理責任者)の配置状況 |                                    | 1. 医療機器の安全使用のための責任者の配置                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医療機器安全管理責任者を配置すること。ただし、病院においては管理者との兼務は不可とすること。</li> <li>・ 医療機器安全管理責任者は、医療機器に関する十分な知識を有する常勤職員であり、医師、歯科医師、薬剤師、助産師(助産所の場合に限る)、看護師、歯科衛生士(主として歯科医業を行う診療所に限る)、診療放射線技師、臨床検査技師又は臨床工学技士のいずれかの資格を有していること。</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| 2.       | 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施          |                                    | 2. 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医療機器安全管理責任者は、以下に掲げる従業者に対する医療機器の安全使用のための研修を行うこと。</li> </ul> <p>① 新しい医療機器の導入時の研修<br/>病院等において使用した経験のない新しい医療機器を導入する際には、当該医療機器を使用する予定の者に対する研修を行い、その実施内容について記</p>                                                                                                                                                                                                                                    |

| 項目<br>番号 | 項 目                         | 根拠法令等 | 摘 要                                                                | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.       | 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の実施 |       | 3. 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施（従業者による当該保守点検の適切な実施の徹底のための措置を含む。） | <p>録すること。</p> <p>② 特定機能病院における定期研修<br/>特定機能病院においては、特に安全使用に際しての技術の習熟が必要と考えられる医療機器に関しての研修を定期的に行い、その実施内容について記録すること。</p> <p>研修の内容については、次に掲げる事項とすること。なお、他の医療安全に係る研修と併せて実施しても差し支えないこととすること。また、上記①、②以外の研修については必要に応じて開催すること。</p> <p>ア 医療機器の有効性・安全性に関する事項</p> <p>イ 医療機器の使用方法に関する事項</p> <p>ウ 医療機器の保守点検に関する事項</p> <p>エ 医療機器の不具合等が発生した場合の対応（施設内での報告、行政機関への報告等）に関する事項</p> <p>オ 医療機器の使用に関して特に法令上遵守すべき事項</p> <p>医療機器安全管理責任者は、医療機器の特性等にかんがみ、保守点検が必要と考えられる医療機器については保守点検計画の策定等を行うこと。</p> <p>①保守点検計画の策定</p> <p>ア 保守点検に関する計画の策定に当たっては、医薬品医療機器等法の規定に基づき添付文書に記載されている保守点検に関する事項を参照すること。また、必要に応じて当該医療機器の製造販売業者に対して情報提供を求めること。</p> <p>イ 保守点検計画には、機種別に保守点検の時期等を記載すること。</p> <p>②保守点検の適切な実施（従業者による当該保守点検の適切な実施の徹底のための措置を含む。）</p> <p>ア 保守点検の実施状況、使用状況、修理状況、購入年等を把握し、記録すること。</p> <p>イ 保守点検の実施状況等を評価し、医療安全の観点から、必要に応じて安全面に十分配慮した医療機器の採用に関する助言を行うとともに、保</p> |



| 項目<br>番号 | 項 目                                                                   | 根拠法令等 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.       | 医療機器の安全使用のために必要となる未承認等の医療機器の使用の情報その他の情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策 |       | <p>4. 医療機器の安全使用のために必要となる次に掲げる使用の情報その他の情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施</p> <p>(1) 医薬品医療機器等法第2条第4項に規定する医療機器であって、同法第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の17第1項の承認若しくは同法第23条の2の23第1項の認証を受けていないもの又は同法第23条の2の12第1項の規定による届出が行われていないものの使用</p> <p>(2) 医薬品医療機器等法第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の17第1項の承認（同法第23条の2の5第11項（同法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。）の変更の承認を含む。）若しくは同法第23条の2の23第1項の認証（同条第7項の変更の認証を含む。）を受けている医療機器又は同法第23条の2の12第1項の規定による届出（同条第2項の規定による変更の届出を含む。）が行われている医療機器の使用（当該承認、認証又は届出に係る使用方法、効果又は効能（以下「使用方法等」という。）と異なる使用方法等で用いる場合に限り、(3)に該当する場合を除く。）</p> <p>(3) 禁忌又は禁止に該当する医療機器の使用</p> | <p>守点検計画の見直しを行うこと。</p> <p>ウ 医療機器の保守点検を外部に委託する場合も、法第15条の3に規定する基準を遵守すること。なお、外部に委託する際も保守点検の実施状況等の記録を保存すること。</p> <p>・ 未承認等の医療機器の使用（未承認・未認証・未届の医療機器の使用、適用外使用、禁忌・禁止での使用）の情報その他の情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施については、次の要件を満たすものとする。</p> <p>① 添付文書等の管理</p> <p>医療機器安全管理責任者は、医療機器の添付文書、取扱説明書等の医療機器の安全使用・保守点検等に関する情報を整理し、その管理を行うこと。</p> <p>② 医療機器に係る安全情報等の収集</p> <p>医療機器安全管理責任者は、医療機器の不具合情報や安全性情報等の安全使用のために必要な情報を製造販売業者等から一元的に収集するとともに、得られた情報を当該医療機器に携わる者に対して適切に提供すること。</p> <p>③ 病院等の管理者への報告</p> <p>医療機器安全管理責任者は、管理している医療機器の不具合や健康被害等に関する内外の情報収集に努めるとともに、当該病院等の管理者への報告等を行うこと。</p> <p>・ 情報の収集等に当たっては、医薬品医療機器等法において、① 製造販売業者等が行う医療機器の適正な使用のために必要な情報の収集に対して病院等が協力するよう努める必要があること等（医薬品医療機器等法第68条の2の6第2項及び第3項）、② 病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者は、医療機器について、当該品目の副作用等の発生を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止する</p> |

| 項目<br>番号 | 項<br>目 | 根拠法令等 | 摘<br>要 | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |       |        | <p>ため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対して副作用等を報告することが義務付けられていること（医薬品医療機器等法第68条の10第2項）に留意する必要があることに加え、当該医療機関で事前に使用したことのない未承認・未認証の高度管理医療機器を採用・購入するに当たっては、当該医療機器の使用の妥当性について、関係学会のガイドライン等の科学的知見を確認するとともに、関係学会のガイドライン等に記載がなく、科学的根拠が確立していない未承認・未認証の高度管理医療機器の使用に当たっては、その有効性・安全性の検証を十分に行うこと。</p> <p>◇管理者の医療機器に係る安全管理のための体制確保のための措置については、「医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について」（令和3.7.8医政総発第0708第1号・医政地発第0708第1号・医政経発第0708第2号（令4.7.26一部改正）参照）</p> <p>◇医療機器の安全確保等のため、医療機器事業者が医療現場に立ち入る際の留意事項については、「医療機関等における医療機器の立会いに関する基準について（依頼）」（平成18.11.10医政経発第1110001号）を参照</p> <p>◇医療機器の安全使用のために必要となる未承認等の医療機器の使用の情報その他の情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策については、「医薬品の販売名の類似性等による医療事故防止対策の強化・徹底について（注意喚起）」（平成20.12.4医政発第1204001号・薬食発第1204001号）を参照</p> <p>◇医療機関の適正な使用を確保するための情報の収集に際しては、「「PMD Aメディナビ」の利用の促進について（お願い）」（平成23.7.29薬食安発</p> |

| 項目<br>番号 | 項 目                                                      | 根拠法令等                              | 摘 要                                                                                                                                           | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-15     | ドクターヘリの<br>運航に係る安全<br>の確保                                |                                    | ※ドクターヘリ基地病院であり、<br>かつ「離着陸の許可を受けてい<br>ない場所に離着陸を行う運航で<br>あって、消防機関等の依頼又は<br>通報に基づかない運航（以下「<br>当該運航」という。）」を行う<br>病院の該当項目。                         | 0729第1号）を踏まえ、PMDAメデ<br>ィナビを積極的に活用されたいこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.       | ドクターヘリ<br>の運航に係る<br>要領の策定                                |                                    | 1. ドクターヘリの当該運航に係る<br>要領（以下「運航要領」という<br>。）を策定すること。<br><br>（※運航要領の策定主体は、自治<br>体等の関係諸機関で構成される<br>「運航調整委員会」であるが、<br>その構成員としてドクターヘリ<br>基地病院が含まれる。） | ・ 運航要領に定める関係者間の連携や安<br>全確保のために必要な事項として、次<br>に掲げる内容が含まれること。<br>① 自ら入手した情報又は消防機関等以<br>外の依頼若しくは通報により出動する<br>場合におけるルールに関する事項<br>② 依頼又は通報の主体との連携に関す<br>る事項<br>③ 離着陸場所が満たすべき要件に関す<br>る事項<br>④ 離着陸場所において実施する安全確<br>保のための取組に関する事項<br>⑤ 個々の状況を考慮した安全確保のた<br>めに必要な事項<br>⑥ 乗務員等及び想定される消防機関以<br>外の依頼又は通報の主体に対する安全<br>確保のための教育に関する事項<br>⑦ 安全確認とその判断に関する事項<br>⑧ その他着陸における安全確保のため<br>に必要な事項 |
| 2.       | 運航要領に定<br>められた事項<br>の遵守                                  |                                    | 2. ドクターヘリの当該運航にあた<br>り、運航要領に定められた事項<br>が遵守されていること。<br>特に、当該運航を行った場合、<br>運航調整委員会にその旨を報告<br>し、安全性等について検証を受<br>けなければならないことに留意<br>する。             | ◇「航空法施行規則第176条の改正に伴う<br>ドクターヘリの運航について（通知）<br>」（平成25.11.29医政指発1129第1号）<br>「ドクターヘリの安全運行のための取<br>組について」（平30.7.25医政地発<br>0725第3号）を参照                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2-16     | 高難度新規医<br>療技術、未承<br>認新規医薬品<br>等を用いた医<br>療を提供する<br>に当たっての | 法6の12<br>法15.1<br>法17<br>則1の11.2.4 | 高難度新規医療技術（当該病院<br>で実施したことのない医療技術<br>（軽微な術式の変更等を除く。<br>）であってその実施により患者<br>の死亡その他の重大な影響が想<br>定されるものをいう。）又は未                                      | 特定機能病院以外の病院に限り適用す<br>る。<br>この措置については、高難度新規医療<br>技術又は未承認新規医薬品等を用いた<br>医療の提供を行うことにより、患者へ<br>の重大な影響が想定されることから、                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 項目<br>番号 | 項 目                               | 根拠法令等       | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 備 考                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 必要な措置                             |             | 承認新規医薬品等（当該病院で使用したことのない医薬品医療機器等法第14条第1項に規定する医薬品又は同法第2条第5項に規定する高度管理医療機器であつて、同法第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の17第1項の承認又は同法23条の2の23第1項の認証を受けていないもの（臨床研究法（平成29年法律第16号）第2条第2項に規定する特定臨床研究に該当する研究に用いられるものを除く。）をいう。）を用いた医療を提供するに当たっては、第9条の20の2第1項第7号又は第8号の規定に準じ、必要な措置を講ずるよう努めること<br>（※特定機能病院以外の該当項目） | 医療法施行規則第9条の20の2第1項第7号又は第8号を参考にし、各病院の実情を踏まえた上で、可能な限りの対応が行われるよう努めること。                                  |
| 2-17     | 特定機能病院における安全管理等の体制運航要領に定められた事項の遵守 | 則9の20の2     | （※特定機能病院の該当項目）                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ※地方厚生（支）局と連携して確認。                                                                                    |
| 1.       | 医療を受ける者に対する説明に関する責任者の配置状況         | 則9の20の2.1.4 | （※特定機能病院の該当項目）                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ◇特定機能病院における医療を受ける者に対する説明に関する責任者の基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平5,2.15健政発第98号（令5.3.31一部改正））を参照        |
| 2.       | 診療録等の管理に関する責任者の選任状況               | 則9の20の2.1.5 | （※特定機能病院の該当項目）                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ◇特定機能病院における診療録等の管理に関する責任者の基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平5,2.15健政発第98号（令5.3.31一部改正））を参照              |
| 3.       | 高難度新規医療技術を提供するに当たっての措置状況          | 則9の20の2.1.7 | （※特定機能病院の該当項目）                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ◇特定機能病院における高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合に講ずる措置は、「医療法施行規則第9条の20の2第1項第7号ロの規定に基づき高難度新規医療技術について厚生労働大臣が定める基準について |

| 項目<br>番号 | 項 目                                       | 根拠法令等                    | 摘 要            | 備 考                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.       | 未承認新規医薬品等を用いた医療を提供するに当たっての措置状況            | 則9の20の<br>2.1.8          | (※特定機能病院の該当項目) | て」(平28.6.10医政発0610第21号<br>(平30.5.30一部改正))を参照<br><br>◇特定機能病院における未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する場合に講ずる措置は、「医療法施行規則第9条の20の2第1項第8号ロの規定に基づき未承認新規医薬品等を用いた医療について厚生労働大臣が定める基準について」(平28.6.10医政発0610第24号(平30.5.30一部改正))を参照 |
| 5.       | 監査委員会の設置状況                                | 法19の2.2<br>則15の<br>4.1.2 | (※特定機能病院の該当項目) | ◇特定機能病院における監査委員会の基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平5.2.15健政発第98号(令5.3.31一部改正))を参照                                                                                                                        |
| 6.       | 入院患者が死亡した場合等の医療安全管理部門への報告状況               | 則9の20の<br>2.1.9          | (※特定機能病院の該当項目) | ◇特定機能病院における医療安全管理部門への報告の基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平5.2.15健政発第98号(令5.3.31一部改正))を参照                                                                                                                 |
| 7.       | 他の特定機能病院の管理者と連携した相互立入り及び技術的助言の実施状況        | 則9の20の<br>2.1.10         | (※特定機能病院の該当項目) | ◇特定機能病院における相互立入り及び技術的助言の基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平5.2.15健政発第98号(令5.3.31一部改正))を参照                                                                                                                 |
| 8.       | 医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口の状況 | 則9の20の<br>2.1.11         | (※特定機能病院の該当項目) | ◇特定機能病院における情報提供受け付けの基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平5.2.15健政発第98号(令5.3.31一部改正))を参照                                                                                                                     |
| 9.       | 管理者のための研修の実施状況                            | 則9の20の<br>2.1.13         | (※特定機能病院の該当項目) | ◇特定機能病院における管理者のための研修の基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平5.2.15健政発第98号(令5.3.31一部改正))を参照                                                                                                                    |
| 2-18     | 検体検査の業務                                   | 法15の2                    | 病院、診療所又は助産所におい | ◇病院又は診療所が、他の医療機関か                                                                                                                                                                                     |

| 項目<br>番号 | 項 目                        | 根拠法令等                    | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                              | 備 考                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | の適正な実施に必要な基準への適合           | 則9の7<br>則9の7の2<br>則9の7の3 | て検体検査の業務を行う場合に、検体検査の業務の適正な実施に必要な基準への適合させること。                                                                                                                                                                                                                     | ら検体検査の業務を受託して実施している場合は、「病院又は診療所間において検体検査の業務を委託及び受託する場合の留意点について」（平成30年11月29日付け医政総発1129第1号・医政地発1129第1号厚生労働省医政局総務課長・地域医療計画課長連名通知（令元.7.10一部改正））も参照し、検体検査の業務の受託が適切に行われるよう、必要に応じて指導を行うこと。           |
| 1.       | 検体検査の精度の確保に係る責任者の配置        |                          | <p>1. 検体検査の精度の確保に係る責任者として、次のイからハまでに掲げる場所の種別に応じ、当該イからハまでに定める者を有すること。</p> <p>イ 医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であって主として医業を行うもの 医師又は臨床検査技師</p> <p>ロ 歯科医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であって主として歯科医業を行うもの 歯科医師又は臨床検査技師</p> <p>ハ 助産所 助産師（※特定機能病院の該当項目）</p> |                                                                                                                                                                                               |
| 2.       | 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の配置 |                          | <p>2. 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者として、次のイ及びロに掲げる場所の種別に応じ、当該イ及びロに定める者を有すること。（遺伝子関連・染色体検査の業務を実施する場合に限る。）</p> <p>イ 医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であって主として医業を行うもの 遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する医師若しくは臨床検査技師又は遺</p>                                                   | <p>遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者は、検体検査の精度の確保に係る責任者と兼任して差し支えない。</p> <p>遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者の例については、「医療法等の一部を改正する法律施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について」（平30.8.10医政発0810第1号）第2.1(2)イを参照すること。</p> |

| 項目<br>番号 | 項 目                                       | 根拠法令等 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                           | 備 考                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.       | 標準作業書の<br>常備及び検体<br>検査の業務の<br>従事者への周<br>知 |       | <p>伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者</p> <p>ロ 歯科医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であって主として歯科医業を行うもの 遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する歯科医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者 病院、診療所又は助産所において検体検査の業務を行う場合に、検体検査の業務の適正な実施に必要な基準への適合させること。</p> | <p>検査機器保守管理標準作業書については、医療機器の添付文書、取扱説明書等をもって検査機器保守管理標準作業書とすることも認められること。</p> <p>各作業書については、作業の内容に応じて整理統合して差し支えないこと。</p>                                                                        |
| 4.       | 作業日誌の作成                                   |       | <p>4. 次に掲げる作業日誌が作成されていること。ただし、血清分離のみを行う病院等にあつてはロに掲げる作業日誌において血清分離に関する事項以外の事項を、血清分離を行わない病院等にあつては、ロに掲げる標準作業書において血清分離に関する事項を記載することを要しない。</p> <p>イ 検査機器保守管理標準作業書</p> <p>ロ 測定標準作業書</p>                                                              | <p>検査機器保守管理作業日誌や測定作業日誌に記入すべき事項として考えられるものについては、「医療法等の一部を改正する法律施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について」（平30.8.10医政発0810第1号）第2. 1(3)イを参照すること。</p> <p>いずれの作業日誌も記録の頻度としては、検体検査を実施した都度又は週～月単位が望ましいこと。</p> |

| 項目<br>番号 | 項 目                       | 根拠法令等 | 摘 要                                                                                                                                                                                 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.       | 台帳の作成                     |       | <p>ロ 測定作業日誌</p> <p>5. 次に掲げる台帳が作成されていること。ただし、血清分離のみを行う病院等にあつては、作成することを要しない。また、以下のロ又はハに掲げる台帳については、内部精度管理又は外部精度管理調査の受検を行った場合に限られる。</p> <p>イ 試薬管理台帳<br/>ロ 統計学的精度管理台帳<br/>ハ 外部精度管理台帳</p> | <p>試薬管理台帳、統計学的精度管理台帳及び外部精度管理台帳に記入すべき事項については、「医療法等の一部を改正する法律施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について」（平30.8.10医政発0810第1号）第2. 1 (3)ウを参照すること。</p> <p>各台帳については、作業の内容に応じて整理統合して差し支えないこと。</p> <p>各作業書については、作業の内容に応じて整理統合して差し支えないこと。</p>                                                                                                                                                                                      |
| 6.       | 検体検査の精度管理のための体制の整備        |       | <p>6. 病院等における検査業務（遺伝子関連・染色体検査に係るものを除く。）について、以下に掲げる事項を行うよう努めること。</p> <p>イ 内部精度管理<br/>ロ 外部精度管理調査の受検<br/>ハ 検査業務の従事者に対する必要な研修の実施</p>                                                    | <p>内部精度管理の実施に努める上で留意すべき事項は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日々の検査・測定作業の開始に当たっては、機器及び試薬に必要な較正が行われていること</li> <li>・ 定期的に当該病院等の管理試料等の同一検体を繰り返し検査した時の結果のばらつきの度合いを記録及び確認し検査結果の精度を確保する体制が整備されていること</li> </ul> <p>検査業務の従事者に対する研修の実施に努める上では、研修は検体検査の業務を適切に行うために必要な知識及び技能を修得することを目的とし、次に掲げる事項を含むものであること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各標準作業書の記載事項</li> <li>・ 患者の秘密の保持</li> </ul> |
| 7.       | 遺伝子関連・染色体検査の精度管理のための体制の整備 |       | <p>7. 遺伝子関連・染色体検査の業務を行う病院等においては、当該病院等における遺伝子関連・染色体検査について、以下に掲げる事項を行うとともに、外部精度管理調査の受検又は他の病院等若しくは衛生検査所等との連携による遺伝子関連・染色体検査の精度についての相互確認を行うよう努めること。</p> <p>イ 内部精度管理</p>                  | <p>病院等が遺伝子関連・染色体検査を行う場合、その行う検査項目ごとに内部精度管理を実施すること。なお、内部精度管理を実施する上で留意すべき事項は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日々の検査・測定作業の開始に当たっては、機器及び試薬に必要な較正が行われていること</li> <li>・ 定期的に当該病院等の管理試料等の同一検体を繰り返し検査した時の結果のばらつきの度合いを記録及び確認し検査結果の精度を確保する体制</li> </ul>                                                                                                                                               |



| 項目<br>番号 | 項 目                                | 根拠法令等 | 摘 要                                                           | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-19     | サイバーセキュリティの確保                      | 則14.2 | ロ 検査業務の従事者に対する必要な研修の実施<br><br>サイバーセキュリティを確保するために必要な措置を講じているか。 | <p>が整備されていること</p> <p>検査業務の従事者に対する研修を実施する上では、研修は検体検査の業務を適切に行うために必要な知識及び技能を修得することを目的とし、次に掲げる事項を含むものであること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各標準作業書の記載事項</li> <li>・ 患者の秘密の保持試薬管理台帳、統</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 必要な措置については、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版」を参照</li> <li>・ 上記ガイドラインのうち、医療機関において優先的に取り組むべき事項として、「令和7年度版『医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト』及び『医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル～医療機関・事業者向け～』について」（令7.5.14医政参発0514第1号）で示す、「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」に必要な事項が記入されていることを確認すること。</li> <li>・ 特に、上記チェックリストにおいて医療機関に求める項目のうち、インシデント発生時の連絡体制図については、連絡体制図の提示を求めることにより、その有無を確認すること。内部精度管理の実施に努める上で留意すべき事項は以下のとおりである。</li> </ul> <p>長時間労働となる医師に対する面接指導の実施及び休息時間の確保等に関する留意事項については、「医療法第25条第1項に基づく立入検査の実施上の留意事項について（面接指導の実施、勤務間インターバル及び代償休息の確保）」（令和6年3月15日付け医政局医事課医師等医療従事者働き方改革推進室事務連絡）を参照。</p> <p>なお、立入検査を実施する機関は、立入検査の本検査項目に係る指摘事項として、是正・改善報告を求めるに当たり、必要に応じて、医療機関に対し都道府県が設置する医療勤務環境改善支援センタ</p> |
| 2-20     | 長時間労働となる医師に対する面接指導の実施及び休息時間の確保等の状況 |       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 項目<br>番号 | 項<br>目         | 根拠法令等                                                 | 摘<br>要                                                              | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 面接指導の実施<br>状況  | 法108<br>則62<br>則63<br>則64<br>則65<br>則66<br>則67<br>則68 | 1. 時間外・休日労働が月100時間<br>以上となる見込みの医師(面接<br>指導対象医師)に対して、面接<br>指導を実施すること | <p>一の支援を受けるよう指導すること。</p> <p>医療機関からは正・改善報告を受けたが、医療機関の取組が十分な改善に至っていないと認められる場合、立入検査を実施する機関は原則、医療機関に対し、医療勤務環境改善支援センターの支援を受けた上で、再度の是正・改善報告を行うよう指導すること。(法第111条参照)</p> <p>また、十分な改善が認められるまで改善に向けた指導を繰り返し継続すること。</p> <p>医療機関に対し、「直近1年間における月別の時間外・休日労働時間数が100時間以上となった医師の一覧」の提示を求め、当該面接指導対象医師に対し、面接指導が実施されていることを確認すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療機関に提示を求める一覧は、「対象年月」、「氏名」、「時間外・休日労働時間数」が、記載された資料の提示を求めること。</li> <li>・検査対象の面接指導対象医師が多数の場合は、対象者の一覧から検査する対象者、年月を指定して検査を行うこと。検査を行う対象者の具体的な人数は対象医療機関の規模等を踏まえて各都道府県において判断して差し支えないが、必ず複数名について検査すること。</li> <li>・任意の複数名について検査する場合、「診療科」、「対象年月」、「特定対象医師(特定臨床研修医を含む) (※) か否か」等を確認して検査対象とするなど、面接指導対象医師の背景に偏りが生じないようにすることが望ましい。</li> </ul> <p>※特定対象医師・特定臨床研修医：1年について時間外・休日労働時間が960時間を超えることが見込まれる医師・臨床研修医</p> |
| 2.       | 面接指導実施後の就業上の措置 | 法108.5<br>則69                                         | 2. 面接指導対象医師に対する面接指導実施後、必要に応じて、労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置             | <p>医療機関に対し、「直近1年間における月別の時間外・休日労働時間数が100時間以上となった医師の一覧」の提示を求め、当該面接指導対象医師に対</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 項目<br>番号 | 項 目                               | 根拠法令等                                                                | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.       | 労働時間短縮の措置                         | 法108.6<br>則70                                                        | （就業上の措置）を講じること。<br><br>3. 時間外・休日労働が月155時間超となった医師について、労働時間の短縮のために必要な措置を講じること。                                                                                                                                                               | し、面接指導実施医師の意見に基づく措置内容について、措置の要否や措置の内容について記載された記録があることを確認すること。<br><br>医療機関に対し、「直近1年間における月別の時間外・休日労働時間数が155時間超となった医師の一覧」の提示を求め、当該対象の医師に対し、労働時間短縮のための必要な措置の内容について、記載された記録があることを確認すること。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.       | 特定労務管理対象機関の医師への勤務間インターバル及び代償休息の確保 | 法123<br>則110<br>則111<br>則112<br>則113<br>則116<br>則117<br>則118<br>則119 | 4. 特定労務管理対象機関（※）の医師のうち時間外・休日労働時間が年960時間超となることが見込まれる医師に対し、勤務間インターバル及び代償休息を確保すること。<br>※特定労務管理対象機関：病院又は診療所のうち、当該病院又は診療所に従事する医師にやむを得ず長時間従事させる必要がある場合において、都道府県知事が指定した以下の医療機関の総称。<br>・特定地域医療提供機関<br>・連携型特定地域医療提供機関<br>・技能向上集中研修機関<br>・特定高度技能研修機関 | 特定労務管理対象機関を対象とする。<br>①特定労務管理対象機関に対し、「特定対象医師の名簿」の提示を求め、当該名簿から確認対象とする複数の医師を指定する（指定の際、特定臨床研修医がいる場合には特定臨床研修医を含むこと。）。<br>②その上で、指定した医師に関し、医療機関に対して、以下の項目が記載されている勤務状況が分かる資料の提示を求め、当該資料に基づき勤務間インターバル及び代償休息が確保されていることを確認すること。<br>・勤務予定開始・終了時間<br>・勤務開始・終了時間の実績（※）<br>※兼業・副業先の勤務時間を含む。<br>。労働時間に該当しない研さん等の時間は勤務時間に含まない。<br>・宿日直の時間及びそのうち特定宿日直の時間<br>・勤務間インターバルの確保方法（則の113又は則の115のうちいずれの確保方法か）<br>・勤務間インターバルの確保時間<br>・勤務間インターバル中に発生したやむを得ない業務の時間<br>・代償休息を確保した日時 |
| 2-21     | 医療法人における経営情報等の報告                  | 法69の2.2<br>則38の5則<br>38の6                                            | （※医療法人立病院の該当項目）<br>医療法人が開設している病院について、会計年度終了後3か月以内に、経営情報等を都道府県知事に                                                                                                                                                                           | ◇経営情報等の都道府県知事への報告については、「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」（令5.7.31医政発0731第2号）を参照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 項目<br>番号 | 項 目 | 根拠法令等 | 摘 要     | 備 考 |
|----------|-----|-------|---------|-----|
|          |     |       | 報告すること。 |     |

| 項目<br>番号 | 項 目                | 根拠法令等                | 摘 要                                                    | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | <b>帳票・記録</b>       |                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3-1      | 診療録の管理、<br>保存      | 法15.1<br>法25         | 適切に作成された診療録が適切に<br>管理、保存されていること。                       | <p>(参考1)</p> <p>診療録の記載事項については医師法第24条第1項及び同法施行規則第23条により</p> <p>①診療を受けた者の住所・氏名・性別及び年齢</p> <p>②病名及び主要症状</p> <p>③治療方法（処方及び処置）</p> <p>④診療の年月日</p> <p>と規定されている。</p> <p>(参考2)</p> <p>診療録は医師法第24条第2項により5年間これを保存することと規定されている。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3-2      | 助産録の管理、<br>保存      | 法15.1<br>法25         | ※助産師がその業務に従事している病院<br>適切に作成された助産録が適切に<br>管理、保存されていること。 | <p>(参考1)</p> <p>助産録の記載事項については保健師助産師看護師法第42条第1項及び保健師助産師看護師法施行規則第34条により</p> <p>①妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業</p> <p>②分娩回数及び生死産別</p> <p>③妊産婦の既往疾患の有無及びその経過</p> <p>④今回妊婦の経過、所見及び保健指導の要領</p> <p>⑤妊娠中医師による健康診断受診の有無（結核、性病に関する検査を含む。）</p> <p>⑥分娩の場所及び年月日時分</p> <p>⑦分娩の経過及び処置</p> <p>⑧分娩異常の有無、経過及び処置</p> <p>⑨児の数及び性別、生死別</p> <p>⑩児及び胎児附属物の所見</p> <p>⑪産じょくの経過及びじょく婦、新生児の保健指導の要領</p> <p>⑫産後の医師による健康診断の有無</p> <p>と規定されている。</p> <p>(参考2)</p> <p>助産録は保健師助産師看護師法第42条第2項により5年間これを保存することと規定されている。</p> |
| 3-3      | 診療に関する諸<br>記録の整理保管 | 法21.1. 9<br>則20.1.10 | ①過去2年間の診療に関する諸記<br>録が適正に整理保管されている                      | 診療に関する諸記録<br>ア 病院日誌（病院の経営管理に関する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 項目<br>番号 | 項<br>目 | 根拠法令等            | 摘<br>要                                                                | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                  | こと。                                                                   | <p>総合的特記事項の日誌)</p> <p>イ 各科診療日誌（各科別の診療管理上の総括的事項の日誌及び看護に関する記録日誌）</p> <p>ウ 処方せん（患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称、及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名されたもの）<br/>（注：内服薬にあつては「内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報告書の公表について」（医政発0129第3号・薬食発0129第5号）を参考にして記載すること。）</p> <p>エ 手術記録（手術室の管理及び各科の利用状況などの事項の記録）</p> <p>オ 看護記録</p> <p>カ 検査所見記録（検査室において行われた検査結果の記録）</p> <p>キ エックス線写真</p> <p>ク 入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿（注：病院日誌に記入されていても差し支えない。）</p> <p>ケ 入院診療計画書（患者が入院した日から起算して7日以内に診療を担当する医師により、入院中の治療に関する計画等を書面にて作成し、患者又は家族へ交付し適切な説明を行うこと。）</p> |
|          |        | 法22.2<br>則21の5.2 | ②地域医療支援病院として都道府県知事の承認を受けている場合は、過去2年間の診療に関する諸記録が適正に整理保管されていること。        | <p>診療に関する諸記録</p> <p>ア 病院日誌</p> <p>イ 各科診療日誌</p> <p>ウ 処方せん</p> <p>エ 手術記録</p> <p>オ 看護記録</p> <p>カ 検査所見記録</p> <p>キ エックス線写真</p> <p>ク 紹介状</p> <p>ケ 退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約</p> <p>コ 入院診療計画書</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |        | 法22.3<br>則21の5.3 | ③地域医療支援病院として都道府県知事の承認を受けている場合は、過去2年間の病院の管理及び運営に関する諸記録が適正に整理保管されていること。 | <p>病院の管理及び運営に関する諸記録</p> <p>ア 共同利用の実績</p> <p>イ 救急医療の提供の実績</p> <p>ウ 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実施</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 項目<br>番号 | 項 目 | 根拠法令等              | 摘 要                                                                  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |     | 法22の2.3<br>則22の3.2 | ④特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けている場合は、過去2年間の診療に関する諸記録が適正に整理保管されていること。         | エ 閲覧実績<br>オ 紹介患者に対する医療提供の実績<br>カ 他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績<br>診療に関する諸記録<br>ア 病院日誌<br>イ 各科診療日誌<br>ウ 処方せん<br>エ 手術記録<br>オ 看護記録<br>カ 検査所見記録<br>キ エックス線写真<br>ク 紹介状<br>ケ 退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約<br>コ 入院診療計画書                                                      |
|          |     | 法22の2.4<br>則22の3.3 | ⑤特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けている場合は、過去2年間の病院の管理及び運営に関する諸記録が適正に整理保管されていること。  | 病院の管理及び運営に関する諸記録<br>ア 従業者数を明らかにする帳簿<br>イ 高度の医療の提供の実績<br>ウ 高度の医療技術の開発及び評価の実績<br>エ 高度の医療の研修の実績<br>オ 閲覧実績<br>カ 紹介患者に対する医療提供の実績及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績<br>キ 入院患者、外来患者及び調剤の数並びに特定機能病院の管理者が行うべき医療の安全の確保、特定機能病院の開設者の講じるべき措置及び病院管理者として確保すべき安全管理体制措置の状況を明らかにする帳簿 |
|          |     | 法22の3.3<br>則22の7.2 | ⑥臨床研究中核病院として厚生労働大臣の承認を受けている場合は、過去2年間の診療及び臨床研究に関する諸記録が適正に整理保管されていること。 | 診療及び臨床研究に関する諸記録<br>ア 病院日誌<br>イ 各科診療日誌<br>ウ 処方せん<br>エ 手術記録<br>オ 看護記録<br>カ 検査所見記録<br>キ エックス線写真<br>ク 研究対象者に対する医薬品等の投与及び診療により得られたデータその他の記録                                                                                                                 |
|          |     | 法22の3.4            | ⑦臨床研究中核病院として厚生                                                       | 病院の管理及び運営に関する諸記録                                                                                                                                                                                                                                       |

| 項目<br>番号                 | 項 目                   | 根拠法令等                                    | 摘 要                                                                                                                                                       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |        |                          |                      |               |                         |         |               |                     |                  |               |            |               |            |        |       |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---------|---------------|---------------------|------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------|-------|
| 3- 4                     | エックス線装置等に関する記録        | 則22の7.3                                  | 労働大臣の承認を受けている場合は、過去2年間の病院の管理及び運営に関する諸記録が適正に整理保管されていること。                                                                                                   | ア 従業者数を明らかにする帳簿<br>イ 特定臨床研究の計画の立案及び実施の実績<br>ウ 他の病院又は診療所と協同して特定臨床研究を実施する場合にあっては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たした実績<br>エ 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行った実績<br>オ 特定臨床研究に関する研修の実績<br><br>◇診療録等の電子媒体による保存等については、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」（平成28.3.31医政発0331第30号・薬生発0331第10号・保発0331第26号・政社発第0331第1号）参照                                                                                                                                                 |      |       |        |                          |                      |               |                         |         |               |                     |                  |               |            |               |            |        |       |
|                          | 1. 装置及び器具の使用時間の記録及び保存 | 則30の21<br>則30の22<br>則30の23.1<br>則30の23.2 | ※エックス線装置等を有する病院<br><br>1. 装置又は器具の1週間当たりの延べ使用時間をその使用する室ごとに帳簿に記載し、これを1年ごとに閉鎖し、閉鎖後2年間保存していること。（ただし、その室の画壁等の外側における実効線量率がそれぞれ所定の線量率以下になるよう遮蔽されている場合は、この限りでない。） | <table><tr><th>診療室等</th><th>装 置 等</th><th>所定の線量率</th></tr><tr><td>治療用エックス線装置を使用しないエックス線診療室</td><td>治療用エックス線装置以外のエックス線装置</td><td>40マイクロシーベルト毎時</td></tr><tr><td>治療用エックス線装置を使用するエックス線診療室</td><td>エックス線装置</td><td rowspan="4">20マイクロシーベルト毎時</td></tr><tr><td>診療用高エネルギー放射線発生装置使用室</td><td>診療用高エネルギー放射線発生装置</td></tr><tr><td>診療用粒子線照射装置使用室</td><td>診療用粒子線照射装置</td></tr><tr><td>診療用放射線照射装置使用室</td><td>診療用放射線照射装置</td></tr><tr><td>診療用放射線</td><td>診療用放射</td><td>60マイ</td></tr></table> | 診療室等 | 装 置 等 | 所定の線量率 | 治療用エックス線装置を使用しないエックス線診療室 | 治療用エックス線装置以外のエックス線装置 | 40マイクロシーベルト毎時 | 治療用エックス線装置を使用するエックス線診療室 | エックス線装置 | 20マイクロシーベルト毎時 | 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室 | 診療用高エネルギー放射線発生装置 | 診療用粒子線照射装置使用室 | 診療用粒子線照射装置 | 診療用放射線照射装置使用室 | 診療用放射線照射装置 | 診療用放射線 | 診療用放射 |
| 診療室等                     | 装 置 等                 | 所定の線量率                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |        |                          |                      |               |                         |         |               |                     |                  |               |            |               |            |        |       |
| 治療用エックス線装置を使用しないエックス線診療室 | 治療用エックス線装置以外のエックス線装置  | 40マイクロシーベルト毎時                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |        |                          |                      |               |                         |         |               |                     |                  |               |            |               |            |        |       |
| 治療用エックス線装置を使用するエックス線診療室  | エックス線装置               | 20マイクロシーベルト毎時                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |        |                          |                      |               |                         |         |               |                     |                  |               |            |               |            |        |       |
| 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室      | 診療用高エネルギー放射線発生装置      |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |        |                          |                      |               |                         |         |               |                     |                  |               |            |               |            |        |       |
| 診療用粒子線照射装置使用室            | 診療用粒子線照射装置            |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |        |                          |                      |               |                         |         |               |                     |                  |               |            |               |            |        |       |
| 診療用放射線照射装置使用室            | 診療用放射線照射装置            |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |        |                          |                      |               |                         |         |               |                     |                  |               |            |               |            |        |       |
| 診療用放射線                   | 診療用放射                 | 60マイ                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |        |                          |                      |               |                         |         |               |                     |                  |               |            |               |            |        |       |



| 項目<br>番号 | 項 目                                   | 根拠法令等 | 摘 要                                                                                                                                                                                                 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   |
|----------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
|          |                                       |       |                                                                                                                                                                                                     | 照射器具使用<br>室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 線照射器具 | クロシ<br>ーベル<br>ト毎時 |
| 2.       | 装置、器具及び放射性同位元素並びに放射性同位元素による汚染物の記録及び保存 |       | 2. 医療法施行規則第30条の23第2項に規定する診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に関する帳簿の記載が適正に行われていること。また、帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存していること。                                   | 2. 必要な記載事項<br>①入手、使用又は廃棄の年月日<br>②入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の種類及びベクレル単位をもって表わした数量<br>③使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所                                                                                                                                                                    |       |                   |
| 3.       | 線量当量の測定、記録及び保存                        |       | 3. 放射線障害が発生するおそれがある場所について、所定の方法により診療開始前及び開始後1か月に1回以上放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況が測定され、その結果に関する記録が5年間保存されていること。（ただし、固定されたエックス線装置等で遮蔽壁等が一定のときは6か月に1回以上測定すること。また、排気口及び排水口における汚染状況の測定は排気若しくは排水のつど又は連続して行うこと。） | 3. 放射線障害が発生するおそれのある場所（測定場所）<br>①放射線の量……エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設、放射線治療病室、管理区域の境界、病院内の人が居住する区域、病院の敷地の境界<br>②放射性同位元素による汚染の状況……診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を収容する放射線治療病室、排水（気）設備の排水（気）口、排水（気）監視設備のある場所、管理区域の境界 |       |                   |
| 4.       | 治療用エックス線装置等の放射線量の測定保存                 |       | 4. 治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線照射装置の放射線量が6か月に1回以上線量計で測定され、その結果に関する記録が5年間保存されていること。                                                                                                | ◇帳簿の保存等については、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」（平成28.3.31医政発0331第30号・薬生発0331第10号・保発0331第26号・政社発0331第1号）を参照                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |

| 項目<br>番号 | 項 目  | 根拠法令等                    | 摘 要                                                                                                        | 備 考                              |
|----------|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 3- 5     | 院内掲示 | 法14の2. 1<br>則9の3<br>則9の4 | 病院の管理者が見やすい場所に掲<br>示すべき事項<br>①管理者の氏名<br>②診療に従事する医師又は歯科医<br>師の氏名<br>③医師又は歯科医師の診療日及び<br>診療時間<br>④建物の内部に関する案内 | ・①②③は、病院の入口、受付又は待合<br>所付近の見やすい場所 |

| 項目<br>番号 | 項 目            | 根拠法令等                       | 摘 要                                           | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4        | <b>業務委託</b>    |                             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4- 1     | 検体検査           | 法15の3. 1<br>則9の7の4<br>則9の8  | 規則で定める基準に適合するものに委託していること。                     | <p>業務委託の基準については、医療法施行規則の他、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平5. 2. 15健政発第98号)、「病院、診療所の業務委託について」(平5. 2. 15指第14号(令7. 2. 7一部改正))、「衛生検査所指導要領の見直し等について」(平30. 10. 30医政発1030第3号(令3. 3. 29一部改正))及び「病院又は診療所間において検体検査の業務を委託及び受託する場合の留意点について」(平30. 11. 29医政総発1129第1号・医政地発1129第1号(令元. 7. 10一部改正))を参照</p> <p>委託の事実の有無を契約書等により確認し、また、規則で定める内容を業務案内書、標準作業書等により確認すること。</p> |
| 4- 2     | 滅菌消毒           | 法15の3. 2<br>則9の9            | 規則で定める基準に適合するものに委託していること。                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4- 3     | 食事の提供          | 法15の3. 2<br>則9の10           | 規則で定める基準に適合するものに委託していること。                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4- 4     | 患者等の搬送         | 法15の3. 2<br>則9の11           | 規則で定める基準に適合するものに委託していること。                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4- 5     | 医療機器の保守点検      | 法15の3. 2<br>則9の8の2<br>則9の12 | 規則で定める基準に適合するものに委託していること。                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4- 6     | 医療ガスの供給設備の保守点検 | 法15の3. 2<br>則9の13           | 規則で定める基準に適合するものに委託していること。                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4- 7     | 洗濯             | 法15の3. 2<br>則9の14           | 規則で定める基準に適合するものに委託していること。                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4- 8     | 清掃             | 法15の3. 2<br>則9の15           | 規則で定める基準に適合するものに委託していること。                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4- 9     | 感染性廃棄物の処理      | 法20                         | 感染性廃棄物の処理を業者に委託する場合は適切な業者を選定して委託するなど、感染性廃棄物が汚 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                |                             |                                               | <p>(参考)</p> <p>医療ガスの保守点検指針にしたがって行われていることに留意する。</p> <p>「医療ガスの安全管理について」<br/>(令2. 8. 17医政発0817第 6 号参照)</p> <p>(参考)</p> <p>感染性廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律</p>                                                                                                                                                                                    |

| 項目<br>番号 | 項 目              | 根拠法令等    | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                          | 備 考                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-10     | 医療用放射性汚<br>染物の廃棄 | 則30の14の2 | <p>染源とならないよう適切な処理を行うこと。</p> <p>「医療法施行規則第30条の14の2第1項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令」（平13年厚生労働省令第202号）により指定されている者に委託していること。</p> <p>医療用放射性汚染物の処理を業者に委託する場合においては、医療用放射性汚染物が医療機関内の放射線汚染源とならないよう、廃棄施設内（保管廃棄設備）において適切な管理を行うこと。</p> | <p>第137号）により別途規制が行われていることに留意する。</p> <p>（参考）</p> <p>陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物を廃棄する場合は、これら以外の物が混入又は付着しないよう封及び表示をし、7日間を超えて管理区域内の廃棄施設において保管廃棄する場合に限り、保管廃棄施設を設けることを要しない。</p> <p>（則30条の11第1項第6号及び第4項並びに平成16年厚生労働省告示第306号参照）</p> |

| 項目<br>番号 | 項 目         | 根拠法令等                    | 摘 要                                                                                                                                              | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5        | 防火・防災対策     | 法20<br>法23               |                                                                                                                                                  | (参考) 防火・防災体制については、消防法により別途規制が行われていることに留意する。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5- 1     | 防火管理者及び消防計画 |                          | 適切な防火体制を整備するにあたり、<br>1. 防火管理者の資格を有し、その責務を果たし得る管理的又は監督的地位にある者を防火管理者として定めるとともに、これを所轄の消防署に届け出ていること。<br>2. 消防法令に即して消防計画を作成するとともに、これを所轄の消防署に届け出ていること。 | 【病院、診療所又は助産所における基準】<br>防火管理者は、収容人員が30人以上の施設について配置。<br>【病院、診療所又は助産所における基準】<br>消防計画は、収容人員が30人以上の施設について作成。                                                                                                                                                                                                    |
| 5- 2     | 消火訓練・避難訓練   |                          | 消火訓練及び避難訓練をそれぞれ年2回以上実施すること。                                                                                                                      | ※避難訓練のうち1回は、夜間・休日を想定して実施するよう努めることとする。<br>【病院、診療所又は助産所における基準】<br>消火訓練及び避難訓練は、収容人員が30人以上の施設について年2回以上実施。                                                                                                                                                                                                      |
| 5- 3     | 防火・消火用の設備   | 則16. 1. 15<br>則16. 1. 16 | 防火・消火上必要な設備が整備されていること。                                                                                                                           | 【病院、診療所又は助産所における基準】<br>1. 消火設備<br>・消火器：延べ面積が150㎡以上<br>・屋内消火栓：延べ面積が700㎡以上<br>・スプリンクラー：病院にあっては、3000㎡以上<br>・屋外消火栓：1階及び2階の部分の床面積の合計が3000㎡以上<br>2. 警報設備<br>・自動火災報知器：延べ面積が300㎡以上（平成27年4月より全ての有床の施設に設置が義務化）<br>・非常ベル及び自動式サイレン：収容人員が20人以上の施設について設置<br>・放送設備：収容人員が300人以上の施設について設置<br>3. 避難設備<br>・避難はしご、すべり台、救助袋、緩降機 |

| 項目<br>番号 | 項 目            | 根拠法令等                    | 摘 要                                                                     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5- 4     | 点検報告等          | 則16. 1. 15<br>則16. 1. 16 | 適切な防火体制の整備にあたり、<br>消防・建築関係法令に即して防火<br>対象物、消防用設備、防火扉の点<br>検報告等を実施していること。 | <p>、避難橋：収容人員が20人以上の施設<br/>について、2 階以上の階又は地階で<br/>、いずれか一つの設備を設置</p> <p>・誘導灯、誘導標識等：全ての施設につ<br/>いて設置</p> <p>(参考)</p> <p>病院、診療所などの特定建築物等のう<br/>ち特定行政庁が規模等を定めて指定する<br/>ものの所有者等は、定期に当該建築物に<br/>ついて建築士等の資格者に調査させ、特<br/>定行政庁に報告しなければならない。<br/>(建築基準法（昭和25年法律第201号）<br/>第12条第1 項)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5- 5     | 防災及び危害防<br>止対策 | 則16. 1. 1                | 診察の用に供する電気、光線、熱<br>、蒸気又はガスに関する構造設備<br>について危害防止上必要な方法を<br>講じていること。       | <p>(参考)</p> <p>危害防止上必要な方法の例</p> <p>①電気を使用する診療用器械器具につい<br/>ては絶縁及びアースについて安全な措<br/>置を講ずること。また、電源プラグに<br/>ついては時々抜いて、トラッキング現<br/>象防止のための適切な処置を講ずるこ<br/>と。</p> <p>(「病院等における防火・防災対策要<br/>綱について」(平25. 10. 18医政発第<br/>17号) 参照)</p> <p>②光線を治療に使用する器械器具につい<br/>ては眼球その他に障害を与えぬよう配<br/>慮すること。</p> <p>③熱を使用する器械器具については過熱<br/>することのないよう断熱材等を適切に<br/>使用すること。</p> <p>④保育器、酸素テント、高圧酸素室等に<br/>ついて定期点検及び使用前点検を行う<br/>こと。</p> <p>⑤年1 回以上漏電防止のための措置が講<br/>じられていること。</p> <p>⑥L P ガス設備の保安点検を行うこと。<br/>(「既存の液化石油ガス設備に係る保<br/>安の徹底について」。(昭57. 11. 26<br/>指第35号) 参照)</p> |

| 項目<br>番号 | 項 目                                                                 | 根拠法令等                       | 摘 要                                                                                                                                                          | 備 考                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6        | <b>放射線管理</b>                                                        |                             | ※放射線等取扱施設を有する病院                                                                                                                                              | 診療用放射線の取扱いについては、「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」（平31.3.15医政発0315第4号（令7.3.31一部改正））を参照のこと。 |
| 6- 1     | 管理区域について適切な措置がとられているか。                                              | 則30の16.1                    | 1. 病院内の場所であって外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が所定の線量、濃度又は密度を超えるおそれがある場所を管理区域と設定していること。<br>また、管理区域である旨を示す標識が付されていること。                  | 所定の線量、濃度又は密度<br>（則第30条の26第3項参照）                                                     |
| 6- 2     | 敷地の境界等において防護について適切な措置がとられているか。                                      | 則30の17                      | 敷地内の人が居住する区域及び敷地の境界における線量を所定の線量限度以下にするための遮蔽等の措置が講じられていること。                                                                                                   | 所定の線量限度<br>実効線量が3か月につき250マイクロシーベルト                                                  |
| 6- 3     | 放射線等取扱施設に患者及び取扱者に対する放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示がされているか。                     | 則30の13                      | 目につきやすい場所に掲示されていること。                                                                                                                                         |                                                                                     |
| 6- 4     | 放射線装置・器具・機器及び診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用室及び病室である旨を示す標識が付されているか。 | 則30の4～<br>則30の8の2<br>則30の12 | 1. エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室及び放射線治療病室等についてその旨を示す標識が付されていること |                                                                                     |
|          |                                                                     | 則30の5～                      | 2. 診療用高エネルギー放射線発生                                                                                                                                            |                                                                                     |

| 項目<br>番号 | 項<br>目                           | 根拠法令等                     | 摘<br>要                                                                                               | 備<br>考                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6- 5     | 使用中の表示について必要な注意事項の掲示がされているか。     | 則30の8の2                   | 装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室については、人が常時出入りする出入口が1か所となっていること。 |                                                                                                                                            |
|          |                                  | 則30の20. 2                 | 1. エックス線装置を使用している時はエックス線診療室の出入口にその旨を表示していること。                                                        |                                                                                                                                            |
|          |                                  | 則30の5<br>則30の5の2<br>則30の6 | 2. 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室及び診療用粒子線照射装置使用室並びに診療用放射線照射装置使用室の出入口に放射線発生時又は照射時に自動的にその旨を表示する装置が設けられていること。      |                                                                                                                                            |
| 6- 6     | 取扱者の遵守事項が守られているか。                | 則30の20. 1. 1              | 1. 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室又は廃棄施設においては作業衣等を着用して作業していること。また、作業衣を着用してみだりにこれらの室又は施設の外に出ないこと。  |                                                                                                                                            |
|          |                                  | 則30の20. 1. 2～3            | 2. 放射性同位元素により汚染された物をみだりに診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療病室若しくは管理区域から持ち出さないこと。          | 2. ①診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療病室からみだりに持ち出していけない場合<br>(則第30条の26第6項参照)<br><br>②管理区域からみだりに持ち出してはいけない場合<br>(則第30条の26第6項参照) |
| 6- 7     | 放射線診療従事者の被ばく防止について適切な措置がとられているか。 | 則30の18. 1                 | 1. 被ばくする線量が所定の実効線量限度及び等価線量限度を超えないような措置が講じられていること。                                                    | 1. 実効線量限度<br>(則第30条の27第1項参照)<br><br>2. 等価線量限度<br>(則第30条の27第2項参照)                                                                           |



| 項目<br>番号 | 項 目                                                                            | 根拠法令等      | 摘 要                                                           | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                |            | 2. 眼の水晶体に受ける等価線量が所定の線量限度を超えないような措置が講じられていること。                 | 3. 実効線量限度及び等価線量限度の測定方法<br>①外部被ばく<br>放射線測定用具（フィルムバッチ等）による測定が原則<br>位置は胸部（女子は腹部）が原則だが、被ばくする量が最大となるおそれのある人体部位が胸部（女子は腹部）以外の場合は、当該部位もあわせて測定<br>②内部被ばく<br>3月を超えない期間に1回が原則<br>厚生労働大臣の定める方法<br>（平成12年厚生省告示第398号参照）<br><br>※経過措置等については、「医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布について」（令和2.4.1医政発0401第8号）を参照 |
| 6- 8     | 患者の被ばく防止について適切な措置がとられているか。                                                     | 則30の19     | 放射線により、治療を受けている患者以外の入院患者が所定の実効線量を超えて被ばくしないような遮蔽等の措置が講じられていること | 所定の線量限度<br>実効線量が3か月間につき1.3ミリシーベルト                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6- 9     | 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者に適切な標示を付しているか。 | 則30の20.2.2 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6-10     | 放射線装置・器具・機器の使用または放射性同位元素の使用・貯蔵・運搬・廃棄について認められた施設設備で                             | 則30の14     |                                                               | ・認められた使用室以外の使用については規則第30の14下欄を参照。                                                                                                                                                                                                                                              |

| 項目<br>番号 | 項 目                                                                            | 根拠法令等                                       | 摘 要                                                                                                                                              | 備 考                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 6-11     | 使用、貯蔵、運搬又は廃棄をしているか。<br>診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の管理が適切に行われているか。 | 則30の24                                      | 1. 診療用放射線照射器具の紛失防止について適切な措置が取られていること。<br><br>2. 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用廃止後の措置について適切な措置がとられていること                                         | ・「診療用放射線照射器具の安全管理の徹底について」（平14.9.12医薬安発第0912001号・医薬監発第0912001号）を参照。 |
| 6-12     | 放射線装置に所定の障害防止の方法が講じられているか。                                                     | 則30<br>則30の2<br>則30の2の2<br>則30の3<br>則30の7の2 | エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置及び放射性同位元素装備診療機器について所定の障害防止の方法が講じられていること。                                                           |                                                                    |
| 6-13     | 必要な施設に閉鎖のための設備または器具を設けているか。                                                    | 則30の7の2<br>則30の9<br>則30の11                  | 1. 放射性同位元素装備診療機器使用室、貯蔵施設、保管廃棄設備の外部に通ずる部分に閉鎖のための設備または器具を設けていること。<br><br>2. 排液処理槽の上部開口部の周囲に人がみだりに立ち入らないよう柵等で区画され、その出入口に鍵そのほか閉鎖のための設備又は器具が設けられていること |                                                                    |
| 6-14     | 診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室に所定の設備が設けられ管理されているか。                        | 則30の8<br>則30の8の2                            | 1. 出入口付近に汚染の検査に必要な放射線測定器、汚染除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備が設けられていること。<br><br>2. 準備室にフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは排気設備に連結されていること。また、洗浄設備を設けること。               |                                                                    |
| 6-15     | 貯蔵箱等の貯蔵容器、運搬容器及び保管廃棄容                                                          | 則30の9<br>則30の10<br>則30の11                   | 1. 貯蔵及び運搬時に1メートルの距離における実効線量率が100マイクロシーベルト毎時以下に                                                                                                   |                                                                    |

| 項目<br>番号 | 項 目                                 | 根拠法令等                                | 摘 要                                                                                                                                                                     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 器について所定の障害防止の方法がとられ、適切に管理されているか。    | 則30の9.8ロ<br>則30の9.8ハ<br>則30の9.8ニ     | <p>なるように遮蔽されていること。</p> <p>2. 貯蔵容器、運搬容器について、<br/>空気を汚染するおそれのある場合は気密構造となっていること。<br/>また、液体状の場合はこぼれにくい構造で液体の浸透しにくい材料でできていること。</p> <p>3. 貯蔵容器、運搬容器または廃棄容器を示す標識が付されていること。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6-16     | 廃棄施設について所定の障害防止の方法がとられ、適切に管理されているか。 | 則30の<br>11.1.2のハ<br>則30の<br>11.1.3のニ | <p>1. 排水設備において排液流出の調整装置が設けられていること。</p> <p>2. 排気設備において放射性同位元素によって汚染された空気のひろがりを急速に防止することのできる装置が設けられていること。</p>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6-17     | 通報連絡網が整備されているか                      | 則30の25                               | 事故発生に伴う連絡網並びに通報先等を記載した、通報基準や通報体制を予め定めていること。                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6-18     | 移動型エックス線装置は適正に保管されているか。             | 則30の14                               | 移動型エックス線装置に鍵のかかる保管場所又は鍵をかけて、移動させられないようないずれかの措置を講じていること。                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6-19     | 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用できる体制が確保されているか。 | 則28.1.4<br><br>則28.1.5               | <p>1. 放射線障害の防止に関する予防措置を講じていること。</p> <p>2. 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用できる医師又は歯科医師を配置していること。</p>                                                                                 | <p>①陽電子断層撮影診療に関する所定の研修を修了し、専門の知識及び経験を有する診療放射線技師を、陽電子断層撮影診療に関する安全管理に専ら従事させること。</p> <p>②放射線の防護を含めた安全管理の体制の確立を目的とした委員会等を設けること。</p> <p>③陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の取扱いに関し、陽電子断層撮影診療を担当する医師又は歯科医師と薬剤師との連携が十分に図られるよう努めることが望ましいこと。陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する者として、以下に掲げるすべての項目に該当する医師又は歯科医師を1名以上配</p> |

| 項目<br>番号 | 項<br>目 | 根拠法令等 | 摘<br>要 | 備<br>考                                                                                                                                                    |
|----------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |       |        | <p>置していること。</p> <p>ア 当該病院又は診療所の常勤職員であること。</p> <p>イ 陽電子断層撮影診療に関する安全管理の責任者であること。</p> <p>ウ 核医学診断の経験を３年以上有していること。</p> <p>エ 陽電子断層撮影診療全般に関する所定の研修を修了していること。</p> |

## V 構造設備基準

### 1 病室等

| 区分 | 項目                                   | 根拠法令等                                   | 摘要                                                                                                                                                 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 病室<br><br>定められた構造になっているか。            | 則16.1.2の2<br>～則16.1.5<br>則16.2<br>則附則5条 | <p>区分1～18の構造設備基準については、厚生労働省令の定めるところによること。</p> <p>1. 患者定員に見合う床面積を有していること。</p> <p>2. 機械換気設備については、結核病室、感染症病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて他の部分へ流入しないようにすること。</p> | <p>①内法による測定で、患者1人につき6.4㎡以上となっていること。</p> <p>②療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下となっていること。</p> <p>③小児だけを入院させる病室の床面積は、上記の床面積の2/3以上とすることができる。ただし、一の病室の床面積は6.3㎡以下であってはならない。<br/>(経過措置)</p> <p>①既存病院建物内の療養病床又は、経過旧療養型病床群に係る病室以外の病室の床面積は、内法による測定で患者1人を入院させるものにあつては6.3㎡以上、患者2人以上を入院させるものにあつては、患者1人につき4.3㎡以上となっていること。</p> <p>②平成12年3月31日までに療養型病床群に転換したものについては、1人につき6㎡（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第2条第1項第3号の算定方法による。）以上となっていること。</p> |
| 2  | 精神病室<br><br>医療及び保護のために必要な方法がとられているか。 | 則16.1.6                                 | 精神病室の設備については、精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法を講じること。                                                                                           | <p>必要な方法の例<br/>（「精神病院建築基準の改正について」（昭44.6.23衛発第431号）を参照）</p> <p>①自傷他害のおそれがある者を入院させるための保護室を設置すること。</p> <p>②保護室は、採光、換気、通風、冷暖房等の環境条件には特に考慮すること。</p> <p>③合併症（結核、感染症）病棟は、他</p>                                                                                                                                                                                                                                 |

| 区分 | 項 目                                          | 根拠法令等                                    | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 備 考                                                                                          |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 結核病室<br><br>感染予防のための必要な方法がとられているか。           | 則16.1.7<br>則16.1.12                      | 病院の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしゃ断その他必要な方法を講じていること。                                                                                                                                                                                                                                               | としゃ断し、病棟配膳、病棟消毒を行う等の方法により感染を防止すること。<br><br>その他必要な方法<br>医療・看護用具、被服、寝具、汚染物、食器等の消毒設備が設けられていること。 |
| 4  | 感染症病室<br><br>感染予防のための必要な方法がとられているか。          | 則16.1.7<br>則16.1.12                      | 病院の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしゃ断その他必要な方法を講じていること。                                                                                                                                                                                                                                               | その他必要な方法<br>医療・看護用具、被服、寝具、汚染物、食器等の消毒設備が設けられていること。                                            |
| 5  | 放射線治療病室<br><br>定められた構造になっており、かつ、適正に管理されているか。 | 則30の12.1.1<br>則30の12.1.2<br>則30の12.1.3   | ※診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を有する病院<br><br>1. 画壁等の外側が所定の線量以下になるように遮蔽されていること。（ただし、画壁等の外側を人が通行等できない場合を除く。）<br><br>2. 放射線治療病室である旨の標識が付されていること。<br><br>3. 汚染除去のための所定の方法が講じられていること。（ただし、則第30条の8第8号の規定については診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを収容する放射線治療病室においては適用しない。） | 1. 所定の線量限度<br>実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下<br><br>3. 汚染除去のための所定の方法<br>（則第30条の8第6号～第8号参照）            |
| 6  | 診察室・処置室<br><br>整備されているか。                     | 法21.1.2<br>法21.1.4<br>則20.1.1<br>則20.1.4 | 1. 診療科ごとに専門の診察室を有していること。（ただし、1人の医師が同時に2以上の診療科の診療に当たる場合その他特別                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |



| 区分 | 項 目                                             | 根拠法令等                                                   | 摘 要                                                                                                                                                              | 備 考                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 調剤所<br><br>整備され、かつ、必要な施設、設備が設けられているか。           | 法21. 1. 7<br>則16. 1. 14                                 | 2. 火気を使用する場所には防火上必要な設備が設けられていること。<br><br>1. 調剤所の採光及び換気が十分で、かつ、清潔が保たれていること。<br>2. 冷暗所が設けられていること。<br>3. 調剤に必要な器具を備えていること。                                          | を参照)                                                                                                                                            |
| 11 | 給食施設<br><br>定められた構造になっており、かつ、必要な施設、設備が設けられているか。 | 法20<br>法21. 1. 8<br>則10. 1. 7<br>則20. 1. 8<br>則20. 1. 9 | 1. 入院患者のすべてに給食することのできる施設を有していること。<br>2. 床は耐水材料で作られ、洗浄及び排水又は清掃に便利な構造となっていること。<br>3. 食器の洗浄消毒設備が設けられていること。<br>4. 病毒感染の危険のある患者の用に供した食器について他の患者の食器と別個に消毒する設備となっていること。 | ・調理業務又は洗浄業務を委託する場合にあっては、当該業務に係る設備を設けないことができる。ただし、再加熱等の作業に必要な設備については設けなければならない。<br>(「医療法等の一部を改正する法律等の施行について」(H13. 2. 22医政発第125(H14. 4. 1一部改正)参照) |
| 12 | 歯科技工室<br><br>必要な設備が設けられているか。                    | 則16. 1. 13                                              | ※歯科技工室を有する病院<br><br>防塵設備及び防火設備が設けられていること。                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 13 | 階数及び規模に応じた建物の構造<br><br>定められた基準に適合しているか。         | 則16. 1. 2                                               | 1. 第3階以上の階に病室を設けている場合は特定主要構造部が耐火構造となっていること。<br>2. 放射線治療病室以外は、地階に病室を設けていないこと。                                                                                     |                                                                                                                                                 |
| 14 | 階段<br><br>定められた基準に適合しているか。                      | 則16. 1. 8<br>則16. 1. 9                                  | ※第2階以上の階に病室を有する病院<br>1. 患者の使用する屋内直通階段が2以上設けられていること。〔ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第2階以上の各階における病室の床面積の合計が、それぞれ                                                     |                                                                                                                                                 |



| 区分 | 項 目                          | 根拠法令等      | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 備 考                                                                                                                                  |
|----|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 避難階段<br><br>定められた基準に適合しているか。 | 則16. 1. 10 | <p>50㎡（主要構造部が耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物にあっては100㎡）以下のものについては患者の使用する屋内の直通階段を一とすることができる。]</p> <p>2. 階段及び踊場の幅は内法1. 2 m以上、けあげは0. 2 m以下、踏面は0. 24m以上となっており、適当な手すりが設けられていること。</p> <p>※第3階以上の階に病室を有する病院</p> <p>避難に支障がないように2以上の避難階段が設けられていること。（ただし、患者の使用する屋内の直通階段を建築基準法施行令第123条第1項に規定する避難階段としての構造とした場合は、その数だけ避難階段の数に算入することができる。）</p> |                                                                                                                                      |
| 16 | 廊下<br><br>定められた基準に適合しているか。   | 則16. 1. 11 | <p>1. 精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1. 8 m以上（両側に居室のある廊下は2. 7 m以上）となっていること。<br/>ただし、大学附属病院（特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。）及び100床以上で内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科（令第3条の2第1項第1号ハ又はニ（2）の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。）を含む病院であって、精神病床を有する病院を除く。</p> <p>2. 1以外の廊下の幅は内法による測定で、1. 8 m以上（両側に居室のある廊下は、2. 1 m以上）となっていること。</p>          | <p>・平成13年3月1日における既存病院建物内の患者が使用する廊下幅は、内法による計測で1. 2 m以上（両側に居室のある廊下は1. 6 m以上）となっていること。<br/>（平成13年厚生労働省令第8号（以下「平成13年改正省令」という。）附則第8条）</p> |
| 17 | 便所                           | 法20        | 1. 清潔を保持するものとし、その                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 便所の構造                                                                                                                                |

| 区分 | 項 目                                                | 根拠法令等                                                      | 摘 要                                                                                                                                                                                  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 適正な構造になっているか。<br><br>機能訓練室<br><br>定められた基準に適合しているか。 | 法21. 1. 11<br>則20. 1. 11<br>則附則21                          | 構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなくてはならない。<br><br>1. 療養病床を有する病院にあっては、1 以上の機能訓練室は面積40㎡以上（内法）であること。また、必要な機器、器具を備えていること。<br><br>区分19～23の構造設備基準については、厚生労働省令で定める基準を参酌し都道府県が条例で定めるところによること。 | 採光及び換気のため直接外気に接する 窓を設けること。（ただし、水洗便所でこれに代わる設備をしたときはこの限りでない。）<br><br>1. 既存病院建物内に療養病床又は経過的旧療養病床群を有する病院については、機能訓練を行うために十分な広さを有すること。<br>（平成13年厚生労働省令第 8 号附則第21条参照）<br><br>※参酌すべき基準<br>地方公共団体が十分参照した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの。 |
| 19 | 消毒施設<br><br>定められた基準に適合しているか。                       | 法21. 1. 12<br>法21. 3<br>則16. 1. 12<br>則21. 1. 1<br>都道府県の条例 | 【参酌すべき基準】<br>1. 蒸気、ガス若しくは薬品を用い又は、その他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものであること。                                                                                                        | 1. 消毒を行う施設<br>蒸気消毒装置、ホルムアルデヒド、ガス消毒装置等<br><br>2. 繊維製品の滅菌消毒の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。                                                                                                                                                   |
| 20 | 洗濯施設<br><br>設けられているか。                              | 法21. 1. 12<br>法21. 3<br>則21. 1. 1<br>都道府県の条例               | 【参酌すべき基準】<br>1. 洗濯施設が設けられていること                                                                                                                                                       | 1. 寝具<br>布団、毛布、シーツ、枕、包布等<br><br>2. 寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。                                                                                                                                                                   |
| 21 | 談話室<br><br>定められた基準に適合しているか。                        | 法21. 1. 12<br>法21. 3<br>則21. 1. 2<br>都道府県の条例               | 【参酌すべき基準】<br>1. 療養病床を有する病院にあっては、患者同士又は患者とその家族が談話を楽しめる広さとなっていること。（食堂等との共用は可能）                                                                                                         | 1. 平成12年 3 月31日までに療養型病床群に転換したものについては、談話室がなくても可。<br>（平成13年改正省令附則第22条）                                                                                                                                                                   |
| 22 | 食堂<br><br>定められた基準に適合しているか。                         | 法21. 1. 12<br>法21. 3<br>則21. 1. 3<br>都道府県の条例               | 【参酌すべき基準】<br>1. 療養病床を有する病院にあっては、療養病床の入院患者 1 人につき 1 ㎡以上の広さとなっていること。                                                                                                                   | 1. 平成12年 3 月31日までに療養型病床群に転換したものについては、食堂がなくても可。<br>（平成13年改正省令附則第22条）                                                                                                                                                                    |
| 23 | 浴室<br><br>定められた基                                   | 法21. 1. 12<br>法21. 3<br>則21. 1. 4                          | 【参酌すべき基準】<br>1. 療養病床を有する病院にあっては、身体の不自由な者が入浴す                                                                                                                                         | 1. 平成12年 3 月31日までに療養型病床群に転換したものについては、浴室がなくても可。                                                                                                                                                                                         |

| 区分 | 項 目        | 根拠法令等       | 摘 要                   | 備 考               |
|----|------------|-------------|-----------------------|-------------------|
|    | 準に適合しているか。 | 都道府県の<br>条例 | るのに適したものとなっている<br>こと。 | (平成13年改正省令附則第22条) |

## 2 放射線装置及び同使用室

| 区分 | 項 目                                                               | 根拠法令等                                                                        | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 備 考                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>エックス線装置及び同診療室</p> <p>所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか。</p> | <p>法21.1.6<br/>則20.1.7</p> <p>則30</p> <p>則30の4</p> <p>則30の4</p> <p>則30の4</p> | <p>※エックス線装置を有すべき病院</p> <p>内科、心療内科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、泌尿器科、リハビリテーション科及び放射線科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院。</p> <p>1. 防護措置<br/>エックス線装置に所定の障害防止の方法が講じられていること。</p> <p>2. 壁の構造<br/>画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるように遮蔽されていること。</p> <p>3. 操作する場所<br/>エックス線装置を操作する場所は、エックス線診療室と別室になっていること。（ただし、所定の箱状の遮蔽物を設けたとき、近接撮影を行うとき等の場合で必要な防護物を設けたときは、この限りでない。）</p> <p>4. 標識<br/>エックス線診療室である旨を示す標識が付されていること。</p> | <p>1. 所定の障害防止の方法<br/>（則第30条参照）</p> <p>2. 所定の線量<br/>① 1 m S v / 1 週間<br/>②画壁等<br/>天井、床及び周囲の画壁をいう。<br/>（ただし、その外側が、人が通行し、又は滞在することのない場所である場合を除く。）</p> |
| 2  | 診療用高エネルギー放射線                                                      | <p>則30の2<br/>則30の5</p>                                                       | <p>※診療用高エネルギー放射線発生装置を有する病院</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |

| 区分 | 項 目              | 根拠法令等                         | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                          | 備 考                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 発生装置及び同使用室       |                               | <p>1. 防護措置<br/>診療用高エネルギー放射線発生装置に所定の障害防止の方法が講じられていること。</p> <p>2. 壁の構造<br/>画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるように遮蔽されていること。</p> <p>3. 出入口<br/>人が常時出入する出入口が1ヶ所で、その出入口には放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置が設けられていること。</p> <p>4. 標識<br/>使用室である旨を示す標識が付されていること。</p>                    | <p>1. 当該使用室出入口が開放されているとき、放射線の発生を遮断するインターロックを設けること。（則第30条の2第4号）</p> <p>2. 所定の線量<br/>① <math>1 \text{ mSv} / 1 \text{ 週間}</math><br/>②画壁等<br/>天井、床及び周囲の画壁をいう。<br/>(ただし、その外側が、人が通行し、又は滞在することのない場所である場合を除く。)</p> |
|    | 診療用粒子線照射装置及び同使用室 | <p>則30の2の2</p> <p>則30の5の2</p> | <p>※診療用粒子線照射装置を有する病院</p> <p>1. 防護措置<br/>診療用粒子線照射装置に所定の障害防止の方法が講じられていること。</p> <p>2. 壁の構造<br/>画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるように遮蔽されていること。</p> <p>3. 出入口<br/>人が常時出入する出入口が1ヶ所で、その出入口には放射線照射時に自動的にその旨を表示する装置が設けられていること。</p> <p>4. 標識<br/>使用室である旨を示す標識が付されていること。</p> | <p>1. 当該使用室出入口が開放されているとき、放射線の照射を遮断するインターロックを設けること。</p>                                                                                                                                                       |
| 4  | 診療用放             | 則30の3                         | ※診療用放射線照射装置を有す                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |

| 区分 | 項 目                                                       | 根拠法令等 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 射線照射装置及び同使用室<br><br>所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか。 | 則30の6 | る病院<br><br>1. 防護措置<br>診療用放射線照射装置に所定の障害防止の方法が講じられていること。<br><br>2. 主要構造部等<br>使用室の主要構造部等は耐火構造又は不燃材料を用いた構造となっていること。<br><br>3. 画壁の構造<br>画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるように遮蔽されていること。<br><br>4. 出入口<br>人が常時出入する出入口は、1ヵ所で、その出入口には放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置が設けられていること。<br><br>5. 標識<br>使用室である旨を示す標識が付されていること。<br><br>6. 器具の紛失防止<br>装置の紛失防止を容易にするため、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすき間の少ないものとされていること。 | 1. 所定の障害防止装置が講じられている、但し書きの装置の操作以外にあっては、当該照射装置の照射口は、当該使用室の室外から遠隔操作によって開閉できるものであること。(則第30条の3第3項)<br><br>2. ①主要構造部等(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部並びに当該使用室を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)<br>②耐火構造又は不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)<br><br>3. 所定の線量<br>① $1\text{ mSv} / 1\text{ 週間}$<br>②画壁等<br>天井、床及び周囲の画壁をいう。(ただし、その外側が、人が通行し、又は滞在することのない場所である場合を除く。) |
| 5  | 診療用放射線照射器具使用室                                             | 則30の7 | ※診療用放射線照射器具を有する病院<br><br>1. 画壁の構造<br>画壁等は、その外側における                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 所定の線量<br>① $1\text{ mSv} / 1\text{ 週間}$                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 区分 | 項 目                                                          | 根拠法令等   | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備 考                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか。</p>                 |         | <p>実効線量が所定の線量以下になるように遮蔽されていること。</p> <p>2. 出入口<br/>人が常時出入する出入口は、1ヵ所となっていること。</p> <p>3. 標識<br/>使用室である旨を示す標識が付されていること。</p> <p>4. 器具の紛失防止<br/>器具の紛失防止を容易にするため、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすき間の少ないものとされていること。</p>                                                                                                  | <p>②画壁等<br/>天井、床及び周囲の画壁をいう。<br/>(ただし、その外側が、人が通行し、又は滞在することのない場所である場合を除く。)</p> |
| 6  | <p>放射性同位元素装備診療機器使用室</p> <p>所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられているか。</p> | 則30の7の2 | <p>※放射性同位元素装備診療機器を有する病院</p> <p>1. 主要構造部等<br/>使用室の主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造となっていること。</p> <p>2. 外部に通ずる部分<br/>外部に通ずる部分には閉鎖のための設備又は器具が設けられていること。</p> <p>3. 標識<br/>使用室である旨を示す標識が付されていること。</p> <p>4. 予防措置<br/>骨塩定量分析装置と輸血用血液 照射装置に関しては、実効線量が3月間に1.3ミリシーベルト以下となるような遮蔽物又は間仕切りを設けるなど予防措置を講じ、管理区域を明確にすること。</p> |                                                                              |
| 7  | 診療用放                                                         | 則30の8   | ※診療用放射性同位元素を有す                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |

| 区分 | 項 目                                                    | 根拠法令等 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 備 考                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 放射性同位元素使用室<br><br>所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか |       | <p>る病院</p> <p>1. 主要構造部等<br/>使用室の主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造となっていること。（ただし、所定の数量以下の診療用放射性同位元素を使用する場合は、この限りでない。）</p> <p>2. 部屋の区画<br/>準備室と診療室が区画されていること。</p> <p>3. 画壁の構造<br/>画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるように遮蔽されていること。</p> <p>4. 出入口<br/>人が常時出入する出入口は、1ヶ所となっていること。</p> <p>5. 標識<br/>使用室である旨を示す標識が付されていること。</p> <p>6. 内部の壁等の構造<br/>①内部の壁、床等は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造となっていること。<br/>②内部の壁、床等の表面は、平滑であり気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。</p> <p>7. 出入口に設けるもの<br/>出入口付近に汚染の検査に必要な放射線測定器、汚染除去に必要な器材及び排水設備に連結した洗浄設備並びに更衣設備が設けられていること。</p> | <p>1. 所定の線量<br/>（則別表第2参照）</p> <p>2. 準備室（診療用放射性同位元素の調剤等を行う室）</p> <p>3. 所定の線量<br/>① <math>1 \text{ mSv} / 1 \text{ 週間}</math><br/>②画壁等<br/>天井、床及び周囲の画壁をいう。<br/>（ただし、その外側が、人が通行し、又は滞在することのない場所である場合を除く。）</p> |



| 区分 | 項 目                                                              | 根拠法令等   | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室<br><br>所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか | 則30の8の2 | <p>8. 準備室に設けるべきもの</p> <p>①準備室には排水設備に連結した洗浄設備が設けられていること。</p> <p>②準備室にフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は排気設備に連結されていること。</p> <p>※陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を有する病院</p> <p>1. 主要構造部等<br/>陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造となっていること。</p> <p>2. 部屋の区画<br/>準備室、診療室、待機室が区画されていること。待機室を有しないことが認められた施設については、待機室に準ずる場所を設定していること。</p> <p>3. 画壁の構造<br/>画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるように遮蔽されていること</p> <p>4. 出入口<br/>人が常時出入する出入口は、1ヶ所となっていること。</p> <p>5. 標識<br/>陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識が付されていること。</p> <p>6. 撮影装置操作場所<br/>陽電子放射断層撮影装置の操作場所を陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の外部に設けていること。</p> | <p>1. 所定の線量<br/>(則別表第2参照)</p> <p>①準備室（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の調剤等を行う室）</p> <p>②診療室（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を用いて診療を行う室）</p> <p>③待機室（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等が待機する室）</p> <p>3. 所定の線量<br/>① <math>1 \text{ mSv} / 1 \text{ 週間}</math><br/>②画壁等<br/>天井、床及び周囲の画壁をいう。<br/>(ただし、その外側が、人が通行し、又は滞在することのない場所である場合を除く。)</p> |

| 区分 | 項 目                                               | 根拠法令等 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 備 考                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 貯蔵施設<br><br>所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか。 | 則30の9 | <p>7. 内部の壁等の構造</p> <p>①内部の壁、床等は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造となっていること。</p> <p>②内部の壁、床等の表面は、平滑であり気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。</p> <p>8. 出入口に設けるもの</p> <p>出入口付近に汚染の検査に必要な放射線測定器、汚染除去に必要な器材及び排水設備に連結した洗浄設備並びに更衣設備が設けられていること。</p> <p>9. 準備室に設けるべきもの</p> <p>①準備室には排水設備に連結した洗浄設備が設けられていること。</p> <p>②準備室にフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は排気設備に連結されていること。</p> <p>※診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を有する病院</p> <p>1. 部屋の区画</p> <p>貯蔵施設は、貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造のものとなっていること。</p> <p>2. 画壁の構造</p> <p>貯蔵施設の外側における実効線量が所定の線量以下になるように遮蔽されていること。</p> <p>3. 主要構造部等</p> | <p>2. 所定の線量</p> <p>① <math>1 \text{ mSv} / 1 \text{ 週間}</math></p> <p>②画壁等</p> <p>天井、床及び周囲の画壁をいう。<br/>(ただし、その外側が、人が通行し、又は滞在することのない場所である場合を除く。)</p> <p>3. 特定防火設備に該当する防火戸</p> |

| 区分 | 項 目 | 根拠法令等 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 備 考                      |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |     |       | <p>貯蔵室の主要構造部等は、耐火構造でその開口部には特定防火設備に該当する防火戸が設けられていること。（ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。）</p> <p>4. 貯蔵箱等<br/>貯蔵箱等は、耐火性の構造となっていること。（ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵している場合は、この限りでない。）</p> <p>5. 出入口<br/>人が常時出入する出入口は、1ヶ所となっていること。</p> <p>6. 外部に通ずる部分<br/>外部に通ずる部分に、鍵その他閉鎖のための設備又は器具が設けられていること。</p> <p>7. 標識<br/>貯蔵施設である旨を示す標識が付されていること。</p> <p>8. 貯蔵容器<br/>①貯蔵容器は、貯蔵時において1メートルの距離における実効線量率が所定の線量以下になるように遮蔽されていること。<br/>②空気を汚染するおそれのある状態にある診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、気密な構造となっていること。<br/>また、液体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れ</p> | 建築基準法施行令第112条第1項に規定するもの。 |

| 区分 | 項 目                                               | 根拠法令等  | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 備 考                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 運搬容器<br><br>所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか。 | 則30の10 | <p>る貯蔵容器はこぼれにくい構造であり、かつ、液体の浸透しにくい材料が用いられていること。</p> <p>③貯蔵容器にその旨を示す標識が付され、かつ、貯蔵する診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素又は貯蔵する診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数量が表示されていること。</p> <p>9. 受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止するための設備又は器具が設けられていること。</p> <p>※診療用放射線照射器具、診療用放射線照射装置、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を院内で運搬して使用する病院</p> <p>1. 診療用放射線照射器具、診療用放射線照射装置、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器は、所定の要件を備えていること。</p> | <p>所定の要件<br/>(則第30条の9第8号イ～ニ参照)</p>                                                                                                                                                                                             |
| 11 | 廃棄施設<br><br>所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか  | 則30の11 | <p>※診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を有する病院</p> <p>1. 画壁の構造<br/>廃棄施設の外側における実効線量が所定の線量以下になるように遮蔽されていること。</p> <p>2. 廃液中濃度<br/>排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を所定の濃</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1. 所定の線量<br/>① <math>1 \text{ mSv} / 1 \text{ 週間}</math><br/>②画壁等<br/>天井、床及び周囲の画壁をいう。<br/>(ただし、その外側が、人が通行し、又は滞在することのない場所である場合、人が通行し、又は滞在しない措置が講じられている場合を除く。)</p> <p>2. 所定の濃度限度<br/>排水口（排水監視設備を設けた場合は境界）において則第30条の26第1項に</p> |

| 区分 | 項 目 | 根拠法令等 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |       | <p>度限度以下とする能力を有していること。</p> <p>3. 排水設備<br/>排水設備は、排液の漏れにくい構造であり浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料が用いられていること。</p> <p>4. 廃液処理槽<br/>①排液処理槽は、排液採取又は排液中の放射性同位元素の濃度測定できる構造であり、かつ、排液流出の調節装置が設けられていること。<br/>②排液処理槽の上部開口部はふたのできる構造となっていること又はその周囲に人がみだりに立ち入らないよう柵その他の施設が設けられていること。</p> <p>5. 標識<br/>排水管及び排液処理槽並びに人がみだりに立ち入らないための柵等を設けた場合の出入口付近に排水設備である旨を示す標識が付されていること。</p> <p>6. 排気設備<br/>①排気設備は、排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を所定の濃度限度以下とする能力を有していること。</p> <p>②排気設備は、人が常時立ち入る場所における空気中の放射</p> | <p>定める能力</p> <p>3. 排水設備（排水管、排液処理槽、その他液体状の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された液を排水し又は浄化する一連の設備）</p> <p>6. 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する病院<br/>（則第30条の11第1項第3号ただし書に規定する場合を除く。）<br/>①排気設備（排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素により汚染された空気を排気し又は浄化する一連の設備）<br/>②所定の濃度限度<br/>排気口（排気監視設備を設けた場合は病院の境界）において則第30条の26第1項に定める能力</p> <p>6-②所定の濃度限度<br/>（則第30条の26第1項及び2項に定め</p> |

| 区分 | 項 目 | 根拠法令等 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 備 考                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |       | <p>性同位元素の濃度を所定の濃度限度以下とする能力を有していること。</p> <p>③排気設備は、気体が漏れにくい構造であり、腐食しにくい材料が用いられていること。</p> <p>7. 標識<br/>排気浄化装置、排気管及び排気口に排気設備である旨を示す標識が付されていること。</p> <p>8. 保管廃棄設備<br/>保管廃棄設備は、外部と区画された構造となっていること。</p> <p>9. 外部に通ずる部分<br/>保管廃棄設備の外部に通ずる部分にかぎその他閉鎖のための設備又は器具が設けられていること。</p> <p>10. 保管廃棄設備の構造<br/>空気を汚染するおそれのある状態にある物を入れる保管廃棄の容器は気密な構造であること。<br/>また、液体状の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を入れる保管廃棄の容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、浸透しにくい材料で作られていること。</p> <p>11. 保管廃棄設備である旨を示す標識が付されていること。</p> | <p>る限度)</p> <p>8. 保管廃棄設備<br/>医療用放射性汚染物を保管廃棄する設備。</p> <p>(注) 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物のみを廃棄する場合、これら以外の物が混入又は付着しないように封及び表示をし、7日間を超えて管理区域内の廃棄施設において保管廃棄する場合に限り、保管廃棄設備を設けることを要しない。(則第30条の</p> |

| 区分 | 項 目 | 根拠法令<br>等 | 摘 要 | 備 考                                                                                                                                                              |
|----|-----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |           |     | <p>11 第 1 項第 6 号及び第 4 項並びに平成 16 年厚生労働省告示 306 号参照)</p> <p>(注)廃棄物については、厚生労働大臣が指定した者（日本アイソトープ協会）へ、その処理を委託できる。</p> <p>(則第 30 条の 14 の 2 及び平成 13 年厚生労働省令第 202 号参照)</p> |

常勤医師等の取扱いについて

1. 一日平均患者数の計算における診療日数

(1) 入院患者数

ア 通常の年は、365日である。

イ 病院に休止した期間がある場合は、その期間を除く。

(2) 外来患者数

ア 実外来診療日数（各科別の年間の外来診療日数で除すのではなく、病院の実外来診療日数で除すこと。）

イ 土曜・日曜日なども通常の外来診療体制をとっている場合及び救急の輪番日などにより外来の応需体制をとっている場合は、当該診療日数に加える。

ウ 病院に定期的な休診日がある場合は、その日数を除く。

エ イに掲げる体制をとっていない場合で、臨時に患者を診察する場合は、診療日数に加えない。

2. 標準数の算定に当たっての特例

算定期間内に病床数の増減があった病院については、医療法第25条第1項に基づく立入検査の直近3カ月の患者数で算定するものとする。

ただし、変更後3カ月を経過していない場合は、通常のとおりとする。

※ 医療法施行規則は、前年度平均としているが、医療法第25条第1項に基づく立入検査の目的から、検査日以降の診療体制についても担保する必要があるための特例措置である。

3. 常勤医師の定義と長期休暇者等の取扱い

(1) 常勤医師とは、原則として病院で定めた医師の勤務時間の全てを勤務する者をいう。

ア 病院で定めた医師の勤務時間は、就業規則などで確認すること。

イ 通常の休暇、出張、外勤などがあっても、全てを勤務する医師に該当するのは当然である。

(2) 病院で定めた医師の1週間の勤務時間が、32時間未満の場合は、32時間以上勤務している医師を常勤医師とし、その他は非常勤医師として常勤換算する。

(3) 検査日現在、当該病院に勤務していない者で、長期にわたって勤務していない者（3カ月を超える者。予定者を含む。）については、理由の如何を問わず医師数の算定には加えない。

(4) (3)にかかわらず、労働基準法（昭和22年法律第49号。以下「労働基準法」という。）で取得が認められている産前・産後休業（産前6週間・産後8週間・計14週間）並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す



る法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)等で取得が認められている育児休業及び介護休業を取得している者については、長期にわたって勤務していない者には該当しない取扱いとする。ただし、当該取扱いを受ける医師を除いた他の医師の員数が3人(医療法施行規則附則第49条の適用を受けた病院にあっては2人)を下回る場合には、当該取扱いは認められないこと。

(5) 当該医師が労働基準法及び育児・介護休業法等(以下「労働基準法等」という。)で定める期間以上に産前・産後休業、育児休業及び介護休業(以下「産前・産後休業等」という。)を取得する場合には、取得する(予定を含む。)休業期間から労働基準法等で取得が認められている産前・産後休業等の期間を除いた期間が3カ月を超えるとときに、長期にわたって勤務していない者に該当するものとする。

(6) 育児・介護休業法の規定に基づき所定労働時間の短縮措置が講じられている医師については、当該短縮措置が講じられている期間中(要介護状態にある対象家族を介護する医師にあっては、同法第23条第3項に規定する連続する3年の期間に限る。)、短縮措置が講じられる前の所定労働時間を勤務している者として取り扱う。

ただし、当該取扱いを受ける医師の実際の勤務時間に基づき常勤換算した員数と当該取扱いを受ける医師を除いた他の医師の員数を合算した員数が3人(医療法施行規則附則第49条の適用を受けた病院にあっては2人)を下回る場合には、当該取扱いは認められないこと。

(7) 当該医師が育児・介護休業法で定める期間(要介護状態にある対象家族を介護する医師にあっては、同法第23条第3項に規定する連続する3年の期間とする。以下同じ。)以上に所定労働時間の短縮措置を講じられている場合には、当該短縮措置の期間から同法で取得が認められている短縮措置の期間を除いた期間が3カ月を超えるとときに、短縮措置が講じられる前の所定労働時間を勤務している者として取り扱わないものとする。

#### 4. 非常勤医師の常勤換算

(1) 原則として、非常勤医師については、1週間の当該病院の医師の通常の勤務時間により換算して計算するものとする。ただし、1週間の当該病院の医師の通常の勤務時間が32時間未満と定められている場合は、換算する分母は32時間とする。

なお、非常勤医師の勤務時間が1週間サイクルでない場合は、所要の調整を行うこと。

(例) 月1回のみの勤務サイクルである場合には $1/4$ を乗ずること。

(2) 当直に当たる非常勤医師についての換算する分母は、病院で定めた医師の1週間の勤務時間の2倍とする。

ア 当直医師とは、外来診療を行っていない時間帯に入院患者の病状の急変等に対処するため病院内に拘束され待機している医師をいう。

イ オンコールなど(病院外に出ることを前提としているもの)であっても、呼び出されることが常態化している場合であって、そのことを証明する書類(出勤簿等)

が病院で整理されている場合は、その勤務時間を換算する。

ウ 病院で定めた医師の1週間の勤務時間が32時間未満の場合、当該病院の当直時の常勤換算する分母は、64時間とする。

(3) 当直医師の換算後の数は、そのまま医師数に計上すること。

(4) 病院によっては、夕方から翌日の外来診療開始時間までの間で、交代制勤務などにより通常と同様の診療体制をとっている場合もあるが、その時間にその体制に加わって勤務する非常勤医師の換算は、(1)と同様の扱いとする。

なお、「通常と同様の診療体制をとっている場合」とは、夜間の外来診療や救命救急センターのほか、二次救急医療機関、救急告示病院、精神科病院等において外来の応需体制をとっている場合とするが、具体的には、日中の診療時間帯に稼働している全部署（医師をはじめ薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、看護師等）の従業者の配置まで求めるものではなく、夜間の入院患者の対応に支障を来さない形で外来の救急患者に対応できるよう従業者を配置するものであること。

## 5. 医師数を算定する場合の端数処理

医療法第25条第1項に基づく立入検査における病院の医師の員数を算定する際の端数の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 病院に置くべき医師の員数の標準の算定に当たっては、端数が生じる場合には、そのままで算定する。

(例) 一般病床で患者数106人の場合

算定式： $(106 - 52) \div 16 + 3 = 6.375$ 人

(2) 病院における医師の員数の算定に当たっては、端数が生じる場合には、そのままで算定する。

(3) (2)において非常勤医師が複数いる場合には、非常勤医師全員の1週間の勤務時間を積み上げた上で、当該病院の医師の通常の勤務時間により換算して計算するものとする。

その際、1週間の勤務時間が当該病院の医師の通常の勤務時間を超える非常勤医師がある場合には、その者は当該病院の医師の通常の勤務時間を勤務しているものとして計算するものとする。

また、非常勤医師の勤務時間が1ヶ月単位で定められている場合には、1ヶ月の勤務時間を4で除して得た数を1週間の勤務時間として換算するものとする。

(例) 常勤医師…5名 (週36時間勤務)

非常勤医師… (週36時間勤務により常勤換算)

A 医師 週5.5時間      B 医師 週8時間

C 医師 週16時間      D 医師 週20時間

$A + B + C + D = 49.5$  時間       $49.5 \text{ 時間} / 36 \text{ 時間} = 1.375$

実人員： $5 + 1.375 = 6.375$ 人

その際、1週間の勤務時間が当該病院の医師の通常の勤務時間を超える非常勤医師

が

## 6. 他の従業者の取扱い

### (1) 準用

医師以外の従業者の員数等の算定に当たっては、上記 1 から 4 まで（3（4）ただし書及び（6）ただし書を除く。）を準用する。

なお、常勤換算に当たっては、通常の勤務か当直勤務かにより取扱いが異なっている。例えば、看護師などで三交代制等の場合の夜勤の常勤換算の分母は、病院で定めた 1 週間の勤務時間となるが、当直の場合の常勤換算の分母は、病院で定めた 1 週間の勤務時間の 2 倍となる。

### (2) 従業者数を算定する場合の端数処理

医療法第 25 条第 1 項に基づく立入検査においてその員数を算定する際の端数の取扱いについては、次のとおりとする。

- 1) 標準数は、個々の計算過程において小数点第 2 位を切り捨て、最終計算結果の小数点第 1 位を切り上げ、整数とする。
- 2) 従事者数は、小数点第 2 位を切り捨て、小数点第 1 位までとする。
- 3) 非常勤の他の従業者が複数いる場合、上記換算する際の端数処理は、個人毎に行うのではなく非常勤の他の従業者全員の換算後の数値を積み上げた後行うこと。

ただし、1 人の従業者について換算後の数値が 1 を超える場合は、1 とする。

（例） A:0.04…、 B:0.19…、 C:1.05→1

$A+B+C=1.23\cdots \rightarrow 1.2$

## 7 施行期日

上記の取扱いについては、平成 25 年 4 月 1 日から適用する。

ただし、産前・産後休業、育児休業、介護休業及び所定労働時間の短縮に係る医師等従業者の員数の算定については、適切な医療の提供体制を確保する観点から、必要に応じて見直すこととする。