

「自動体外式除細動器等一式 長期借入」にかかる質問回答について

質問番号	質問内容	回答
	<p>仕様書 9 (2) 仕様書 10 (4) 消耗品について「交換」「都度受注者が無償で回収すること」とありますが、新しい消耗品は、設置先に送付しお客様で交換いただき、使用済み消耗品は、同梱の着払い伝票を使用して返送いただく運用でよろしいでしょうか。</p>	<p>可とします。ただし受注者の立ち会いがない場合、提供された消耗品に関する当局からの指摘等について、異議申し立ては出来ません。</p>
1	<p>別紙3 1 (2) ア、イ 「心肺蘇生法の手順について補助的に誘導する機能を有していること」とありますが、AEDの使用方法和心肺蘇生法をイラストで確認できる液晶画面があり、胸骨圧迫・人工呼吸の手順はAEDに付帯する簡易取扱説明書に図示され、AEDからは電源ONから胸骨圧迫のリズム音が流れ、心肺蘇生を開始する時には「直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください」、30秒ごとに「胸骨圧迫と人工呼吸を続けてください」、さらに、心肺蘇生を始めてから約2分間が経過し心肺蘇生を一時中断して心電図を解析する時には、「残り5回です。体から離れてください。」と音声ガイドが流れればよろしいでしょうか。</p>	<p>問題ありません。</p>
	<p>別紙3 1 (2) イ 「液晶画面」とありますが、AED本体の音声ガイダンスと液晶画面の操作説明が連動していなければ、AEDを使用する際に混乱する恐れがあるため、AED本体の音声ガイダンスと、液晶画面によるイラ</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>

	<p>ストと文字による操作説明が連動していることが必須との認識でよろしいでしょうか。</p>	
	<p>別紙3 4 (2) キャリングケース収納時の寸法は「幅330mm以下、奥行330mm以下、高さ143mm以下」とありますが、弊社キャリングケース収納時のサイズは以下の通りですがよろしいでしょうか。 寸法：幅230mm、奥行325mm、高さ160mm±10mm</p>	<p>仕様書の要件に適合しないため不可とします。</p>